

4、开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：正投采公-[2022]062801

项目名称：溧阳市后周初级中学理化生实验室设备仪器采购及安装项

目

序号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写
1	江苏未来之星科教设备有限公司	肆拾柒万肆仟叁佰叁拾捌元整	474338 元

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：江苏未来之星科教设备有限公司

日期：2022年7月21日

5、投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：正投采公-[2022]062801

项目名称：溧阳市后周初级中学理化生实验室设备仪器采购及安装项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	产地及生产厂家	技术参数			投标价格			
					数量	单位	单价	合价			
(一) 声学实验器材											
1	256Hz 音叉	未来之星	DYH552	淮安江苏未来之星科教设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 适用于中学物理和小学科学教学演示用 F256 音叉。 2. J2204 型，F256 音叉 二、技术要求： 1. 本音叉的频率为 256Hz，频率误差不大于 0.5Hz (20°C时)。 2. 音叉股宽为 8.5mm，两叉股内间距为 9mm，圆柄 φ 8mm，音叉全长不小于 200mm。叉股厚 5.5mm，两叉股的厚度不大于 0.05mm。 3. 两叉股表面平整，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，表面镀铬，并有 F256 的频率钢印载明标志。 4. 其余应符合 JY227 的有关要求。	1	套	40	40		

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

				三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。					
2	512Hz 音叉	未来之星	HG66	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	一、适用范围： 中学物理和小学科学教学演示实验用。 二、技术要求： 1. 音叉频率为 512Hz，质量约 0.28kg，并附有共鸣箱和音叉槌。 2. 音叉股宽为 8.5mm，两叉股内间距为 9mm，圆柄 Φ 8mm，音叉全长不小于 200mm。叉股厚 5.5mm，两叉股的厚度不大于 0.05mm。 3. 两叉股表面平整，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切，表面镀铬，并有 F51.2 的频率标志。 4. 其余应符合 JY227 的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1	套	40	40
3	电铃	群信	Y82DF	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理教学实验用。 2. J2412 型。 二、技术要求： 1. 产品为立式结构，由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成。 2. 工作电压：直流 3~6V。外形尺寸：约 90mm \times 85mm \times 225mm。 3. 影响效果在 15 米范围内铃声清晰。电磁铁线圈的直流电阻为 10~20 Ω 。衔铁的触点为银质。电路导线的走向应醒目整齐。铁铃采用 Φ 75mm（或 Φ 55mm）国产自行车铃盖。底板应放置平稳。 4. 其余应符合 JY208-85《电铃》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1	个	68	68
4	听诊	远燕	85GG	江苏	一、适用范围：	2	个	40	80

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

			江苏远燕医疗设备有限公司	中学生物和小学科学教学。 二、技术要求： 1. 产品为插入式或旋扣式听诊器。 2. 产品各部件外形对称美观，接合牢固，无松动、裂纹、凹陷、镀层脱落、和焊接残留堆积等表面缺陷。 3. 听诊器传声清晰。 4. 弹簧片采用优质弹簧钢，(硬度 HR15N82.9-88.4)金属件电镀达到光亮镀络二级外观要求。产品应符合 GN-89-YY-91035-1999 听诊器标准要求。 5. 耳环扁形，听诊头采用优质铜材，弹力适度，弹性良好，带用舒适。 6. 三通管用聚氯乙烯管或乳胶管制成，长度为 480~580 mm。 7. 听诊器的内腔无裂痕、砂眼等缺陷，膜片无松动现象。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。				
5	发音齿轮	宁波群信55SA	宁波凯迪科教仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理演示实验用。 2. J2207 型。 二、技术要求： 1. 发音齿轮由三片齿板、转轴等组成。 2. 齿板直径 ϕ 78mm。 3. 三片齿板的齿数分别为 80、60、40 齿，齿的分布均匀，齿片应平整，无毛刺。 4. 三片齿板相距为 23mm，顺序装在转轴上，装配应牢固端正，不得有松动现象。 5. 转轴长为 134mm，下端为锥体，锥度为 1 : 20，大端直径为 10mm~0.10mm，与转台从动轮轴的锥孔准确配合。 6. 各齿板的齿顶圆对轴的同轴度误差不大于 0.5mm。 7. 各齿板对轴的轴心线的垂直度误差不大于 0.5mm。 8. 三片齿板表面镀锌，其余零件表面镀锌。	1	个	51	51

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

				9. 其他应符合 JY/T 224—87 的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。			
6	波动 弹簧	群信	55SG	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	应不少于 130 圈，拉伸弹簧，扁形钢丝密绕，弹簧刚度 2.0×10^{-3} N/mm~5.0 $\times 10^{-3}$ N/mm	1	套
7	声传 播演示器	群信	KH545D F	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 初中物理演示声音在空气、液体、固体、真空中的传播实验用。 2. J2225 型。 二、技术要求： 1. 仪器由底板、透明管、密封上盖、发声声源、固体传声棒、喇叭、声源接受器、密封下盖、气阀门、电源输入端、抽气管、放气管组成。 2. 仪器密封后用抽气管抽气，应使透明管内板限压强 $\leq 6.7 \times 10^3$ Pa。 3. 当管内压强被抽至 6.7×10^3 Pa 时，放置 30 秒钟，其漏气引起的压强变化应小于 2.6×10^2 Pa。 4. 当管内压强被抽至 6.7×10^3 Pa 时，实验声音传播音量应明显小于在充满空气时的传播音量。 5. 用液体或固体实验声音传播时，音量明显大于空气稀薄时的音量。 6. 管内注入适量的水，无漏水现象。 7. 距离仪器 7m，仍能直观观察到仪器结构，听到实验声音。 8. 符合 JY/T0371-2004《声传播演示器》标准。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。 投标时提供样品	1	套
8	抽气 盘	百诺	8522	宁波 宁波百诺科教	一、适用范围、规格型号： 1. 适用于中学物理演示实验用。	2	套

9	手摇离心转台	象牙塔	5633	淮安江苏盛达教学设备有限公司	187	1 台
2. J1017型，直径≥180 mm，附罩。	二、技术要求：	1. 性能、结构、外观应符合 JY0001 第 4、6、7 章要求。 2. 由底座（底座由铸件组成）、玻璃或塑料钟罩、真空表、阀门橡皮塞及垫圈等组成。 3. 钟罩的外形端正、厚度均匀、内外表面要清洁，外径不少于Φ180 mm，高不 低于 20 mm，密封性良好。 4. 玻璃罩要充分消除内应力，应无气泡、无明显的麻点、擦痕。 5. 在规定的使用期限范围内，真空度应保持稳定。 6. 底座表面应平整、无溶迹、缩迹，不许有气泡、烧粉和夹生现象，修整的边 沿不得有变形、破边、凹凸不平缺陷。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	初中物理实验用。	一、适用范围：	1. 本产品由机座、主动轮（附摇柄）和从动轮等组成。 2. 外形尺寸约为 550mm×240mm×150mm。 3. 机座材料为铸铁，配有橡胶脚，平放、立放均平稳可靠。 4. 主动轮直径为Φ240mm，从动轮直径为Φ40mm。 5. 主动轮和从动轮的中心距可在 332mm ~348mm 范围内调节。 6. 机座上支承从动轮轴孔对上轴孔的同轴度公差为 0.1mm，两轴孔与底脚平面 的垂直度为 1mm。 7. 从动轮轴插孔上段为Φ10mm±0.1mm 的圆柱，长 6mm，侧面配 M4 顶丝。下 段为锥孔，锥度为 1:20，大端直径Φ10mm±0.1mm，锥孔长不少于 40mm。 8. 节流阀安装孔位于主动轮和从动轮两轴线的连线上，距从动轮轴线 140mm±	187

				1mm 处。 9. 各部件均作防锈处理。 10. 其他符合 JY220 的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。 ★ 提供具有资质的检测机构出具的产品检测报告复印件并加盖制造商公章。						
10	打气筒	未来之星	56658	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 适用于中学物理教学实验用。 2. J1008 型。 二、技术要求： 1. 极限抽气压力 $\leq 6.7 \times 10^3$ Pa。 2. 最低打气压力 $\geq 2.9 \times 10^5$ Pa。 3. 结构外观应符合 JY0001 第 5、6 章的有关要求。 4. 其他技术要求应符合 JY223 第 1、4~1.7 条和第 2.1~2.4 条要求。 5. 其结构外观应符合 JY0001 第 6、7 章有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。	2	个	28	56	
11	两用气筒	未来之星	45445	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司			2	个	48	96
12	音频发生器	群信	5545	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	频率范围 200 Hz ~ 2000 Hz，误差 $\leq \pm 3$ Hz；带功率放大器和扬声器，输出功 率 ≥ 250 mW；I 类电器，电源端与信号输出端抗电强度 3000 V	1	台	586	586	
13	牛皮鼓	群信	7556	宁波	牛皮鼓，18 寸，配置鼓架、鼓槌。	1	个	226	226	

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

	鼓		宁波凯迪科教仪器有限公司						
14	旋片真空泵	红宝石	浙江温岭市红宝石真空设备厂	9556	<p>一、适用范围：规格型号：</p> <p>1. 中学物理教学演示实验用。</p> <p>2. 单相。</p> <p>二、技术要求：</p> <p>1. 输入电压： AC 220V±10%, 50Hz。</p> <p>2. 环境条件： 温度： 0~40℃。</p> <p>3. 湿度： ≤85%。</p> <p>4. 旋片式真空泵主要有电动机和泵体两部分构成。</p> <p>5. 极限抽气真程度为≤6. 7×10⁻² Pa； 抽气速度为 1 升/秒； 泵轴转速 500 转/分； 电功率≥250W。</p> <p>6. 绝缘电阻应≥20MΩ。</p> <p>7. 产品应经国家“CCC”认证。</p> <p>8. 进气孔配有转接头能配压缩空气用橡胶管。其他性能应符合 JB/T6533-2005。</p> <p>9. 性能、安全、结构、外观应符合 JY0001 第 4、5、6、7 的有关要求执行。</p> <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。</p>	1	台	962	962
15	100mL注射器	远燕	江苏远燕医疗设备有限公司	YED44	<p>一、适用范围、规格型号：</p> <p>1. 中学物理教学用。</p> <p>2. 100mL。</p> <p>二、技术要求：</p> <p>1. 采用塑料制品。</p> <p>2. 注射管表面无痕迹、无溶迹、无毛刺。外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁，无划伤。</p>	17	个	17	289

				3. 量值准确，刻度和数字清晰、无断线、不脱落。 4. 外筒与活塞之间配合严密，滑动自如。 5. 性能、安全、结构、外观应符合 JY 0001 第 4、5、6、7 的有关要求执行。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。				
16	寒暑表	K52S	河北 衡水雨晨教学 仪器有限公司	一、适用范围： 中学物理、地理和小学科学演示实验用。 二、技术要求： 1. 由木质材料镶嵌玻璃棒芯组成，可悬挂。 2. 采用摄氏（℃）和华氏（°F）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃； 华氏 -20℃～120℃的标志。 3. 玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 4. 温度准确度：±1℃（0℃～30℃）。 5. 最小分度值：1℃。 6. 储藏条件：-30℃～60℃。 7. 尺寸：不小于 250mm × 49mm × 9mm。 8. 性能、结构、外观应符合 JY0001 第 4、6、7 的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1	支	23	23
17	体温计	梅芳 VD4D	安徽 安徽方达药械 有限公司	一、适用范围： 中学物理实验测量温度用。 二、技术要求： 1. 全长：114mm±1mm；外径：5mm 呈三角形；水银头长：15mm；水银头外径： 3.5mm。 2. 刻度为 35℃-42℃，精度 1/10 度。误差小于±0.2℃。39℃以下，误差小 于±0.15℃。	17	支	12	204

				3. 水银柱能恒定到准确度数，甩后回到液泡里，液泡内不得有明显的气泡，水银柱不中断、不自流、不难甩，玻璃管不得有爆裂现象。 4. 其它应符合 GB-1588-2001 玻璃体温计标准要求。				
18	电子体温计	未来之星	F55A	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	一、适用范围： 中学物理实验测量温度用。 二、技术要求： 1. 显示范围 32~42. 99℃。 2. 显示分辨率 0. 01℃。 3. 显示精度±0. 05℃（36℃到39℃）。 4. 四位半液晶显示。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	2 支	52	104
19	红液温度计	雨晨	GF554	河北 衡水雨晨教学 仪器有限公司	一、适用范围： 感温液体为有机红液的棒式温度计，初中小学实验室用。 二、技术要求： 1. 温度测量范围 0℃~100℃，分度值为 1℃，允许误差±1℃。 2. 相邻两标度线的距离、有机液体温度计应不小于 0. 8mm。标度线的宽度应不超过相邻标度间距的 1/5。 3. 温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直。标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应牢固。不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象。 4. 感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应有明显的停滞或跳跃现象。下降时不应在管壁上留有液滴或挂色。 5. 玻璃棒和玻璃套管应光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷。感温液体纯洁、无杂质，玻璃套管内应清洁，无明显可见	17 支	16	272

20	水银温度计	河北雨晨 AFF55	衡水雨晨教学仪器有限公司	6. 感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合 JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。	一、适用范围： 感温液体为水银的棒式温度计，初中物理实验测量用。 二、技术要求： 1. 温度测量范围 0℃~200℃，分度值为 2℃，允许误差 $\pm 1^\circ\text{C}$ 。 2. 相邻两标度线的间距、水银棒式温度计应不小于 0.7mm、标度线的宽度不应超过相邻标度间距的 1/5。 3. 温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直。标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应牢固。不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象。 4. 感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应有明显的停滞或跳跃现象。下降时不应在管壁上留有液滴或挂色。 5. 玻璃棒和玻璃套管应光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷。感温液体纯洁、无杂质，玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象。 6. 感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合 JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。	32 16 2 支	16 32
21	数字温度计	河北雨晨 KF89	衡水雨晨教学仪器有限公司	量程 -30℃~200℃，分辨力 0.1℃，误差 $< \pm 1.5^\circ\text{C}$ ；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸 $\geq 180\text{ mm} \times 90\text{ mm}$	2	2	283
22	双金属温度计	河北雨晨 BD55A	河北雨晨	一、适用范围：	2	142	566

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

属片 温度 计	衡水雨晨教 仪器有限公司	中学物理演示实验用。	二、技术要求：	1. 由双金属片、刻度板、玻璃罩、指针组成。 2. 双金属片温度计为圆形指针式温度计，有摄氏和华氏刻度，里面充油。 3. 面板标有-20℃~50℃，测量误差不大于 5%。 4. 刻度盘的漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有剥落和 露底现象。 5. 指针转动灵活，无卡滞现象，刻度清晰，字迹清楚。 6. 玻璃罩应符合 JY 0001 第 8 章的有关要求。 7. 结构、外观应符合 JY 0001 第 6、7 的有关要求。				
			三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。					
23	红外 温度 计	倍尔 康	广州 广州市金鑫宝 电子有限公司	分辨力 0.1 ℃		2	个	251
24	伽利 略温 度计	群信	KDSA5 宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	不少于 10 球，14 ℃~32 ℃		2	支	158
25	湿度 计	雨晨	河北 衡水雨晨教 仪器有限公司 UAZSC	一、适用范围、规格型号： 1. 初中物理和小学科学实验室用。 2. 规格：指针式。 二、技术要求： 1. 由外壳、玻璃面罩、游丝、指针、刻度盘组成。 2. 外壳可放置在桌布，外壳背面有悬挂孔。 3. 测量范围-15℃~50℃。 4. 刻度盘为圆形，直径不小于 100mm。标有计量仪器标志。		1	支	29

26	物理 支架 象牙 塔	952GS	淮安 江苏盛达教学 设备有限公司	<p>5. 刻度盘的漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有剥落和露底。</p> <p>6. 盘面印有 0%~100% 的刻度，最小分度值 1%，刻度清晰，字迹清楚，示值允差±5%。指针转动灵活，无卡滞现象。</p> <p>7. 结构、外观应符合 JY 0001 第 6、7 的有关要求执行。</p> <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。</p>	<p>一、适用范围、规格型号：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中学物理实验用。 2. J1101 型。 <p>二、技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 物理支架由下列组件构成： 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>名 称</th><th>件数</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>A型座</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>立杆 [φ12 (mm)]</td><td>700 (mm) 500 (mm)</td></tr> <tr> <td>3</td><td>复夹</td><td>4</td></tr> <tr> <td>4</td><td>烧瓶夹</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5</td><td>万向夹</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6</td><td>台边夹</td><td>1</td></tr> <tr> <td>7</td><td>铁环</td><td>1</td></tr> <tr> <td>8</td><td>圆托盘</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	序号	名 称	件数	1	A型座	1	2	立杆 [φ12 (mm)]	700 (mm) 500 (mm)	3	复夹	4	4	烧瓶夹	1	5	万向夹	1	6	台边夹	1	7	铁环	1	8	圆托盘	1	<p>1 套</p> <p>266 266</p>
序号	名 称	件数																																
1	A型座	1																																
2	立杆 [φ12 (mm)]	700 (mm) 500 (mm)																																
3	复夹	4																																
4	烧瓶夹	1																																
5	万向夹	1																																
6	台边夹	1																																
7	铁环	1																																
8	圆托盘	1																																

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

能实 验支 架	江苏未来之星 科教设备有限 公司	1. 中学物理演示实验作为实验支架使用。 2. J1108 型。	二、技术要求: 1. 产品为教学通用支架，根据实验需要可以组装构成垂直、平行、吊挂、紧固等多种实验支架，供中小学教学实验用。 2. 整套仪器设计应科学，并符合教学要求，质量约≥12kg。 3. 底座应有足够重量，所有部件组装成实验支架后应放置平稳，无明显晃动。 各种支承夹持可靠，牢固紧密。万向夹应能将烧瓶夹、绝缘杆和其它支杆与立杆紧固成任意角度。 4. 金属部件应进行防锈蚀或进行镀铬处理。 5. 其他技术要求应符合 JY/T0393—2007。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。					
29	升降 台	象牙 塔 GSAA5	淮安 江苏盛达教 学设 备有 限公 司	一、适用范围、规格型号: 1. 中学物理实验教学用。 2. J1110 型。 二、技术要求: 1. 由两个工作台面、升降竿等构成。 2. 工作台面分大小两块，台面用厚度不小于 1.5mm 的不锈钢板制成。 3. 载物台面积不小于 150mm×150mm，下底板面积不小于 200mm×200mm。 4. 台面平面度≤1.5mm。 5. 台面载重≥10kg 重物，并升至 1/2 高度和全程高度时，应无下滑、无倾斜、无损坏、无变形。升降过程应灵活轻便无阻滞。 6. 台面载重 10kg 时应保持水平。 7. 台面升降范围: ≥150mm。 8. 性能、安全、结构、外观应符合 JY 0001 第 4、5、6、7 章要求。	2	台	157	314

					9. 其他技术要求应符合 JY/T0419-2010 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。 ★提供具有资质的检测机构出具的产品检测报告复印件并加盖制造商 鲜章。						
30	三脚架	象牙塔	HSS25	淮安	初中物理、化学、生物和小学科学实验用。 二、技术要求： 1. 圆环、支撑脚用料为Φ 6mm 冷拉钢材质，表面喷漆或镀，铬防锈处理。 2. 支撑圆环直径Φ 75mm-Φ 80mm，圆环平面与放置台面平行，高 130mm。 3. 三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳。 4. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面喷漆或涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损；不应有锈蚀及其他机械损伤。	泰州	KDSA14	江苏长江教学设备有限公司	金属网尺寸 ≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网	17	个
31	陶土网	江莱	KDSA14	泰州	初中物理、化学、生物和小学科学实验用。 三、技术要求： 1. 圆环、支撑脚用料为Φ 6mm 冷拉钢材质，表面喷漆或镀，铬防锈处理。 2. 支撑圆环直径Φ 75mm-Φ 80mm，圆环平面与放置台面平行，高 130mm。 3. 三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳。 4. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面喷漆或涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损；不应有锈蚀及其他机械损伤。	KDSA14	KDSA14	江苏长江教学设备有限公司	金属网尺寸 ≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网	17	个
32	晶体熔化与凝固实验器	群信	USFA5	宁波	初中物理、化学、生物和小学科学实验用。 三、技术要求： 1. 圆环、支撑脚用料为Φ 6mm 冷拉钢材质，表面喷漆或镀，铬防锈处理。 2. 支撑圆环直径Φ 75mm-Φ 80mm，圆环平面与放置台面平行，高 130mm。 3. 三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳。 4. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面喷漆或涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损；不应有锈蚀及其他机械损伤。	淮安	IFFN4	江苏未来之星科教设备有限公司	碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ 28 mm×34 mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于 200 °C	2	个
33	碘升华管	未来之星	IIFN4	淮安	初中物理、化学、生物和小学科学实验用。 三、技术要求： 1. 圆环、支撑脚用料为Φ 6mm 冷拉钢材质，表面喷漆或镀，铬防锈处理。 2. 支撑圆环直径Φ 75mm-Φ 80mm，圆环平面与放置台面平行，高 130mm。 3. 三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳。 4. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面喷漆或涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损；不应有锈蚀及其他机械损伤。	泰州	KDSA14	江苏长江教学设备有限公司	金属网尺寸 ≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网	17	套

(三) 光学实验器皿									
34	光学演示实验箱	群信	DH11A	宁波凯迪科教仪器有限公司	<p>1. 磁吸式教学演示实验箱，要求能完成包括但不限于以下所例举的实验项目：(1)光是如何传播的；(2)探究光反射时的规律；(3)漫反射的研究；(4)探究平面镜成像的特点；(5)研究凸透镜和凹透镜；(6)探究光的折射；(7)光的色散；(8)光的三原色；(9)小孔成像实验；(10)测量凸透镜的焦距；2. 铝合金或环保 ABS 材料箱体，箱体内每种实验器材有固定插槽；3. 内含器材（至少包括）：光学三原色片红*1、光学三原色片蓝*1、光学三原色片黄*1、单线光源-红光*2、单线光源-绿光*1、F 光源*1、白板*2、黑板*1、凹透镜 F5cm*1、凸透镜 F10cm*1、凸透镜 F15cm*1、凹透镜 F-15cm*1、水盒圆盘套装*1、双凹透镜*1、双凸透镜（大）*1、双凸透镜（小）*1、单凹透镜*1、单凸透镜*1、半圆透镜*1、玻璃砖（梯形）*1、凹凸面镜*1、黑板*1、白板*1、茶色板*1、磨砂板*1、平面镜*1、强手电筒*1、三棱镜*1、三原色实验器*1、光具座*1、电源适配器*1、眼镜模型纸片*1、光具座模型纸片*1、平面镜成像模型*1；4. 器材技术要求：(1) 单线光源：a. 规格：≥Φ 18.8*130mm。组成：光源底座、单线光源；c. 材质：ABS；d. 工艺：光源底座塑料注塑成型；f. 其他要求：可独立操作使用，底座底面强力磁性，方便安装和拆卸；内置大功率 LED 发光二极管，内置充电锂电池，USB 充电接口，配有电源适配器；红绿色两种光源，不同的光色照射出不同的光点亮度。(2) F 光源：a. 规格：≥140*80*20mm；b. 组成：光源盒、电子模块；c. 材质：ABS、电子模块 PCB 电路板；d. 工艺：光源盒塑料注塑成型；e. 其他要求：内置大功率 LED 发光二极管绿光，F 型光源，7 号电池供电；(3) 凸透镜：a. 规格：≥175mm*75mm*11mm；b. 材质：ABS；c. 工艺：塑料注塑成型；d. 其他要求：一体式支架；透镜直径 70mm，焦距 5cm、10cm、15mm；蝶形螺丝固定在光具座滑动座使用，验证凸透镜可使物体缩小成像。(4) 凹透镜：a. 规格：≥175mm*75mm*11mm；b. 材质：ABS；c. 工艺：塑料注塑成型；d. 其他要求：一体式支架，透镜焦距有 15mm，蝶形螺丝固定在光具座滑动座使用，验证凹透镜可使物体放大成像。（5）</p>	2	套	3396	6792

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

水盒圆盘套装 a. 规格：≥500mm*380mm*30mm; b. 材质：瓷白亚克力； c. 工艺：塑料注塑成型； d. 其他要求：圆形光屏的屏面漆成白色，边缘有刻度，每格为 10 度；内置双支架杆，支架杆可夹持激光笔，在支架杆可 360° 自由转动，内置半圆水盒，可放置水，以探究不同介质光的传播规律；半圆水盒平面放置平面镜，转动激光笔将光线以各种不同的方向射到平面镜，平面镜可使射入的光线经镜面反射，。 (6) 三棱镜： a. 规格：≥52mm*30mm*22mm; b. 材质：ABS; c. 工艺：塑料注塑成型； d. 其他要求：可拆卸式三棱镜支架，透明材料作成，截面呈三角形，用来探究光的色散。 (7) 双凸透镜： a. 规格：≥150mm*25mm*15mm; b. 材质：玻璃； c. 工艺：切割成型； d. 其他要求：底面强有力磁性，多规格形状，不同的边缘中间厚薄，用来探究凸透镜对光的会聚作用。 (8) 双凹透镜： a. 规格：≥15.0mm*25mm*15mm; b. 材质：玻璃； c. 工艺：切割成型； d. 其他要求：底面强有力磁性，多规格形状，不同的边缘中间厚薄，用来探究凹透镜对光的发散作用。(9) 三原色实验器 a. 规格：≥16.0mm*70mm*18mm; b. 材质： ABS、电子模块 PCB 电路板； c. 工艺：塑料注塑成型； d. 其他要求：上盖、后盖上下组装 PCB 电路板，PCB 电路板焊有红、绿、蓝三色发光二极管，三色 LED 位于等边三角形的三顶点处，船型开关独立控制三色光的亮、灭，放置光具座滑动座上，用来探究光的三原色。 (10) 平面镜成像铁板 a. 规格：≥600mm*350mm*1.5mm; b. 材质：冷轧钢板； c. 其他要求：配有圆形底座，实验可平放，可竖放，效果直观，便于教学，用来探究平面镜成像，光的反射，光的折射。	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理实验教学用。 2. 规格：Φ 270mm×140mm。 二、技术要求： 1. 产品为玻璃透明水槽。 2. 外形尺寸：Φ 270mm×140mm，壁厚≥2mm。 3. 结构应具有一定的机械强度、韧性和良好的透明度，无瑕疵。不因温度(水	1 个	17	17
35	透明水槽	SGS44 未来之星	淮安未来之星科教设备有限公司	

36	三棱镜	百诺	PH252	宁波百诺科教仪器有限公司	宁波	宁波百诺科教仪器有限公司	17	个	34	578				
37	红外线热效应	群信	SAGS4	宁波凯迪科教仪器有限公司	宁波	由光源、三棱镜、热敏电阻、屏等组成，热敏电阻固定在屏上；光源用 6V、8W 白炽灯泡，三棱镜为中部色散 $nF-nC \geq 0.015$ 的 ZF3 玻璃；光源出射光从三棱镜顶角处进入，以减少三棱镜对红外光的吸收；需附电桥	2	台	340	680				

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件


	演示器								
38	紫外线作用演示器	群信	IFS5	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围： 中学物理实验教学用。 二、技术要求： 1. 结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 的相关要求。 2. 有紫外线防护罩。滤光片 4 片（分为红、黄、绿、蓝四种颜色），荧光片 1 片。 3. 其余符合 JY/T0401-2007 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	2	台	396	792
39	激光测距仪	英凯	GSH45	山东 山东科恩仪表 有限公司	量程 1 mm~50 m，分辨力 1 mm	2	台	125	
40	平面镜成像实验器	百诺	GSH46	宁波 宁波百诺科教 仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理学学生分组实验用。 2. 60mm×15mm×4mm。 二、技术要求： 1. 仪器由平面镜、平面镜支架、蜡烛台座（物像台）、60° 直角三角尺等各 1 个组成。 2. 平面镜尺寸不小于 200mm×120mm，四周经打磨处理，或镶边框。 3. 60° 直角三角尺有效刻度不小于 100mm。 4. 物像台高度不小于 60mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	17	套	49	833
41	光的	群信	GSH47	宁波	由水雾发生器、双色激光光源（分别提供光源和法线）、入射光调节装置、反	17	套	45	765

江苏未来之星科教设备有限公司

招标文件

	反射实验仪	宁波凯迪科教仪器有限公司	射面、入射角和反射角测量装置组成；入射角可在三维空间调节，入射光线和法线构成的平面可改变、转动						
42	玻璃砖	群信	GSH48	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理分组实验用。 2. J2506 型。 二、技术要求： 1. 玻璃砖为非等腰梯形，两底角分别为 60℃ 和 45℃。 2. 玻璃砖用光学玻璃或普通玻璃磨制，其折射率应在 1.50~1.55 范围内。 3. 环境条件应符合 JY 140 第 1.4 条要求。 4. 外形尺寸应符合 JY 140 第 2.1 条要求。 5. 玻璃料的一拉质量要求应符合 JY 140 的第 2.2 条要求。 6. 玻璃砖的一梯形面为粗加工面，光洁度为 ▽5，上下里底面、两斜面及另一梯形面为精加工面，应进行抛光处理。 7. 玻璃砖的上下两面底面平行度为 0.10mm。 8. 以抛光的梯形面为基准面。上、下两底面、两斜面与基准面垂直度为 0.1mm。 9. 玻璃砖的边缘倒角应符合 JY 140 第 2.6 条要求。 10. 精加工面不允许有目测到的划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 11. 性能、结构、外观应符合 JY 0001 第 4、6、7 章有关规定 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	17	块	11	187
43	眼球仪	未来之星	GSH49	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	用于眼睛的工作原理及视力矫正实验；模拟晶状体曲度可调节，能实现正常、远视、近视三种状态，近视镜、远视镜与眼球匹配，能将远视眼、近视眼调节为正常视力	2	套	204 408	
44	光具	百诺	GSH50	宁波	一、适用范围、规格型号：	5	套	192 960	

座	宁波百诺科教仪器有限公司	<p>1. 初中物理教学学生分组实验用。 2. G—PGZ—SG—100型，Φ 16mm，双轨。</p> <p>二、技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 具座由导轨（包括支架）、滑块、标尺及附件组成。附件包括：双凸透镜2块、凸透镜1块、双凹透镜1块、“1”字屏1块、白屏1块、插杆5根、毛玻璃屏（带屏架）1块、光源1套、烛台1件。 2.1 导轨和滑块均为金属件。 2.2 导轨与基准平面的平行度误差应不大于1.00mm。双导轨光具座的两根导轨，其轴线平等度误差应不大于0.50mm。 2.3 导轨前端支架与滑块上的插孔为6+0.15mm，插孔指示标线应清晰，且指示插孔纵向中心位置。 2.4 以导轨支架插孔中心和最后一只滑块插孔中心的连线为基准线。 2.5 导轨支架和四只滑块插孔的轴线在纵向上应平行。 2.6 滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。 3.1 标尺为金属件。 3.2 标尺刻度范围应与导轨有效长度相匹配，全刻度误差不大于±1mm。 3.3 标尺最小分度为1mm。 4.1 透镜的焦距和通光孔径应符合双凸透镜焦距100±3、通光孔径≥35；双凸透镜焦距50±3、通光孔径≥25；平凸透镜：焦距300±12、通光孔径≥45；双凹透镜焦距-75±5、通光孔径≥25。 4.2 透镜应无明显条纹。 4.3 透镜的表面疵病应符合GB 1185表2中规定的VII级要求。 4.4 透镜框应能牢靠地夹持透镜。 5.1 光源工作电压为交直流6~8V，功率不大于5W。 5.2 光源出口处照度应不小于500lx，离光源出口500mm处照度应不小于300lx。 5.3 插杆直径为6mm±0.15mm，插杆与插件结合可靠。“1”字屏为黑色，“1”
---	--------------	--



江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

	维卷尺	江苏未来之星科教设备有限公司	初中物理、地理实验用。 2. J0007型(30m)。				
47	游标卡尺	上海量具刃具厂有限公司	初中物理实验用。 1. J0005型、0~125mm、0.02mm。 2. J0005型、0~125mm、0.02mm。	一、适用范围、规格型号： 1. 初中物理实验用。 2. J0005型、0~125mm、0.02mm。	二、技术要求： 1. 应符合 GB1214 第 4 章的规定。 2. 检验方法应执行 GB1214 附录 A 的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1 把	79 79
48	外径千分尺	上海量具刃具厂有限公司	初中物理实验用。 1. J0006型。 2. J0006型。	一、适用范围、规格型号： 1. 初中物理实验用。 2. J0006型。	二、技术要求： 1. 固定式测量砧，测量范围 0.25mm，测量精度 0.01mm。 2. 型式、基本参数与尺寸应符合 GB1214 第 3 章的要求。 3. 技术要求应符合 GB1216 第 4 章的要求。	1 只	102 102

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

				4. 结构、外观应符合 JY0001 第 6、7 章有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。			
49	机械秒表	沙遜	0RY56	上海 沙遜钟表有限公司	分度值 0.1 s，一等 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期不小于 1.5 年	17	块 425 7225
50	电子秒表	科创	0RY57	河北 科创仪器仪表有限公司	1. 量程不低于 1000mm，分度值为 1mm； 2. ABS 工程塑料材质，宽度不小于 1.5cm，厚度不低于 0.3mm； 3. 刻度清晰，长期使用字迹不脱落变形； 4. 非卷尺款两端有金属铁皮封口，有皮筋包扎；卷尺款拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻。	17	块 153 2601
51	皮尺	群信	0RY58	宁波 宁波凯迪科教仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中小学演示度量长度用。 2. 1000mm。 二、技术要求： 1. 1000mm×45mm×80mm。 2. 全尺刻度累计误差≤2mm，尺面平面度公差≤3mm，尺边直线度公差≤2mm，两面均涂白色漆，历印，黑色刻度线和红色数字。 3. 尺身两面白底印有黑色刻线和红色数字。最小刻度为 1 厘米，每 5 厘米为一大格，每 10 厘米的刻线上各标有横向和竖向排列的直体数字。尺上附有卡脚两只。 4. 直尺应选用无节疤、无裂纹并经脱脂干燥处理的木材制造或无毒无味耐老化 的塑料（5 年内不老化）。	17	把 68 1156
52	演示直尺	未来之星	HKFD52	淮安 江苏未来之星科教设备有限公司		1 把 35 35	

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

					5. 其它技术要求应符合 JY168《演示米尺》标准的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。		
53	1000mm 钢直尺	未来之星	HKFD53	淮安江苏未来之星科教设备有限公司	1000 mm, 1 mm0 mm~50 mm 分度值 0.5 mm, 其余分度值为 1 mm; 材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料, 硬度应不低于 342HV; 刻度面平面度误差应≤0.25 mm, 允许误差应≤±0.15 mm; 需有计量器具制造许可证标志	5	把 57 285
54	300mm 钢直尺	未来之星	HKFD54	淮安江苏未来之星科教设备有限公司	300 mm, 1 mm0 mm~50 mm 分度值 0.5 mm, 其余分度值为 1 mm; 材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料, 硬度应不低于 342HV; 刻度面平面度误差应≤0.25 mm, 允许误差应≤±0.15 mm; 需有计量器具制造许可证标志	17	把 17 289
55	可密封长玻璃管	江莱	HKFD55	泰州江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围: 中学物理实验用。 二、技术要求: 1. 结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 的相关要求。 2. 满足中学物理实验教学的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	17	支 50 850
56	斜面小车	群信	HKFD56	宁波宁波凯迪科教仪器有限公司	包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等, 与教学支架配套使用; 斜面板≥915 mm×100 mm×20 mm, 一端应有滑轮、缓冲或捕获小车的装置; 面板工作面平面度误差应小于 2 mm; 附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等, 有 摩擦材料的固定夹	5	套 158 790
(五) 物质属性实验器材							
57	500g 托盘天平	华徐	852GH	宁波慈溪华徐衡器实业有限公司	一、适用范围、规格型号: 1. 初中物理、化学及小学科学实验用。 2. 规格: 500g、0.5g。	2	台 96 192

二、技术要求:				
<p>1. 产品为有标尺非封闭式天平，最大称量（max）为 500g、分度值 0.5g。</p> <p>2. 最大允许误差：天平在空载时已调到零位的条件下，在零与最大称量之间的任一载荷，其最大允许误差：</p> <p>载荷 最大允许误差</p> <p>首次检定 使用中</p> <p>$0 \sim 250g \pm 0.25g \pm 0.5g$</p> <p>$>2550g \pm 0.5g \pm 1g$</p> <p>3. 天平配备砝码为 6 级，其质量应能满足天平全量值的要求，组合形式应符合 JJG99 第 4 条的要求。配金属镊子。</p> <p>4. 标尺光洁平直，连接部位紧固，分度线均匀，游码起点对零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时游码不移位，刀子垂直紧固。</p> <p>5. 天平灵敏度、重复性、最大安全载荷，以及天平的刀子、工艺、硬度等要求，天平的偏载误差，装配，外观的要求应符合《架盘天平》QB/T2087 标准的要求。</p> <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存</p> <p>应符合 JJ0001-2003 的有关规定。</p>				
58	200g 托盘 天平	华徐 853GH	宁波慈溪华徐衡器 实业有限公司	<p>一、适用范围、规格型号：</p> <p>1. 中学理、化、生及小学科学实验用。</p> <p>2. 200 克、所配砝码为 6 级 (M2 级)。</p> <p>二、技术要求：</p> <p>1. 产品为有标尺非封闭式天平，最大称量（max）为 200g、分度值 0.2g。</p> <p>2. 最大允许误差：天平在空载时已调到零位的条件下，在零与最大称量之间的任一载荷，其最大允许误差：</p> <p>载荷 最大允许误差</p> <p>首次检定 使用中</p> <p>$0 \sim 250g \pm 0.25g \pm 0.5g$</p>

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

性实验材料		仪器有限公司	导体材料时，应能使 LED 发光						
物质导热性实验材料	宁波群信	858GH	宁波凯迪科教仪器有限公司	包括铜、铁、铝，陶瓷、木材等	2	套	45	90	
63									
64	热传导演示器	群信	859GH	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 初中物理演示实验用。 2. J2260 型。 二、技术要求： 1. 基本性能、结构外观应符合 JY 0001 第 4、6、7 章的有关要求。 2. 该产品由直径相同为 $\Phi 6 \pm 0.1\text{mm}$ ，长度相等为 $L100 \pm 2\text{mm}$ 的铜、铝、铁金属杆各 1 支和铜环、支柱、底座组成。产品高度应大于 200mm ，仪器表面防锈处理。 3. 仪器组装后应放置平稳、联接牢固，原理正确，直观形象。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	2	个	40	80
65	双金属片	群信	KDGH41	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 初中物理演示实验用。 2. J2265 型。 二、技术要求： 1. 材料：由铜、铁组成。 2. 基本性能、结构外观应符合 JY 0001 第 4、6、7 章的有关要求。 3. 该产品由长度 $\geq 250\text{ mm}$ 、宽 $\geq 25\text{ mm}$ 、厚 $\geq 0.5\text{ mm}$ 铜、铁板材各 1 片铆合而成，铆合应牢固，手持端木柄应涂漆。	2	个	40	80

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

66	半导 体性 质实 验材 料	群信	KDGH42	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。			
67	内聚 力演 示器	群信	KDGH43	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理演示实验用。 2. J2252 型。 二、技术要求： 1. 结构外观应符合 JY 171 第 1.2 条要求及 JY 0001 第 6、7 章有关要求。 2. 其余应符合 JY 171 的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	2	套	177
68	分子 间作 用力 模型	群信	KDGH44	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	模拟分子的两球之间由弹簧和一根拉紧的橡皮筋连接，弹簧长 13 cm, Φ 2 cm, 能直观表现出分子间斥力、分子间引力	2	个	57
69	密度 计 (>1 g/cm ₃)	雨晨	KDGH45	河北 衡水雨晨教学 仪器有限公司	一、适用范围： 中学实验教学中计量液体密度用。 二、技术要求： 1. 浮计式密度计由干管标尺、躯体、压载室四部份构成，密度>1。 2. 浮计式密度计用玻璃应为无色透明的优质玻璃，并经过良好退火。密度计用 玻璃应符合 GB/T17763 技术要求。 3. 密度计置于液体中，其干管应与液面垂直，倾斜度不得大于 0.2 个分度值。	2	支	136

密度计 (<1 g/cm ³)	70	雨晨	KDGH46	河北 衡水雨晨教学 仪器有限公司	4. 标尺必须牢固地粘在干管内壁上，不得有松动、扭曲、歪斜、皱缩等现象。 5. 标尺标记应清晰、均匀，不得有明显断线及污点，所有标记均应与密度计轴线相垂直。线的宽度不大于 0.20mm。 6. 密度计示值的允差一般不得大于±1 个分度值。 7. 其它应符合 GB/T17764《玻璃浮计式密度计的结构和校准原则》标准的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	中学实验教学计量密度用。 二、技术要求： 1. 浮计式密度计由干管、标尺、躯体、压载室四部分构成，密度<1。 2. 浮计式密度计用玻璃应为无色透明的优质玻璃，并经过良好退火，密度计用玻璃应符合 GB/T17763 技术要求。 3. 密度计置于液体中，其干管应与液面垂直，倾斜度不得大于 0.2 个百分度值。 4. 标尺必须牢固地粘在干管内壁上，不得有松动、扭曲、歪斜、皱缩等现象。 5. 标尺标记应清晰、均匀，不得有明显断线及污点，所有标记均应与密度计轴线相垂直。线的宽度不大于 0.20mm。 6. 密度计示值的允差一般不得大于±1 个分度值。 7. 其它应符合 GB/T17764《玻璃浮计式密度计的结构和校准原则》标准的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	12 6 2 支	113 226	2 套
71	改变 物体 运动 状态	群信	IDHHD4	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	小铁球、条形磁铁、小球释放装置	2 套	113 226	(六) 运动与力实验器材	

实验装置								
72 水火箭	群信	IDHHD5	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	配套打气筒，输气管不短于 3 m，有向上发射架，发射体有尾翼；容器承受 0.5 MPa 压强应不膨胀或者开裂，小于 0.6 MPa 时容器塞应能脱落，发射后运动方向偏离≤30°。		2	台	505 1010
73 螺旋弹簧组	群信	IDHHD6	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	初中物理供中学物理演示实验用。 一、适用范围： 二、技术要求： 1. 钢制螺旋，五种为一组。弹簧拉力重量为 5N、3N、2N、1N、0.5N。 2. 弹簧上部为圆环，圆环面通过弹簧轴心，下部为可调整弹簧钢度的三角片， 片中心悬伸一钩子。 3. 弹簧钢度分别为：5N: 0.025/mm、3N: 0.015/mm、2N: 0.01/mm、1N: 0.005/mm、 0.5N: 0.0025/mm。 4. 应符合 JY132-1982《螺旋弹簧》的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	17	组	28 476	
74 1N 条形盒测力计	百诺	IDHHD7	宁波 宁波百诺科教 仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理和小学科学及学生分组实验用。 2. J2101 型, 1N。 二、技术要求： 1. 结构、外观应符合 JY0001 第 6、7 章有关规定及 JY0127 第 4.3 条要求。 2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程 1N, 最小分度值 0.02N。 3. 其余应符合 JY0127 第 5 章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	17	个	15 255	
75 2.5N 百诺		IDHHD8	宁波	一、适用范围、规格型号：	17	个	15 255	

76	5N 条形盒测力计	宁波百诺	IDHHD9	宁波百诺科教仪器有限公司	1. 中学物理和小学科学及学生分组实验用。 2. J2101 型, 2.5N。 二、技术要求: 1. 结构、外观应符合 JY0001 第 6、7 章有关规定及 JY0127 第 4.3 条要求。 2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程 2.5N, 最小分度值 0.05N。 3. 其余应符合 JY0127 第 5 章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1	17	个	15 255
77	10N 条形盒测力计	宁波百诺	IDHHD10	宁波百诺科教仪器有限公司	1. 中学物理教学和小学科学学生分组实验用。 2. J2101 型, 10N。 二、技术要求: 1. 结构、外观应符合 JY0001 第 6、7 章有关规定及 JY0127 第 4.3 条要求。 2. 零位可调、拉力式条形盒型、最大量程 10N, 最小分度值 0.2N。 3. 其余应符合 JY0127 第 5 章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1	17	个	15 255

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

78	IN 圆 筒测 力计	IDHHD1 1	宁波 百诺 仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理实验用。 2. J2103 型，1N。 二、技术要求： 1. 结构外观应符合 JY 0127 第 4.3 条及 JY 0001 第 6、7 章有关规定。 2. 零位可调、拉力圆筒型、最大量程 1N，最小分度值 0.02N。 3. 其余应符合 JY 0127 第 5 章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	2	个	11	22
79	5N 圆 筒测 力计	IDHHD1 2	宁波 百诺 仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理实验用。 2. J2103 型，5N。 二、技术要求： 1. 结构外观应符合 JY 0127 第 4.3 条及 JY 0001 第 6、7 章有关规定。 2. 零位可调、拉力圆筒型、最大量程 5N，最小分度值 0.05N。 3. 其余应符合 JY 0127 第 5 章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	2	个	11	22
80	拉力 计 力计	IDHHD1 3	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理实验用。 2. 测量范围：10N~500N。 二、技术要求： 1. 采用表盘推拉力计。 2. 表盘推拉力计材料选用工程塑料或金属材料。表面平整清洁，不应有划痕、 溶迹、缩迹和凹凸不平现象。 3. 刻度盘标有 10—500N。刻度清晰，字迹清楚。	1	个	226	226

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

81	握力计	未来之星	IDHHD1	4	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	<p>4. 拉力计应能承受 1 分钟 550N 的拉力而不损坏。松开拉力后，应能恢复原有性能不变。</p> <p>5. 性能、结构、外观应符合 JY 0001 第 4、6、7 章有关规定。</p> <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。</p>			
82	金属钩码	(10 g× 1, 20 g× 2, 50 g× 2, 20 0g ×	IDHHD1	5	宁波 宁波百诺科教 仪器有限公司	<p>一、适用范围、规格型号：</p> <p>1. 中学物理实验用。</p> <p>2. 测量范围：0—1000N，分度 10N。</p> <p>二、技术要求：</p> <p>1. 由测力盘、指针、握力杆、弹簧等组成。</p> <p>2. 刻度盘标有 0—1000N，刻度清晰，字迹清楚。</p> <p>3. 握力杆漆层附着牢固，不脱落，表面平整光滑、薄厚均匀，不应有剥落和露底现象。</p> <p>4. 性能、结构、外观应符合 JY 0001 第 4、6、7 章有关规定。</p> <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。</p>	1 1 个	125 125	

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

	1)												
83	金属钩码 (50g×10)	百诺	IDHHD1 6	宁波百诺科教 仪器有限公司	一、适用范围 供中、小学演示实验和分组实验用。 二、技术要求： 1. 每套10只，每只50g。 2. 钩码尺寸为Φ27×17.2mm，上钩高10mm，底呈半球形，下钩位于底槽内，上 下钩方向垂直。 3. 材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均现象。 4. 底部凹槽，凹槽深度大于钩的高度。 5. 应符合原教育部JY105—82《钩码》标准的要求。								
84	重锤	群信	IDHHD1 7	宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围 供中、小学演示实验和分组实验用。 二、技术要求： 1. 每套10只，每只50g。 2. 钩码尺寸为Φ27×17.2mm，上钩高10mm，底呈半球形，下钩位于底槽内，上 下钩方向垂直。 3. 材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均现象。 4. 底部凹槽，凹槽深度大于钩的高度。 5. 应符合原教育部JY105—82《钩码》标准的要求。								
85	双锥体上滚演示器	群信	IDHHD1 8	宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围 供中、小学演示实验和分组实验用。 二、技术要求： 1. 每套10只，每只50g。 2. 钩码尺寸为Φ27×17.2mm，上钩高10mm，底呈半球形，下钩位于底槽内，上 下钩方向垂直。 3. 材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均现象。 4. 底部凹槽，凹槽深度大于钩的高度。 5. 应符合原教育部JY105—82《钩码》标准的要求。								
86	摩擦力实 验器	群信	IDHHD1 9	宁波凯迪科教 仪器有限公司	由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计支架、细绳、 钩码等组成。提供同一种材料3种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗 糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小于800 mm×100 mm×10 mm，平面度 误差不大于0.6 mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于110 mm×50 mm ×35 mm，两摩擦面平面度误差应不大于0.1 mm，侧面有挂钩。电机拉动速度0~ 5 cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5%								
87	轴承	青鱼	IDHHD2	宁波	一、适用范围、规格型号：								

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

88	运动和力实验器	未来之星	IDHHD2 1	宁波青鱼教学仪器有限公司	1. 初中物理演示滚动和滑动摩擦原理实验用。 2. 规格型号：J2166 型。	一、适用范围： 中学物理实验用。 二、技术要求： 1. 由滚珠轴承和滑动轴承组成。 2. 滚珠轴承由外圈、内圈、滚珠组成，可方便拆装。 3. 滑动轴承由带铜套的轴承座和金属轴组成。 4. 体结构的轴承可以方便拆卸、组装，可方便观察零件结构。 5. 构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 第 4、5、6、7 章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1. 由平面板、短斜面，小车，钢球 2 个，瓦楞纸片，毛巾，布组成。 2. 短斜面长度不小于 200mm，宽不小于 120mm，有可调节斜面倾角的支撑。 3. 平面板长度不小于 500mm，宽不小于 120mm。 4. 小车轮距不小于 20mm，轴距不小于 60mm，车轮直径不小于 12mm。小车在 500mm 长度平面内，直线运动偏差不大于 5mm。 5. 毛巾、棉布、纸板尺寸应与面板尺寸相适合。 6. 能较好的演示及实验“运动和力的关系”教学内容中模拟伽利略理想实验等相关实验内容。	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	754
89	伽利略理想斜	群信	IDHHD2 2	宁波 宁波凯迪科教仪器有限公司	由轨道、面板、支脚、手柄、长度标尺、角度标尺、记忆游标、圆球、挡球板、金属衬条、支点和捕球网组成；面板长度≥1100 mm，高度≥200 mm；轨道采用可弯曲的柔性材料，长≥1200 mm，内侧宽度为 9 mm，平行度公差≤0.2 mm。轨	2	377	377	

90	惯性演示器	未来之星	IDHHD2	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	道下段固定，上行段倾斜角应能在0°~15°之间连续可调	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理演示实验用。 2. 静态惯性演示器。 二、技术要求： 1. 基本性能、结构、外观应符合JY 0001第4、6、7章有关要求。 2. 仪器由弹片、钢球、塑料片、木质或塑料支座组成。钢球外径约20mm，钢球表面镀铬。 3. 弹片应有足够的弹力，把支座柱头上压有钢球的塑料片弹走，钢球因惯性落入支座柱头凹坑中。 4. 弹片经1000次拉开、释放实验后，仪器实验效果不变。 5. 仪器能承受-20~40℃高、低温环境的贮存和运输。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。	38	38
91	阿基米德原理实验器	群信	WD41	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	(七) 压强与浮力实验器材	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理教学演示实验用。 2. J2118型。 二、技术要求： 1. 由塑料吊筒、塑料圆柱体、溢水杯组成。塑料圆柱体体积为100cm ³ 有等分刻度线，质量120g，塑料吊筒透明，容积为100 cm ³ ，有三条刻度线。 2. 结构、外观应符合JY 175第1.2、1.3条及JY 0001第6、7章的有关要求。 3. 其余应符合JY 174第2章和3.2条要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。	17	29

92	浮力原理演示器	群信	WD42	宁波 宁波凯迪科教仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理演示实验用。 2. J2165 型。 二、技术要求： 1. 由透明盛液筒、隔板、物体、排气管等组成。 2. 隔板可将透明盛液筒分为大小二个容器，物体为圆柱形，质量大于 120g，演示浮力原理现象清晰，效果明显。 3. 仪器所使用的材料质量可靠、塑料应有良好的透明度，并在正常使用条件下应具有一定的机械强度和韧性。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	2	套	60	120
93	气体浮力演示器	群信	WD43	宁波 宁波凯迪科教仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理演示实验用。 2. J2124 型。 二、技术要求： 1. 由鼓风机 1 台、鼓风机长套嘴 1 个、大气泡 5 个、底板 1 块、细线 1 个组成。 2. 结构外观应符合 JY 0001 有关要求。 3. 能够满足中学物理实际教学需求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	2	套	130	260
94	物体浮沉条件演示器	群信	WD44	宁波 宁波凯迪科教仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理演示实验用。 2. J2184 型。 二、技术要求： 1. 盛液筒用无毒、透明塑料制成，高 ≥300mm、内径 ≥100mm，筒壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。	2	套	60	120

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

				器有限公司					
98	2mL 注射器	远燕	WD48	江苏 江苏远燕医疗 设备有限公司	2mL				
99	潜水艇浮沉演示器	群信	WD49	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围： 中学物理演示实验用。 二、技术要求： 1. 潜水艇浮沉演示器由透明气室及吸排气装置配套组成，气室顶端有吸排气孔，下端有进、排水孔。 2. 气室用无毒、透明塑料制成。气室及吸、排气装置密封性良好。气室容积不小于 300cm ³ 。 3. 性能、结构和外观符合 JY 0001 第 4、6、7、有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1	套	17	17
100	液体内部压强实验器	未来之星	WD50	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理演示实验用液体内部压强演示器。 2. J2113 型。 二、技术要求： 1. 结构外貌应符合 JY 0001 第 6、7 章的有关规定和 JY 107 第 1.2 条要求。 2. 由承压盒、支杆、胶管和胶膜等组成。每台仪器应附有备用胶膜 2 片。 3. 承压盒的内径不小于 φ 36mm，转轴孔径约 φ 4mm，孔的轴线通过盒口中心并与盒口在同一平面内，允许偏差为 0.5mm。 4. 胶管内径 6mm，壁厚不小于 1mm，长度不少于 600mm。支杆由 φ 4 低碳钢制成，一端弯角为 90±1° 表面镀铬。 5. 其余应符合 JY 107 第 2 章的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存	1	套	46	46

				应符合 JY0001-2003 的有关规定。				
101	微小压强计	未来之星	WD51	<p>一、适用范围、规格型号：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中学物理演示实验用。 2. J2114 型。 <p>二、技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 由 U 形管、刻度板、三通管、乳胶管、螺旋夹、夹持柄等组成。 2. U 形管用内径均匀的玻璃管制成，其内径为 4~6mm，壁厚不小于 1mm。U 形管竖直长度不小于 380mm，两侧距离 30±1mm，一端成喇叭口，另一端成“接头”状。 3. 三通管用外径为 6+0.5mm 的玻璃管制成，三个端头均为“接头”状。 4. 乳胶管长 250mm，内径 6mm。 5. 刻度板最小刻度为 5mm，刻度部长为 300mm。 6. 产品应符合 JY 133—82《微小压强计》的要求。 <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存</p> <p>应符合 JY0001-2003 的有关规定。</p>	17	台	16	272
102	透明盛液筒	未来之星	WD52	<p>一、适用范围、规格型号：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 适用于中学物理实验教学用透明盛液筒。 2. J1016 型。 <p>二、技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 性能、结构和外观符合 JY 0001 第 4、6、7 有关规定。 2. 透明盛液筒体用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏。 3. 筒的外经 $\phi \geq 100\text{mm}$，高度 $\geq 300\text{mm}$。 4. 筒体表面用丝网漏印法印制表示深度的标尺和刻度标志，呈红色或蓝色。 5. 筒体底部安放平稳、牢固，造型美观。外形平整、无划痕、修正的边沿不得有变形破边等缺陷。 6. 刻度和字迹要清晰、量值要准确。 	17	个	31	527

103	液体 对器 壁压 强演 示器	群信	WD53	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。 一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理演示实验用。 2. J2124 型。 二、技术要求： 1. 由带喷嘴的圆管、橡皮膜、橡皮筋组成。 2. 圆管为玻璃制成，直径不小于 $\phi 25\text{mm}$ ，长度不小于 210mm ，壁厚不大于 2.5mm ，表面光洁透明，无龟裂破损。圆管侧壁上有 2 个喷嘴，直径不小于 $\phi 15\text{mm}$ ，长度不小于 15mm ，喷嘴在圆管上的深度分别为 100mm 、 170mm 。 3. 性能、结构、外观应符合 JY 0001 第 4、6、7 章的有关规定。 4. 技术要求应符合 JY 229 第 2.1~2.7 条的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	154	2	台	77
104	液体 压强 与深 度关 系实 验器	群信	WD54	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 初中物理分组实验。 2. 规格型号： J2185 型。 二、技术要求： 1. 仪器由实验筒、砝码组、浮标环、盛液筒、接水盘、壁上带三个小孔的塑料 筒等组成。能定量地以较大的精确度直接验证液体压强跟深度的正比的关系。 2. 实验筒：用聚丙烯塑料制成的薄壁筒，筒壁有刻度，可直接读出实验筒的浸 水深度。 3. 实验筒砝码组：有 3 个，相同的外径，刚好能放入实验筒中，质量分别为 36.5g、21.5g、17.5g。 4. 浮标环由塑料薄片制成，能使实验筒定位于盛液筒中央竖直漂浮。 5. 结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 第 4、5、6、7 章的有关要求。	782	17	套	46

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

				三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。					
105	圆柱体组	百诺	WD55	宁波 宁波百诺科教 仪器有限公司	包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3 种材质圆柱体；圆柱体直径 20 mm， 高 32 mm；每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g）	17	套	40	
106	立方体组	百诺	WD56	宁波 宁波百诺科教 仪器有限公司	一、适用范围： 中学物理实验用。 二、技术要求： 1. 铜，铁，铝，木材各一个，每个立方体的边长为 25mm。 2. 立方体块表面无毛刺、无锈蚀，无扭曲，成型规整。木质立方块着色美观大方。 3. 金属材料表面需经必要的防锈蚀处理。 5. 金属材料的光洁度不低于 ▽6。 6. 产品参考并符合 JY55-80《体积单位演示器》的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	17	套	1054	
107	长方体组	百诺	WD57	宁波 宁波百诺科教 仪器有限公司	含铜、铁、铝、木材 4 种材质，包括 6 cm ³ 、8 cm ³ 、10 cm ³ 、12 cm ³ 、14 cm ³ 、 20 cm ³ 等 6 种不同体积	17	套	48	
108	马德堡半球	群信	WD58	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理教学演示实验用。 2. J2115 型。 二、技术要求： 1. 结构外观应符合 JY 0001 第 6、7 章的有关规定和 JY 108 第 1.2、1.4 条要求。 2. 其余应符合 JY 108 要求，其中半球（圆盘）的合口处粗糙度不低于 Ra3.2 μm。	1	套	102	102

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

109	DYM3 型空 气 盒压 计	百诺	WD59	宁波 百诺科教 仪器有限公司	3. 当半球(圆盘)的内外压强差为0.0677Mpa(500mmHg),经30分钟后其压 差不低于0.0640Mpa(480mmHg),内外压差用准确度不低于1.5级真空表测量。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。	1	台	260	260		
110	流体 压强 与流 速关 系演 示器 (气 体 式)	群信	WD60	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	1. 产品结构为多膜盒式,其膜盒数量不得少于3只,结构外观应符合JY0001第 6、7章的有关要求。 2. 读数范围:94~104KPa或80~106KPa分度值0.25。 3. 可测量环境气压,在环境温度为0~40℃时,其测量误差应±%5。 4. 其余符合JY0128第4章要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。	2	套	396	792		
111	流体 压强	群信	WD61	宁波 宁波凯迪科教	液体式,由液体流动管道、液体接入部件、液体回收部件、压强观测部件组成 分组成	4 部	2	套	509	1018	

与流速关系演示器(液体式)		仪器有限公司							
112	飞机升力原理演示器	群信	WD62	宁波凯迪科教仪器有限公司	一、适用范围： 中学物理实验使用。 二、技术要求： 1. 由机翼模型、风机、底座、滑杆等组成。机翼模型材质为较高强度的合成材料，尺寸不小于 80mm×60mm。 2. 滑杆、底座材质为金属。风机应符合 GB/T13274《一般用途轴流通风机技术条件》的规定，风机出风口应装有防护网。实验时，用风机正对机翼前沿吹，应能使机翼上升。 3. 符合 GB 21746—2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY001-2003 的有关规定。	2	套	340	680
113	杠杆	群信	KDFN44	宁波凯迪科教仪器有限公司	(八) 简单机械实验器材	17	套	77	1309

					3. 其余应符合 JY 172 第 2 章要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。				
114	演示滑轮组	群信	KDFN45	宁波凯迪科教仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 适用于中学物理教学演示实验用演示滑轮组。 2. J2119 型。 二、技术要求： 1. 产品由三并滑轮 2 件、三串滑轮 2 件及单滑轮 2 件组成。 2. 结构外观应符合 JY 134 第 1.2~1.5 条及 JY 0001 第 6、7 章的有关要求。 3. 其余应符合 JY 134 第 2 章要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1	组	105	105
115	滑轮组	群信	KDFN46	宁波凯迪科教仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理学生分组实验用。 2. J2122 型。 二、技术要求： 1. 有单滑轮 4 件，二并滑轮 2 件，二串滑轮 2 件，可卡滑轮 2 件组成。 2. 该滑轮组用 ABS 工程塑料制成，框架结构用碳钢冷轧板制成，表面镀锌。 3. 应符合原教育部标准《滑轮组》JY135-82 的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	17	组	88	1496
116	轮轴模型	青鱼	KDFN47	宁波青鱼教学仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 初中物理教学演示实验用。 2. J2120 型。 二、技术要求： 1. 结构、外观应符合 JY 0001 第 6、7 章要求。	2	个	57	114

					2. 有台阶轮、主轴、支架、摇臂和平衡块组成，台阶轮两种颜色，大轮 ϕ 120mm 小轮 ϕ 60mm，支架为 2mm 钢板冲压，手柄尺寸 ϕ 10mm \times 120mm，摇臂 ϕ 6mm，臂长 270mm，弯柄长 50mm，平衡块 ϕ 24mm。 3. 其他技术要求应符合 JY109-82
117	滚摆	群信	MFND45	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	<p>一、适用范围、规格型号：</p> <p>1. 中学物理演示实验动能与势能转换及机械能守恒用。</p> <p>2. J2123 型。</p> <p>二、技术要求：</p> <p>1. 由摆体、悬线、支柱、横梁和底座组成。</p> <p>2. 摆轮直径 ϕ 125mm，质量 0.6kg \sim 0.8kg，摆面红、白相间数等分色格，钢制 摆轴 ϕ 8mm \times 160mm，摆轴上两个穿线孔距离 140mm，孔径 ϕ 1.5mm \sim 2mm。支架高 400mm \sim 460mm，横梁长 240mm \sim 300mm。</p> <p>3. 其他技术要求应符合 JY/T0392-2007。</p> <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。</p>
118	动能 实验 演示 器	群信	MFND46	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	包括 2 组平行铝合金滑道；直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径相同、 质量相同的 2 个金属球；金属球释放系统；动能大小观察或比较系统。斜面轨 道与水平轨道连接要平滑，斜面轨道可调节不少于 3 组金属球释放的高度， 通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放。动能大小观察或比较系统 可 速装置 测出两种情况下速度相同，误差 \leqslant 1%。动能 测量系统带有标尺，能定性 观测和比较动能 的大小
119	重力	群信	MFND47	宁波	由直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径 相同、质量相同的 2 个金属球， 1 合 955 955

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

	势能实验演示器	宁波凯迪科教仪器有限公司	金属球释放系统，势能大小观察或比较系统，铝合金支架等组成。可调节金属球释放的高度，能够同时测量不少于3组实验数据。通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放，势能大小观测系统带有标尺，能定性观察和比较势能的大小。					
120	气体做功内能减少演示器	群信	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 初中物理演示气体做功内能减少实验用。 2. 规格型号：J2276 型。 二、技术要求： 1. 由厚壁透明塑料筒、黑色有机板及底座、橡胶塞、乳胶管、底座等组成。 2. 厚壁透明塑料筒：壁厚≥3mm，外径≥70mm，高≥100mm。筒壁厚度均匀，无裂纹；与底座粘接牢固，无漏气；表面光洁、透明度良好，无条纹、无缩迹。橡胶塞与出气孔配合良好。 3. 黑色有机板及底座：黑色塑料制成，表面平整光洁，无条纹、无缩迹。进气嘴与底座粘接牢固，通气畅通。 4. 乳胶管：长度≥400mm。 5. 演示器装有压力表，同时观察压强和温度的变化。所有的机构采用透明和外置处理，演示效果可见度良好，直观明显。 6. 结构及外观的一般要求分别符合 JY 0001 第 4、5、6、7 章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	MFND48	2	872	1744
121	机械能互变演示器	群信	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成；导热管用紫铜管制成，Φ16 mm，厚度1 mm，长65 mm；摩擦绳为约Φ4.5 mm 腊旗绳，长度不小于1 m；弓形夹有效夹持厚度为5 mm～55 mm，夹持深度≥30 mm，夹紧压力≥1960 N	MFND49	2	46	92
122	空气演示器	群信	宁波	一、适用范围、规格型号：	MFND50	2	41	82

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

	压缩引火仪	宁波凯迪科教仪器有限公司	1. 中学物理教学演示实验用。 2. J2253型。	二、技术要求： 1. 结构外观应符合 JY 137 第 1.2~1.4 条要求及 JY 0001 第 6、7 章有关要求。 2. 其余应符合 JY 137-1982 第的规定。 3. 每台仪器应附备用活塞皮垫 2 只。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。				
123	汽油机型	MFND51 宁波青鱼教学仪器有限公司	宁波 宁波青鱼教学仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 初中物理教学演示用。 2. 单缸剖面。 二、技术要求： 1. 基本性能、结构外观应符合 JY 0001 第 4、6、7 章有关要求。 2. 金属或硬塑料制成，高度不小于 300mm。 3. 由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮组、主动轮、挺杆等组成，外壳剖开，能看清内部结构。模型各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。模型能直观地演示出吸气过程、压缩过程、做功过程及排气过程，在做功冲程时活塞到达上止点时，演示火花点火的灯泡应发光，点火完成后灯熄灭。 4. 模型应能适应环境温度为-25~40℃条件下运输或贮存，仪器应不变形，不开裂。	1 个	563 563		
124	柴油机型	MFND52 宁波青鱼教学仪器有限公司	宁波 宁波青鱼教学仪器有限公司	三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。	一、适用范围、规格型号： 1. 初中物理教学演示用。 2. 单缸剖面。	1 个	563 563	

125	能的转化演示器 群信	M-FND53	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	二、技术要求： 1. 基本性能、结构外观应符合 JY0001—2003 第 4、6、7 章有关要求。 2. 由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、油针、齿轮凸轮总成、手柄齿轮、挺杆等组成。其外壳应剖开，能看清内部结构。 3. 用金属或硬塑料制成，高度应大于 300 mm，各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。 4. 能直观地演示出吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程，做功冲程时油针应开启。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	一、适用范围、规格型号： 1. 初中物理演示各种形式的能量之间相互转换用。 2. 规格型号：J2481。 二、技术要求： 1. 通过实验演示可定性了解机械能、电能、光能和热能相互转化互换的物理现象。 2. 基本技术性能： 发电机：空载输出电压>6V； 负载输出电压>3V。（负载电阻 50 Ω 转子速度>1800 转/分）； 光电池输出：（阳光直接照射光电池板）； 空载输出电压：>2V； 负载输出电压：>1.5V（负载电阻 100 Ω）。 3. 电动机驱动电源：直流电压：1.5V，电流<50mA。 4. 电压指示表：满度 1.5V。 5. 电热线圈：5Ω~10Ω、1A。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存	1 367 1 367 1 367	1 367 1 367 1 367

				应符合 JY0001-2003 的有关规定。				
(十) 静电实验器材								
126	玻璃棒 (附丝 绸)	JVDA12	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	一、适用范围： 中学物理实验用。 二、技术要求： 1. 用有机玻璃制成，外形尺寸直径为 $14 \pm 1\text{mm}$ ，长度 $300 \pm 5\text{mm}$ ，头部为球形半径 $R4\text{mm}$ 。 2. 丝绸为桑蚕织品，颜色为本色，尺寸 $\geq 360 \times 360\text{ mm}$ 。 3. 其余应符合 JY 179-1984 的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	17	对	25	425
(十一) 电源及连接线								
127	胶棒 (附毛 皮)	JVDA13	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	一、适用范围： 中学物理实验用（附毛皮）。 二、技术要求： 1. 教师用，聚苯乙烯塑料棒一对附毛皮，外形尺寸直径为 $14 \pm 1\text{mm}$ ，长度 $300 \pm 5\text{mm}$ ，头部为球形半径 $R4\text{mm}$ 。毛皮尺寸不小于 $100 \times 100\text{ mm}$ 。 2. 毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮、羊羔皮等。 3. 其余应符合 JY 179-85 的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	17	对	33	561
128	验电器连 接杆	JVDA14	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	含导电杆、绝缘手柄等。导电杆直径 $\geq 2\text{ mm}$ ，长度 $\geq 250\text{ mm}$ ；绝缘柄直径 $\geq 10\text{ mm}$ ， 长度 $\geq 150\text{ mm}$	2	个	52	104
129	枕形 导体	JVDA15	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理教学演示实验用。 2. 枕形导体有可拆式和不可拆式两种。	2	副	92	184

1.30	感应起电机	群信	JVDA16	宁波凯迪科教仪器有限公司	<p>二、技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 杖形导体用铜或铝制成，铜质导体应用镍、锌或铬镀层、表面抛光，铝质导体应做电化学处理。 2. 缘支柱用有机玻璃制成，底座用绝缘材料制成。 3. 性能、安全、结构、外观应符合 JY 0001 第 4、5、6、7 的有关要求 <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。</p>			
1.31	箔片验电器	群信	JVDA17	宁波凯迪科教仪器有限公司	<p>一、适用范围、规格型号：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中学物理演示实验用。 2. 规格：J2310 型。 <p>二、技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在温度为 20℃、相对湿度为 65%的环境中，摇柄转速 120 转/分时，火花放电距离不小于 55mm。 2. 在温度为 5~30℃ 范围，相对湿度不小于 80%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离不小于 30mm。 3. 起电盘采用直径Φ235mm×3mm，有机玻璃制成。 4. 底座采用绝缘性能良好的塑料或其他同等性能的材料制成。 5. 莱顿瓶极板涂敷高度≥120mm，无划伤、脱落。 6. 其余应符合 JY 115 第 2 章及 JY 0001 标准的有关要求。 <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。</p>			

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

132	群信	8555DE	宁波凯迪科教仪器有限公司	宁波 开关 *1、电池盒、灯座*3、滑动变阻器 20Ω*1、导线*7 等;4. 器材技术要求: a. 规格: ≥650mm*140mm*65mm; b. 材质: ABS; c. 工艺: 塑料注塑成型; d. 其他要求: 不同材料不同线径的导体连接在塑料盒上, 鳄鱼夹头导线接线, 接触导电性能良好, 底面强力磁性, 吸附黑板, 便于教学, 圆弧过渡边角, 握感舒适, 用 来探究影响导体电阻大小的因素: (2) 电阻: a. 规格: ≥150mm*80mm*40mm; b. 材质: ABS; c. 工艺: 塑料注塑成型; d. 其他要求: 大功率 25W 电阻, 包含 5	1. 磁吸式教学演示实验箱, 要求能完成或包括但不限以下所例举的实验项目: (1) 用发光二极管研究电流方向; (2) 连接串联电路和并联电路; (3) 用滑动变阻器改 变灯泡亮度; (4) 探究欧姆定律; (5) 安培力实验; 2. 铝合金或环保 ABS 材料箱 体, 箱体内每种实验器材由固定插槽; 3. 内含器材 (至少包括): 电阻定律(五 排)*1、电阻 5Ω*1、电阻 10Ω*1、电阻 15Ω*1、绿二极管*1、单开关*2、双 开关 *1、电池盒、灯座*3、滑动变阻器 20Ω*1、电动机*1、安培力板*1、A 表*1、V 表*1、导线*7 等;4. 器材技术要求: a. 规格: ≥650mm*140mm*65mm; b. 材质: ABS; c. 工艺: 塑料注塑成型; d. 其他要求: 不同材料不同线径的导体连接在塑料盒上, 鳄鱼夹头导线接线, 接触导电 性能良好, 底面强力磁性, 吸附黑板, 便于教学, 圆弧过渡边角, 握感舒适, 用 来探究影响导体电阻大小的因素: (2) 电阻: a. 规格: ≥150mm*80mm*40mm; b. 材质: ABS; c. 工艺: 塑料注塑成型; d. 其他要求: 大功率 25W 电阻, 包含 5	3056	套						
三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	(十一) 电学实验室器材	7.	产品应符合 JY202-85 《箔片验电器》的有关规定。	6.	在圆球或圆盘上加 8KV 的直流高压时, 泊片的两边张开与中位片的角度应不 小于 45°。移去高压后, 箔片张开角度保持 30°。以上的时间应不小于 1 分钟。	5.	金属箔片厚度不大于 0.02mm, 长度不小于 25mm, 带电时应能顺利张开, 两边 张角应对称, 不飞翻弯曲, 电荷消失后应能完全回零。	4.	导电杆与外壳间应有绝缘套管, 安装后应无明显缝隙, 取下方便, 不致损坏 箔片。	3.	圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成, 镀铬抛光后, 表面光洁无毛刺。 安装后应紧固无松动及歪斜现象。	2.	外壳应牢固、平整、底座平稳, 透光部分应光洁透明, 无气泡及划痕。

133	群信	856DE	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	演示 线路 实验 板	Q, 10Ω, 15Ω, 鳄鱼夹头导线接线, 接触导电性能良好, 底面强力磁性, 吸附黑板, 便于教学, 用来探究欧姆定律; (3) 发光二极管: a. 规格: ≥150mm*80mm*40mm; b. 材质: ABS; c. 工艺: 塑料注塑成型; d. 其他要求: 螺丝帽连接金属件, F5mm 绿色发光二极管, 固定在塑料盒上, 鳄鱼夹头导线接线, 接触导电性能良好, 底面强力磁性, 吸附黑板, 便于教学, 用来探究 LED 电流方向; (4) 单刀单掷开关: a. 规格: ≥150mm*80mm*50mm; b. 材质: ABS; c. 工艺: 塑料注塑成型; d. 其他要求: 螺丝螺帽连接刀夹金属件, 固定在塑料盒上, 鳄鱼夹头导线接线, 接触导电性能良好, 底面强力磁性, 吸附黑板, 便于教学; (5) 滑动变阻器 a. 规格: ≥240mm*70mm*150mm; b. 材质: ABS; c. 工艺: 塑料注塑成型; d. 其他要求: 两种滑动变阻器 20Ω 与 50Ω, 2A, 鳄鱼夹头导线接线, 接触导电性能良好, 侧面强力磁性, 吸附黑板, 便于教学; (6) 教学 A 表 a. 规格: ≥415mm*390mm*75mm; b. 材质: ABS; c. 工艺: 塑料注塑成型; d. 其他要求: 磁电式电流表, 精度 2.5 级, 双量程, 鳄鱼夹头导线接线, 接触导电性能良好, 底面配 8 强磁, 吸附黑板竖放使用, 便于教学; (7) 教学 V 表 a. 规格: ≥415mm*390mm*75mm; b. 材质: ABS; c. 工艺: 塑料注塑成型; d. 其他要求: 磁电式电压表, 精度 2.5 级, 双量程, 鳄鱼夹头导线接线, 接触导电性能良好, 底面配 8 强磁, 吸附黑板竖放使用, 便于教学。	一、适用范围、规格型号: 1. 初中物理电学演示实验用。 2. J2368 型。 二、技术要求: 1. 线路底板用工程塑料压制而成, 其单板基本尺寸和孔的位置应符合底板长度 360mm±1mm, 宽度 240mm±1mm, 高度 20mm±1mm, 孔径尺寸 φ 6mm±0.2mm, 孔心距离 30mm±0.3mm。 2. 紧固销用于底板拼合时应松紧适度, 每块底板配备不少于 5 只。	2	套	397	794
-----	----	-------	------------------------	---------------------	--	---	---	---	-----	-----

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

134	朗斯普利演示电表	857DE	山东朗斯普电子科技有限公司	检流 G: —100 μ A~0~+100 μ A; 直流电流: 0~200 μ A、0~0.5A、0~2.5A; 直流电压: 0~2.5V、0~10V。 灵敏度应符合 JY 0330 第 4.1 条“表 2”的规定。	1	只	198	198
				3. 吊环拆卸应容易，每只吊环应能承受 100 牛顿的拉力而不损坏，每套仪器应不少于三只。 4. 三角支板用于是底板为支撑座将组装的演示板竖起。三角支板安装应松紧适度、拆卸方便。安装后，演示底板不应有明显晃动。三角支板由工程塑料制成。 5. 各种插座插脚的直径为 $\phi 6 \pm 0.3$ mm，中心距为 30mm 的整数倍。 6. 产品应符合 JY218—87《演示线路实验板》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。				

135	直流电流表	朗斯普利 858DE	山东朗斯普电子科技有限公司	山东	1. 准确度等级：2.5 级。 2. 影响量的标准值应符合 JY 0330 第 5.1 条要求。 3. 基本误差极限应符合 JY 0330 第 5.2 条要求。 4. 升降变差应符合 JY 0330 第 5.2.2 条要求。 5. 标称适用范围和改变量应符合 JY 0330 第 5.3 条要求。 6. 阻尼应符合 JY 0330 第 5.4 条要求。 7. 表度尺与表度盘除应符合 JY 0330 第 5.5 条要求。 8. 指针应符合 JY 0330 第 5.6 条要求。 9. 偏离零位和零位调节器应符合 JY 0330 第 5.7 条要求。 10. 表壳应符合 JY 0330 第 5.8 条要求。 11. 面板与装配应符合 JY 0330 第 5.9 条要求。	1. 10. 表壳应符合 JY 0330 第 5.8 条要求。 11. 面板与装配应符合 JY 0330 第 5.9 条要求。 12. 产品标志应符合 JY 0330 第 5.10 条要求。 13. 仪表和（或）附件的过载能力应符合 JY 0330 第 5.11 条要求。 14. 其他应符合 JY 0330 第 5.12、5.13、5.14、5.15 条要求。 15. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 第 4、5、6、7 章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	30	只	48	1440
-----	-------	---------------	---------------	----	---	--	----	---	----	------

12. 产品标志应符合 JY 0330 第 5、10 条要求。 13. 仪表和（或）附件的过载能力应符合 JY 0330 第 5、11 条要求。 14. 其他应符合 JY 0330 第 5、12、5、13、5、14、5、15 条要求。 15. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 第 4、5、6、7 章的有关要求。											
三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。											
136	直流 电压 表	朗斯 普利 公司	859DE	山东 山东朗斯普电子科技有限公司	山东朗斯普电子科技有限公司	1440	48	30	只	48	1440

138	电阻定律实验器	未来之星	861DE	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	9. 指针应符合 JY 0330 第 5、6 条要求。 10. 偏离零位和零位调节器应符合 JY 0330 第 5、7 条要求。 11. 表壳应符合 JY 0330 第 5、8 条要求。 12. 面板与装配应符合 JY 0330 第 5、9 条要求。 13. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 第 4、5、6、7 章的有关要求。 14. 产品标志应符合 JY 0330 第 5、10 条要求。 15. 仪表和（或）附件的过载能力应符合 JY 0330 第 5、11 条要求。 16. 其他应符合 JY 0330 第 5、12、5、13、5、14、5、15 条要求。	三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。	一、适用范围： 初中物理演示实验用。 二、技术要求： 1. 本产品由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成。 2. 外形尺寸： 560mm×180mm×40mm。 3. 工作条件： 温度 -10~40℃，相对湿度不大于 85%。 4. 质量： 约 2kg。 5. 金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。 6. 三种金属导线的规格、阻值如下表：	材质 导线直径 (mm) 有效长度 (mm) 参考阻值 (Ω) 数量 (根)	铜 0.5±0.04 500±2 0.09 1 铁 0.5±0.04 500±2 0.5 1 镍铬 0.5±0.04 500±2 5 2	7. 金属导线、接线柱与底板装接应牢固、无松动现象。金属导线在两接线柱间	17 合 85 1445
-----	---------	------	-------	--------------------------	---	---	--	--	--	--------------------------------------	--------------

139	电阻定律演示器	未来之星	862DE	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	<p>的长度为 $500 \pm 2\text{mm}$。</p> <p>8. 金属导线的材质、直径在底板上应有明显的标记。</p> <p>9. 底板应平整无变形、表面作防护处理。</p> <p>10. 连接片为 1mm 厚的黄铜制成，表面镀铬。</p> <p>11. 接线柱为铜质，直径不小于 8mm，与底板绝缘良好。</p> <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY001-2003 的有关规定。</p>	<p>初中物理演示实验用。</p> <p>二、技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本产品由底板及铜、铁、镍铬三种金属导线、接线柱、连接片、支撑架等组成。 2. 外形尺寸： $1060\text{mm} \times 150\text{mm} \times 40\text{mm}$。 3. 工作条件： 温度 $-10 \sim 40^\circ\text{C}$， 相对湿度不大于 85%。 4. 质量： 约 2kg。 5. 金属导线应精细均匀，在有效长度内不能有弯折、锈蚀现象。 6. 三种金属导线的规格、阻值如下表： <table border="1"> <thead> <tr> <th>材质</th> <th>导线直径 (mm)</th> <th>有效长度 (mm)</th> <th>参考阻值 (Ω)</th> <th>数量 (根)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>铜</td> <td>0.5 ± 0.04</td> <td>1000 ± 2</td> <td>0.09</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>铁</td> <td>0.5 ± 0.04</td> <td>1000 ± 2</td> <td>0.5</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>镍铬</td> <td>0.5 ± 0.04</td> <td>1000 ± 2</td> <td>5</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>7. 金属导线、接线柱与底板装接应牢固、无松动现象。金属导线在两接线柱间的长度为 $1000 \pm 2\text{mm}$。</p> <p>8. 金属导线的材质、直径在底板上应有明显的标记。</p> <p>9. 底板应平整无变形、表面作防护处理。</p> <p>10. 连接片为 1mm 厚的黄铜制成，表面镀铬。</p>	材质	导线直径 (mm)	有效长度 (mm)	参考阻值 (Ω)	数量 (根)	铜	0.5 ± 0.04	1000 ± 2	0.09	1	铁	0.5 ± 0.04	1000 ± 2	0.5	1	镍铬	0.5 ± 0.04	1000 ± 2	5	2	147	台
材质	导线直径 (mm)	有效长度 (mm)	参考阻值 (Ω)	数量 (根)																								
铜	0.5 ± 0.04	1000 ± 2	0.09	1																								
铁	0.5 ± 0.04	1000 ± 2	0.5	1																								
镍铬	0.5 ± 0.04	1000 ± 2	5	2																								

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

					11. 接线柱为铜质，直径不小于8mm，与底板绝缘良好。 12. 产品应符合 JY217—87《电阻定律演示器》的有关规定。						
140	滑动变阻器	5Ω	未来之星	淮安	三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY001-2003 的有关规定。						
141	滑动变阻器	20Ω	象牙塔	淮安	一、适用范围、规格型号： 1. 初中物理演示实验用。 2. 规格：5Ω， 3A。 二、技术要求： 1. 技术规格：5Ω， 3A。 2. 电阻值误差应小于10%。 3. 滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整。 4. 电阻线绝缘层承受不低于1.5KV的电压不被击穿；滑动变阻器承受1.5KV的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象，电阻线直径Φ0.65mm。 5. 在额定电流下工作时，温升不应超过300℃，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象。 6. 瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹。 7. 常温常湿条件下绝缘电阻应大于20MΩ。 8. 滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅。滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。 9. 滑杆采用六角金属材料，滑动头采用黄铜材料，触头采用磷铜材料。 10. 支架采用铝合金材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。 11. 产品应符合 JY0023—1999《滑动变阻器》的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY001-2003 的有关规定。	1	40	40	40	45	765

变阻器			设备有限公司	2. 规格: 20Ω , 2A。 二、技术要求: 1. 技术规格: 20Ω , 2A; 或 10Ω , 2A。 2. 电阻值误差应小于 10%。 3. 滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整。 4. 电阻线绝缘层承受不低于 1.5KV 的电压不被击穿; 滑动变阻器承受 1.5KV 的电压试验, 不应出现飞弧或击穿现象, 电阻线直径 $\phi 0.65\text{mm}$ 。 5. 在额定电流下工作时, 温升不应超过 300°C, 试验后绕线无松动, 绝缘层无破损现象。 6. 瓷管表面上釉, 光滑平整, 无裂纹, 尺寸不小于 $\Phi 30 \times 185\text{mm}$ 。 7. 常温常湿条件下绝缘电阻应大于 $20M\Omega$ 。 8. 滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触, 触头应圆滑, 压力均匀, 滑动应顺畅。滑动头在电阻线上滑动时, 电阻值应均匀变化, 不得有间断跳跃现象。 9. 滑杆采用六角金属材料, 滑动头采用黄铜材料, 触头采用磷铜材料。 10. 支架采用铝合金材料制成, 与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正, 放置平稳。 11. 产品应符合 JY0028—1999《滑动变阻器》的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。 ★提供具有资质的检测机构出具的产品检测报告复印件并加盖制造商鲜章。	一、适用范围、规格型号: 1. 初中物理演示实验用。 2. 规格: 50Ω , 1.5A。 二、技术要求: 1. 技术规格: 50Ω , 1.5A。 2. 电阻值误差应小于 10%。	16	个	51	816
142	50Ω 滑动变阻器	未来之星	865DE	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司					

投标文件

143	电阻 墨	群信	866DE	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	<p>3. 滑动变阻器绕线应紧密排齐、平整。</p> <p>4. 电阻线绝缘层承受不低 1.5KV 的电压不被击穿；滑动变阻器承受 1.5KV 的电压试验，不应出现飞弧或击穿现象，电阻线直径 Φ 0.65mm。</p> <p>5. 在额定电流下工作时，温升不应超过 300°C，试验后绕线无松动，绝缘层无破损现象。</p> <p>6. 瓷管表面上釉，光滑平整，无裂纹。</p> <p>7. 常温常湿条件下绝缘电阻应大于 $20M\Omega$。</p> <p>8. 滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性接触，触头应圆滑，压力均匀，滑动应顺畅。滑动头在电阻线上滑动时，电阻值应均匀变化，不得有间断跳跃现象。</p> <p>9. 滑杆采用六角金属材料，滑动头采用黄铜材料，触头采用磷铜材料。</p> <p>10. 支架采用铝合金材料制成，与绕线电阻管和滑杆结合牢固、端正，放置平稳。</p> <p>11. 产品应符合 JJ0028—1999《滑动变阻器》的要求。</p> <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JJ0001-2003 的有关规定。</p>	<p>一、适用范围、规格型号：</p> <ol style="list-style-type: none"> 初中物理演示实验用。 规格：5Ω，10Ω，15Ω。 <p>二、技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 电阻圈的电阻丝应采用精密阻合金丝（如康铜线、锰铜线、新康铜线等）绕制。表面氧化处理。 工作环境条件：环境温度：-10~40°C；相对湿度：不大于 85%。 接线端钮应为铜质材料，连线后其接触电阻不应大于 0.1Ω。 电阻圈阻值的基本误差不大于 1%。 电阻圈在额定电流下工作 2h 后，各性能指标仍能达到规定要求。 电阻圈在无包装状态下，从 1m 高处自由落下到水泥地面无明显损伤。 电阻圈经-40°C 4h 后，各性能指标仍能达到规定要求。 	16	组	24	384
-----	---------	----	-------	------------------------	---	---	----	---	----	-----

144	教学 电阻 箱	群信	867DE	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	8. 外观的质量要求：绕线平整、间距均匀、使用中或使用后不得松动。氧化层 不得脱落，支座不得出现灼焦现象，并应符合 JY 0001 中第 4、5、6 章的有关规 定。 9. 产品应符合 JY0029—91《电阻圈》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理演示实验用。 2. J2361 型，电阻箱阻值调节范围 0~9999.9 Ω。 二、技术要求： 1. 性能、结构、外观应符合 JY 0001 第 4、6、7 章有关规定。 2. 其他技术要求应符合 JY/T0399-2007。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	2 个	79 158
145	教学 电源	东灵	868DE	南京 南京东灵电器 科技有限公司	一、适用范围、规格： 1. 初中物理教学演示实验用教学电源。 2. 12V/5A，稳压。 二、技术要求： 1. 结构外观看应符合 JY 0001 第 6、7 有关规定。 2. 输出电压： 交流输出，2V~12V，每 2V 一档，共六档；直流稳压输出，1.5V、3V、4.5V、6V、 9V、12V，共 6 档。 3. 额定电流： 交流输出时 5A，有过载保护；直流输出时 2A，有过载保护。 4. 输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，Φ 4mm 铜芯香蕉插、可穿及接线三 种功能。	1 台	487 487	

146	电池盒 (1#电 池)	未来 之星	869DE	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	5.	其余应符合 JY 0361 第 4 章有关规定。	6.	每台电源应附有备用保险管 3 只。	三、	标志、说明书、包装、运输、贮存	应符合 JY0001-2003 的有关规定。						
147	灯座	未来 之星	870DE	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	1.	初中物理和小学科学实验用。	2.	2374 型，配 1 号电池（共 4 节）。	一、	适用范围、规格型号：	二、	技术要求：	1.	结构外观应符合 JY 0001 第 4、6、7 章有关规定。			
148	1.5V	未来	KFS44	淮安	2.	盒体用无毒、性能较好的塑料注塑而成。	3.	电池盒导电部分为铜质，额定工作电压 DV6V，额定工作电流为 1A。	4.	电池盒弹簧夹持应稳定，其夹持力应 $\geq 2.5N$ ，装卸电池应松紧适当。	5.	盒内电池卡无锈蚀，应光洁明亮。盒体应无裂缝、表面平整。	6.	电池盒夹持电池其寿命 ≥ 1000 次。	三、	标志、说明书、包装、运输、贮存	应符合 JY0001-2003 的有关规定。

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

	小灯泡	之星	江苏未来之星科教设备有限公司						
149	2.5V 小灯泡	未来之星	KFS45 江苏未来之星科教设备有限公司	淮安	2.5 V、0.3 A	50	个	1 50	
150	3.8V 小灯泡	未来之星	KFS46 江苏未来之星科教设备有限公司	淮安	3.8 V、0.3 A	50	个	1 50	
151	6V 小灯泡	未来之星	KFS47 江苏未来之星科教设备有限公司	淮安	6 V、0.15 A	50	个	1 50	
152	单刀开关	未来之星	GHS54 江苏未来之星科教设备有限公司	淮安	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理实验用。 2. 单刀单掷式或单刀双掷式。 二、技术要求： 1. 开关的最高电压 36V，额定工作电流 6A。 2. 开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于 7mm，闸刀厚度不大于 0.7mm。接线柱直径为 φ 4mm，有效行程不小于 4mm。 3. 开关的绝缘强度应能承受 1200V，漏电流为 5mA，频率 50Hz 的正弦交流试验电压时 1min 的耐压试验。 4. 开关应具有足够的强度。 5. 其它应符合 JY0117《教学用闸刀开关》的标准要求。	36	个	5	180

				三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY001-2003 的有关规定。				
153	单刀双掷开关	群信	GHS55	宁波 宁波凯迪科教仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理教学演示和学生分组实验用。 2. J2370 型。 二、技术要求： 1. 性能、结构和外观符合 JY 0001 第 4、6、7 有关规定。 2. 开关的最高工作电压 36V，额定工作电流 6A。 3. 其他技术要求应符合 JY0117-1991 标准。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY001-2003 的有关规定。	17	个	8 136
154	双刀双掷开关	群信	GHS56	宁波 宁波凯迪科教仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理实验和学生分组实验用。 2. J2371 型。 二、技术要求： 1. 性能、结构和外观符合 JY 0001 第 4、6、7 有关规定。 2. 开关的最高工作电压 36V，额定工作电流 6A。 3. 其他技术要求应符合 JY0117-1991 标准。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY001-2003 的有关规定。	2	个	11 22
155	200m 插头导线	未来之星	GHS57	淮安 江苏未来之星科教设备有限公司	长度为 200mm；单芯 4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色	150	根	1 150
156	300m 插头导线	未来之星	GHS58	淮安 江苏未来之星	长度为 300mm；单芯 4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色	150	根	2 300

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

	头导线		科教设备有限公司				
400m	插头导线	GHS59	淮安江苏未来之星科教设备有限公司	长度为 400mm; 单芯 4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色	150	根	2
157	未来之星				300		
200m	接线夹导线	GHS60	淮安江苏未来之星科教设备有限公司	长度为 200mm; 单芯 4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色	150	根	1
158	未来之星				150	根	150
300m	接线夹导线	GHS61	淮安江苏未来之星科教设备有限公司	长度为 300mm; 单芯 4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色	150	根	2
159	未来之星				300		
400m	接线夹导线	GHS62	淮安江苏未来之星科教设备有限公司	长度为 400mm; 单芯 4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色	150	根	2
160	未来之星				300		
200m	接线叉导线	GHS63	淮安江苏未来之星科教设备有限公司	长度为 200mm; 单芯 4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜 导线；宜用不同线色	150	根	1
161	未来之星				150	根	150
300m	接线叉导线	GHS64	淮安江苏未来之星科教设备有限公司	长度为 300mm; 单芯 4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜 导线；宜用不同线色	150	根	2
162	未来之星				300		

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

163	400m 接线叉导线	未来之星	GHS65	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	长度为 400mm；单芯 4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜 导线；宜用 不同线色	150	根	2	300
164	200m 组合接头导线	未来之星	GHS66	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	长度为 200 mm；一头为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接 线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色	150	根	1	150
165	300m 组合接头导线	未来之星	GHS67	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	长度为 300 mm；一头为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接 线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色	150	根	2	300
166	400m 组合接头导线	未来之星	GHS68	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	长度为 400 mm；一头为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接 线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色	150	根	2	300
167	焦耳定律演示器	群信	GHS69	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围： 中学物理教学演示实验用。 二、技术要求： 1. 由 60 mm×60 mm 内部密封有电阻丝绕制的透明方盒、U 形玻璃管、印有标尺刻 度的面板、支脚等组成。 2. 第一个方盒内装有二个电阻丝，第二个方盒内装有一个电阻丝，电阻丝的阻 值均为 4 Ω。透明方盒装有放气胶帽，用透明塑料软管与 U 形管连接。	2	套	487	974

168	条形磁铁	未来之星	25SHS	淮安	江苏未来之星 科教设备有限公司	材料牌号	型号	剩磁	矫顽力	最大磁能积	17	对	46
169	蹄形磁铁	未来之星	26SHS	淮安	江苏未来之星 科教设备有限公司	Br Wb/m ³	Hc	KA/m	(BH) max	KJ/m ³	17	个	50
						铝镍碳	LTT3.6	0.50	11.2	2.8~3.6			850

一、适用范围、规格型号：

- 中学物理和小学科学实验用。
- D—CG—LT—180型。

二、技术要求：

- 结构外观应符合 JY 0001 第 6、7 章有关规定。
- 磁铁的外形尺寸不小于 170mm×20mm×10mm。
- 磁铁经高温老化处理后两磁极磁感应强度平均值应不小于 70mT。
- 铝铁碳、铁氧体材料磁钢的磁特性(室温磁化到饱和后的最小值)应不小于下表规定：

材料牌号	型号	剩磁	矫顽力	最大磁能积
Br Wb/m ³	Hc	KA/m	(BH) max	KJ/m ³
铝镍碳	LTT3.6	0.50	11.2	2.8~3.6
铁氧体	Y10T	0.20	128~160	6.4~9.6
	Y15	0.28~0.36	128~192	14.3~17.5

三、标志、说明书、包装、运输、贮存

应符合 JY0001-2003 的有关规定。

一、适用范围、规格型号：

- 中学物理和小学科学实验用。
- D—CG—LU—80型

二、技术要求：

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

	小磁针	之星	江苏未来之星科教设备有限公司	1. 中学物理演示实验用。 2. J2406 型菱形磁针，每付 10 个。					
173	罗盘	雨晨	衡水雨晨教学仪器有限公司	<p>一、适用范围：</p> <p>适用于初中物理实验用。</p> <p>二、技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要由磁针、刻度盘、瞄准设备构成。 2. 刻度盘应有 2° 或 1° 的划分，每隔 10° 有一注记。 3. 指针系长条形的人造磁铁，中央作小帽状并镶有坚硬的玛瑙，支承在度盘中心钢质的顶针上，可以灵活转动。 4. 罗盘仪上还有一小杠杆，罗盘仪不使用时，可旋紧杠杆一端的小螺旋使磁针离开顶针，以减少磨损。 5. 性能、结构、外观应符合 JY0001 第 4、6、7 章的有关要求。 <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。</p>	2	台	21	42	
174	磁感线演示器	群信	宁波凯迪科教仪器有限公司	<p>一、适用范围、规格型号：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中学物理演示实验用。 2. 型号：J2403 型。 <p>二、技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 性能、结构外观应符合 JY 0001 第 4、6、7 章的有关要求， 2. 外壳用有机玻璃制成，外壳应无变形、无划伤，演示观察磁力线应清晰、形 	1	套	67	67	

175	立体磁感 线演示器	未来 之星	32SHS	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	象=	3. 仪器能承受-20℃至 40℃ 高低温贮存和运输。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。		
176	蹄形 电磁 铁	群信	33SHS	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	象=	3. 仪器能承受-20℃至 40℃ 高低温贮存和运输。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。		

				应符合 JY0001-2003 的有关规定。					
177	电磁铁实验器	群信	34SHS	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围： 中学物理演示实验用。 二、技术要求： 1. 由一个U形铁芯、两个线圈和一块衔铁组成。 2. 铁芯上部和衔铁下方中间均有挂钩。 3. 线圈外面有绕向标志。 4. 工作电压直流 6V，工作电流不大于 1A。 5. 其余应符合 JY 0012 第 5 章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	17	个	31	527
178	演示原副线圈	群信	35SHS	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 初中物理实验演示实验用。 2. JZ049 型。 二、技术要求： 1. 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁芯三部分组成。 2. 外形尺寸：70mm×106mm×113mm。 3. 工作条件：环境温度：-10℃～40℃，相对湿度：≤85%。 4. 演示原付线圈骨架用黑色塑料或木料制成，表面光洁。演示付线圈底座平整，直立于平面时不晃动。 5. 演示原线圈技术要求应符合 JY 120 第 2 章 2.2 条有关要求。 6. 演示付线圈技术要求应符合 JY 120 第 2 章 2.3 条有关要求。 7. 铁芯应符合 JY 120 第 2 章 2.4 条有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1	套	46	46
179	螺线	群信	36SHS	宁波	透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕 向清晰可见，宜附带手柄磁针	17	组	59	1003

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

180	充磁器	群信	37SHS	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理实验室给失去或减少磁性的磁铁、磁针等磁性材料充磁。 2. 规格型号： J2444。 二、技术要求： 1. 主要由螺线管、整流器、电源按钮开关、功能转换开关、和外壳组成。 2. 对中学物理实验室配备的条形磁铁 (D-CG-LT-180)、蹄形磁铁 (D-CG-LU-63、 D-CG-LU-80、D-CG-LU-100) 、磁针等磁性材料具有充磁、退磁功能。标有充磁 N极、S极取向标志。 3. 磁后的条形磁铁 (D-CG-LT-180) 的磁感应强度 (表面) $\geq 0.070\text{T}$; 蹄形磁铁 (D-CG-LU-63) 磁感应强度 (表面) $\geq 0.055\text{T}$ 、蹄形磁铁 (D-CG-LU-80) 磁感应 强度 (表面) $\geq 0.050\text{T}$ 、蹄形磁铁 (D-CG-LU-100) 磁感应强度 (表面) $\geq 0.070\text{T}$ 。 4. 绝缘电阻 $\geq 20\text{M}\Omega$ 。 5. 结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 第 4、5、6、7 章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1	台	199	199
181	演示 电磁 继电器	群信	38SHS	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理演示实验用。 2. 卧式结构，约 $150 \times 90 \times 80\text{ mm}$ 。 二、技术要求： 1. 产品为卧式结构，由电磁系统和触点系统两部分组成。 2. 电磁系统包括电感线圈、铁芯、轭铁、衔铁；触点系统包括常闭、常开触点 各一对。 3. 吸合电流小于 48mA ，释放电流大于 10mA 。 4. 额定工作电压： DC9V，电流： $60 \pm 10\text{mA}$ 。	1	个	118	118

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

					5. 触点接触电阻：常闭触点小于 1Ω ，常开触点小于 0.5Ω ，触点开距大于 2 mm 。 6. 触点开、闭后，应无抖动现象。在额定工作电压上，应耐受 500 次无误动作。 7. 电磁线圈应平绕，最外层有明显的绕向标志。轭铁的装配应不易脱落。铁芯、轭铁、衔铁、触点片及触点表面应镀镍。各导线端要焊镀镍的铜质焊片，再与接线柱连接。 8. 结构外观应符合 JY 0001 第 6、7 章有关规定和 JY 50 第 1.2、1.4 条要求。 9. 其余应符合 JY 50-1987 第 2 章的规定。	
					三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	
182	方形线圈	群信	39SHS	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	非金属材料正方形框架；线圈应由直径 $\Phi 0.41\text{ mm}$ QZ 型漆包线绕 150 匝以上制成，线圈边长为 $63\text{ mm}\pm 3\text{ mm}$ ；线圈引线为截面积为 $0.20\text{ mm}^2\sim 0.25\text{ mm}^2$ 、长 320 mm 的多股软线，线端接线叉；接线棒由绝缘材料制成，长度 $150\text{ mm}\sim 160\text{ mm}$ ，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度；接线棒固定端外径 10 mm ，能固定在方座支架的垂直夹上	15 套 24 360
183	电磁感应演示器	群信	40SHS	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	1. U 型磁体、长方形线圈及底座组成；2. U 型磁体为铁钕硼强磁铁，底座配支架，线圈两个边长尺寸 $\geq 180\text{ mm}\times 90\text{ mm}$ ，可前后、左右、上下三个方向切割磁场。	1 套 726 726
184	电磁实验旋转架	未来之星	41SHS	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	由底座、转轴和转台等组成，转台应采用静 电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽 宽度应 $\geq 15\text{ mm}$ ，凹槽深度应 $\geq 8\text{ mm}$ ，凹槽长 度应 $\geq 35\text{ mm}$ ；转台应能作 360° 旋转	30 对 11 330
185	灵敏电流计	朗斯普利	42SHS	山东 山东朗斯普电 子科技有限公 司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理学生分组实验用。 2. J0409 型。 3. 灵敏度应符合 JY 0330 第 4.1 条“表 2”的规定。	17 只 44 748

二、技术要求：								
1. 参考测量范围： 仪表量程：(G0) -300~-0~+300 μ A (G1) \pm 750mV。 内阻：(G0) 80—125Ω (G1) 2400—3000Ω。								
2. 准确度等级：2.5 级。 3. 影响量的标准值应符合 JY 0330 第 5.1 条要求。 4. 基本误差极限应符合 JY 0330 第 5.2 条要求。 5. 升降变差应符合 JY 0330 第 5.2.2 条要求。 6. 标称适用范围和改变量应符合 JY 0330 第 5.3 条要求。 7. 阻尼应符合 JY 0330 第 5.4 条要求。 8. 表度尺与表度盘除应符合第一条外，还应符合 JY 0330 第 5.5 条要求。 9. 指针应符合 JY 0330 第 5.6 条要求。 10. 偏离零位和零位调节器应符合 JY 0330 第 5.7 条要求。 11. 表壳应符合 JY 0330 第 5.8 条要求。 12. 面板与装配应符合 JY 0330 第 5.9 条要求。 13. 产品标志应符合 JY 0330 第 5.10 条要求。 14. 仪表和（或）附件的过载能力应符合 JY 0330 第 5.11 条要求。 15. 其他应符合 JY 0330 第 5.12、5.13、5.14、5.15 条要求。 16. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 第 4、5、6、7 章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。								
186	电流 磁场 演示 器	群信	43SHS	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理演示实验用。 2. 投影式或演示板型。 二、技术要求：	2	套	126 252

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

				1. 其结构外观应符合 JY 0001 第 5、6 章的要求。 2. 由直线电流、环形电流、通电螺线管三个演示板或投影盒组成。 3. 投影盒或演示板由有机玻璃制成，其外壳无变形、无划伤、无漏油，盒内允许有一个直径≤2 mm 的气泡，演示观察磁力线应清晰、直观。 4. 线圈应安装牢固，整齐。						
187	磁悬浮原理实验器	群信	44SHS	宁波 宁波凯迪科教仪器有限公司	包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等	一、适用范围： 中学物理掌握磁场对电流作用力的计算方法用。 二、技术要求： 1. 由镶嵌有强磁铁的塑料 U 形磁极、底座、薄壁钢管制的滚动导体、悬挂 U 形线框组成。 2. 底座上装有可调节水平、垂直状态的轨道。可做水平滚动、悬挂摆动二种状态的实验。 3. 底座长 100 mm，宽 70 mm。支架由厚度不小于 0.8 mm 的铜片制成，水平状态高度 15.5 mm，长度不小于 50 mm，垂直状态高度 43 mm。 4. U 形磁极两磁极间距不小于 17.5 mm，磁极宽不小于 18 mm。 5. U 形线框用直径不小于 1 mm 的铜丝制成，高 45 mm，宽 30 mm。 6. 滚动导体直径 3.5 mm，长度 50 mm。 7. 产品实验效果明显，直观。 8. 性能、结构、外观应符合 JY 0001 第 4、6、7 章有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存	1	套	52	52
188	磁场对电流作用实验器	群信	45SHS	宁波 宁波凯迪科教仪器有限公司			17	套		

				应符合 JY0001-2003 的有关规定。			
189	电机原理演示器	群信	46SHS	宁波 宁波凯迪科教仪器有限公司	卧式，包括定子、转子线圈、集流环和换向器、电刷、底座等；定子与转子串励，额定工作电压应为 24 V；在额定工作电压下连续工作 1 h，温升应不高 于 55 ℃；导体与机座之间的绝缘电阻 $\geq 10 \text{ M}\Omega$	1	个 226 226
190	小型电动机实验室	群信	47SHS	宁波 宁波凯迪科教仪器有限公司	一、适用范围： 中学物理教学演示实验用。 二、技术要求： 应符合 JY22—87《小型电动机模型》的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	17	套 28 476
191	手摇交流发电机	群信	48SHS	宁波 宁波凯迪科教仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理实验用。 2. JZ417型。 二、技术要求： 1. 空载电压 $\geq 8\text{V}$ ，负载 0.3A，电压 $\geq 5\text{V}$ 。 2. 结构外观应符合 JY 21 第 1.3 条及 JY 0001 第 6、7 章有关要求。 3. 技术要求应符合 JY 21 第 2 章的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1	台 206 206
192	光导纤维应用演示器	群信	49SHS	宁波 宁波凯迪科教仪器有限公司	包括传光束、传像束、有机玻璃棒、通讯演示器（发射机和接收机）、字母板、 放大屏等。视听距离 $\geq 6 \text{ m}$ ，传光束长度 $\geq 400 \text{ mm}$ ，横截面 $\geq 2.55 \text{ mm}^2$ ，白光透 过率 $\geq 50\%$ ，传像束长度 $\geq 350 \text{ mm}$ ，传像工作面积 $\geq 100 \text{ mm}^2$ 。光线丝排列对应 整齐，无错位，像元数不低干 900 个	1	台 544 544

(十三) 安全用电实验器材

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

193	安全用电示教板	群信	XS545	宁波 宁波凯迪科教仪器有限公司	12V 供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电； 投标时提供样品	1	套	670	670
194	低压测电器	龍珠	XSS546	揭阳市 揭阳市揭西县棉湖新光测电笔厂	螺钉旋具式，测量范围 100 V~500 V，起辉电压 50 V~90 V，起辉后辉光应稳定不闪烁；绝缘电阻：常态 $\geq 20 M\Omega$ ；潮湿态 $\geq 2 M\Omega$ ；电气强度：常态 2500 V，潮湿态 2000 V；兼作螺钉旋具的旋杆端部硬度测 3 点，至少 2 点不低于 HRC48	1	支	10	10
195	保险丝作演示器	群信	XS547	宁波 宁波凯迪科教仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理演示实验用。 2. JZ376 型。 二、技术要求： 1. 产品使用电源：交流 198V-242V, 50HZ。 2. 面板应采用阻燃材料或金属面板，长度不小于 450mm，高度不小于 300mm，具有线路压降显示表和工作电流表，有相应的实验电路图，电路图应绘制正确，清晰，不易脱落，图形符号应符合 JY0001 的有关规定。 3. 绝缘实验导线或裸实验导线用的接线柱应是铜质，接线柱间的距离不小于 280mm。绝缘实验导线或裸实验导线与接线柱连接后，导线与面板间的距离不小于 80mm。 4. 接保险丝的接线柱为铜质。两接线柱间的距离不小于 80mm。 5. 电路开关开合松紧适宜、控制准确、接线柱、灯泡口接触良好、各连接件连接方便可靠。 6. 实验材料及要求：保险丝 1A、2A、3A、5A 各种不少于 5 米。铜导线，单芯，直径不小于 0.5mm，长不小于 80mm，数量不少于 10 根绝缘实验导线，额定电流 3A，长不小于 290mm，数量不少于 30 根裸实验导线，单芯，直径不大于 0.7mm，	1	套	589	589

长不小于 285mm，数量不少于 10 根短路导线，多芯铜线，长不少于 150mm，两端有接线夹负载（灯泡），12V/50W，数量不少于 4 只负载（灯泡），12V/10W，数量不少于 2 只。	7. 保险丝在长时间通过额定电流时不熔断，通过大于二倍额定电流时短时间熔断。	8. 绝缘实验导线的芯心为金属合金导线，外套为无毒塑料管或纸管；当通过电流大于二倍额定电流时，绝缘实验导线的外套管，应能冒烟，燃烧。	9. 交流电压表和交流电流表为竖直式大指针表。准确度等级不低于 2.5 级，其他应符合 JY0330 的有关要求。	10. 在 9m 外观看实验应清晰。	11. 当输入电压为 220V 时。电源输出空载电压不大于 14.5V，额定电流时负载电压不小于 12V，额定电流值，不小于 10A。	12. 用裸实验导线连接电路，并在接保险丝的两接线柱间接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电 5 分钟后将负载短路，保持 5 分钟，关闭电源，重新开启电源，仪器应能正常工作。	13. 符合 JY/T0364-2004《保险丝作用演示器》有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。 投标时提供样品
							(十四) 玻璃仪器
196	橡胶塞	江莱	GDH4T	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	000、00、0~10 号 白色，质地均匀	15	Kg
197	Φ 15mm X	江莱	GDH5T X	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 初中实验教学加热、反应及盛存液体试剂用。 2. 规格：Φ 15mm × 150mm。	36	支
						345	345
						3	108

	150mm 试管				二、技术要求:			
					1. 外形尺寸: 全管长 150 ± 5 mm, 壁厚 ≥ 1 mm。 2. 急冷温差 $> 200^{\circ}\text{C}$ 。 3. 用料: 钠钙或硅硼玻璃。 4. 造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 5. 内应力消除: 在偏光仪下呈紫红色。			
					三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。			
					一、适用范围、规格型号:			
					1. 中学实验教学加热、反应及盛存液体试剂用。 2. 规格: $\Phi 30 \times 200$ mm。			
					二、技术要求:			
					1. 用料: 钠钙或硅硼玻璃。 2. 外形尺寸: 全管长 200 ± 5 mm, 壁厚 ≥ 1.5 mm。 3. 急冷温差 $> 200^{\circ}\text{C}$ 。 4. 外形平整、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 5. 内应力消除: 在偏光仪下呈紫红色。			
					三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。			
198	Φ30mm × 200mm 试管	江莱	GDH6T	泰州 江苏长江教学 设备有限公司				
199	圆底烧瓶	江莱	GDHT7	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	250 mL , 圆底透明硼硅酸盐玻璃制, 玻璃薄厚均 匀, 底部应规整	3	个	22 66
200	平底烧瓶	江莱	GDH8T	泰州 江苏长江教学	250mL , 平底透明硼硅酸盐玻璃制, 平底烧瓶 放在平台上时, 应直立不摇晃、 不转动	3	个	14 42

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

				设备有限公司							
201	100mL 烧杯	江莱	GDH9T	泰州 江苏长江教学设备有限公司	100 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口 容量应超过标称容量的 10%或烧杯 的满口容量和标称容量的两液面间 距不应少于 10mm，并应采用容量差 值较大的一种		36	个	6	216	
202	250mL 烧杯	江莱	GDH10T	泰州 江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 初中实验教学加热实验用。 2. 规格： 250mL。 二、技术要求： 1. 壁厚≥1.1mm。满容量应超过标称容量的 10%，满容量和标称容量两液面间距 ≥10mm。 2. 急冷温差不小于 200°C。 3. 应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。		18	个	8	144	
203	500mL 烧杯	江莱	GDH11T	泰州 江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 初中实验教学加热或盛存溶液用。 2. 规格： 500ml 二、技术要求： 1. 壁厚≥1.2mm。满容量应超过标称容量的 10%，满容量和标称容量两液面间距 ≥10mm。 2. 急冷温差不小于 200°C。 3. 应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。		3	个	10	30	
204	酒精灯	江莱	GDH12T	泰州 江苏长江教学	一、适用范围、规格型号： 1. 加热实验用。		18	个	7	126	

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

205	漏斗	江莱	GDH13T	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 教学实验过滤、分液、滴液用。 2. 规格：90mm。 二、技术要求： 1. 产品选用钠钙玻璃制成。 2. 外形尺寸：斗径 90±5mm，斗高 72±1mm，斗柄长 90±2mm，斗柄外径 10~11mm。 3. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	3	个	8	24
206	100mL量筒	江莱	GDH14T	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 初中实验教学中盛量液体用。 2. 规格：100mL 二、技术要求： 1. 外形尺寸要求：全高 250±10mm，底座直径>58 mm，壁厚>1 mm，底厚>3 mm。 2. 最小分度值：1mL 或 2mL。 3. 示值允差：标准温度 20℃ 时≤±0.8mL。	36	个	11	396

				4. 分度线清晰、完整、耐久。刻度宽≤0.4mm。长线长度>周长的1/4，中线长 度>周长的1/6，短线>周长的1/8。 5. 表面和内层不允许有薄皮气泡、积水条纹、密集小气泡存在，其它外观缺陷 也不能造成影响计量读数及仪器强度。 6. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。			
				三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。			
(十五) 收纳器材							
207	250mL量筒	江莱	GDH15T	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	250 mL, 2 mL 透明钢钎玻璃制, 分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久, 容积为 20 °C时充满量筒刻度线所容纳体积	2	个
208	组合货架	未来之星	DEG021	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	1. 颜色：白色； 2. 尺寸：不小于 150*50*200cm； 3. 结构：蝴蝶孔卡扣设计，4 根立柱，不少于 4 层层板； 4. 材质：加厚冷轧钢板厚度不低于 0.4mm，层板背面有加强筋，环保静电喷涂； 5. 性能：立柱钢板壁厚不低于 1.6mm，有斜撑和横梁提高稳定性，单层承重不低于 100kg。	1	套
209	实验用品提篮	未来之星	DEG022	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	一、适用范围： 中学实验室用工具。 二、技术要求： 1. 采用木制。 2. 提篮外形尺寸：长≥380±10 mm, 宽≥280±10 mm, 深≥280±10 mm。 3. 提手承重≥15 Kg。	2	个

				4. 其余要求应符合 JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的相关规定。				
三、标志、说明书、包装、运输、贮存								
应符合 JY0001-2003 的有关规定。								
二、化学教学实验室器材								
				(一) 电器				
210	烘干箱	明达	UDS99	浙江嘉兴市南湖区明达教育仪器厂	一、适用范围： 初中化学实验中烘干、加温等操作用。 二、技术要求： 1. 工作温度范围：40℃～200℃。最高表面温度：不大于室温～35℃。 2. 有箱体、温度指示仪表、控制系统。内室尺寸：400×400×380mm。 3. 冷态绝缘电阻：不小于 0.5MΩ。 4. 耐压：交流 50Hz、1500V。 5. 温度波动：不大于±1℃。 6. 温度均匀性：不大于 2℃。 7. 箱体最高表面温度：不大于室温～35℃。 8. 要求符合《远红外线干燥箱》GB4746-84 的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1 台	1811	1811
211	教学电源	东灵	UDS100	南京南京东灵电器科技有限公司	一、适用范围： 适用于中学教学分组和演示实验用的电源。 二、技术要求： 1. 输出电压：交流输出，2—12V，每 2V 一挡；共六档；额定输出电流：5A；直 流稳压输出，1.5V—12V，分 1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V 六档；额定输出电 流：2A；直流大电流短时输出：40A，8 秒自动关断。 2. 交流输出：	1 台	487	487

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

212	钢丝 钳	卓灵 工具	41TR01	张家港 五金工具制造 有限公司
1	把	40	40	1

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

					2. 技术要求应符合 GB 6295.2 的第 2 章有关要求。 3. 其它技术要求应符合 GB 6290 夹扭钳和剪切钳通用技术条件的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。					
213	民用剪刀	金日美	41TF02	广东金日美刀剪	无锡鑫美达五金科技有限公司	长 170 mm, 用于剪布	2	把	17 34	
214	玻璃管切割器	鑫美达	41TF03	无锡鑫美达五金科技有限公司	一、适用范围： 适用于初中化学实验教学用。 二、技术要求： 1. 切割器配有手柄，安全可靠。 2. 割刀锋利、耐用。 3. 其它要求应符合 JY 0001-2003 有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	初中物理实验室用。 初中化学实验室用。	1	个	51	51
215	三角锉	未来之星	41TF04	淮安江苏未来之星科教设备有限公司	一、适用范围： 初中物理实验室用。 二、技术要求： 1. 150mm, 带柄。 2. 规格尺寸应符合 SG 241 表格 1 的有关要求。 3. 其它技术要求应符合 SG 241 第 2 章的技术要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	初中物理实验室用。 初中化学实验室用。	1	把	17 17	17
216	打孔器	象牙塔	41TF05	淮安江苏盛达教学设备有限公司	一、适用范围： 适用于中学理化生及小学科学实验中橡胶塞（软木塞）打孔用。 二、技术要求：	初中物理实验室用。 初中化学实验室用。	2	个	17 34	34

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

	器刮刀	之星	江苏未来之星科教设备有限公司	中学实验室用工具。				
				二、技术要求：				
				1. 本产品由壳体及油石组成。 2. 壳体钢制。壳体在磨刀时应夹紧打孔器，且打孔器正好与油石靠牢。 3. 油石为白刚玉料。 4. 打孔器刮刀装配牢固，无松动现象。 5. 由锥形定位架、刮刀片、刀片张角调节螺丝、手柄、油石等组成。 6. 能使刃口变钝的打孔器重新恢复使用。 7. 应符合 JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》。 8. 应符合 JY0002-2003《教学仪器产品的检验规则》。				
				三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。				
				一、适用范围、规格型号： 初中化学实验室用。				
219	电动钻孔器	飞将牌	41TF08	永康市永康飞博五金工具有限公司	二、技术要求： 1. 结构及外观的一般要求应符合 JY 0001 的相关要求。 2. 产品性能能满足中学物理实验教学的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1	台	1158
					(三) 测量仪器			
220	200g 电子天平	华徐		宁波慈溪华徐衡器实业有限公司	200 g, 0.01 g	1	台	317
221	100g 托盘天平	华徐	3HG78	宁波慈溪华徐衡器实业有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 产品为有标尺非封闭式天平，用于中小学实验教学用。 2. 规格型号：100g。	17	台	78
								1326

222	酸度计	3HG79	泰州泰州市育才教育设备有限公司	一、适用范围： 适用于初中化学实验教学用。 二、技术要求： 1. 测量范围：1~14。 2. 测量结果通过表盘显示，刻度直接换算为PH值。断电后数据不丢失。 3. 分辨率：0.01PH; 1mv。 4. 性能指标符合 JY001 标准规定要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY001-2003 的有关规定。	2	个	113	226
223	数字测温计	3HG80	河北衡水雨晨教学仪器有限公司	一、适用范围： 化学实验中测量温度用。 二、技术要求： 1. 工作电压：220V±10%。 2. 测温范围：-30~-+200°C。 3. 分辨率：0.1°C。	1	个	249	249

225	未来之星 铁三角	GDH82	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	未来之星	GDH83	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	一、适用范围： 适用于初中物理、化学、生物和小学科学实验用。 二、技术要求： 1. 圆环、支撑脚用料为Φ6mm冷拉钢材质。 2. 支撑圆环直径Φ80mm，圆环平面与放置台面平行，高130mm。 3. 三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳。 4. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损；不应有锈蚀及其他机械损伤。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。.	17 个	8 136
226	21mm 试管架	未来之星	GDH84	未来之星	GDH85	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	木制或塑料制，8孔，孔径21mm，立柱粘结牢固 木制或塑料制，8孔，孔径25mm 木制或塑料制，8孔，孔径35mm	17 个	34 578
227	25mm 试管架	未来之星	GDH84	未来之星	GDH85	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司		2 个	34 68
228	35mm 试管 架	未来之星	GDH85	未来之星	GDH85	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司		2 个	34 68
229	10mL 量筒	江莱	82SGS	泰州 江苏长江教学	一、适用范围、规格型号： 1. 中学实验教学中盛量液体用。			17 个	7 119

				6. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。					
232	100mL量筒	江莱	85SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 初中实验教学中盛量液体用。 2. 规格：100ml 二、技术要求： 1. 外形尺寸要求：全高 250±10mm，底座直径>58 mm，壁厚>1 mm，底厚>3 mm。 2. 最小分度值：1mL 或 2mL。 3. 示值允差：标准温度 20℃ 时≤±0.8ml。 4. 分度线清晰、完整、耐久，刻度宽≤0.4mm。长线长度>周长的 1/4，中线长度>周长的 1/6，短线>周长的 1/8。 5. 表面和内层不允许有薄皮气泡、积水条纹、密集小气泡存在，其它外观缺陷也不能造成影响计量读数及仪器强度。 6. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	2	个	11	22
233	500mL量筒	象牙	86SGS	淮安 江苏盛达教学 设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 适用于中学实验教学中盛量液体。 2. 规格型号：500ml。 二、技术要求： 1. 外形尺寸要求：全高 350±15mm，底部直径大于 85mm，壁厚大于 1.2mm，底 厚大于 4mm。 2. 最小分度值：5ml。 3. 示值允差：标准温度 20℃ 时≤±0.8ml。 4. 分度线宽度不应超过 0.5mm。	2	个	23	46

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

234	ø15mm×150mm 试管	江莱	87SGS	泰州 江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 初中实验教学加热、反应及盛存液体试剂用。 2. 规格：Φ 15mm×150mm。 二、技术要求： 1. 外形尺寸：全管长 150±5mm，壁厚≥1 mm。 2. 急冷温差>200°C。 3. 用料：钠钙或硅硼玻璃。 4. 造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 5. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	250	支	2	500
235	ø18mm×180mm 试管	江莱	88SGS	泰州 江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学实验教学加热、反应及盛存液体试剂用。 2. 规格型号：Φ 18mm×180mm。 二、技术要求： 1. 用料：钠钙或硅硼玻璃。	75	支	2	150

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

236	ø20mm×200mm 试管	江莱	89SGS	泰州 江苏长江教学设备有限公司	4. 造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 5. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1. 中学实验教学加热、反应及盛存液体试剂用。 2. 规格型号：Φ 20mm×200mm 二、技术要求： 1. 用料：钠钙或硅硼玻璃。 2. 外形尺寸：全管长 200±5mm，壁厚≥1 mm。 3. 急冷温差>200℃。	75	支	2
237	ø32mm×200mm 试管	江莱	90SGS	泰州 江苏长江教学设备有限公司	4. 造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 5. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1. 中学实验教学加热、反应及盛存液体试剂用。 2. 规格型号：Φ 32×200mm 二、技术要求： 1. 用料：钠钙或硅硼玻璃。 2. 外形尺寸：全管长 200±5mm，壁厚≥1.5mm。	6	支	6
								36	

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

238	ø20m m× 200m m 口 部具 支试 管	江莱	91SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	3. 急冷温差 $>200^{\circ}\text{C}$ 。 4. 外形平整、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 5. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1. 中学实验教学加热、蒸馏等反应用。 2. 规格型号： ø 20×200mm。 二、技术要求： 1. 外形尺寸：试管长 200±5mm，壁厚 $\geqslant 1.2\text{mm}$ 。支管长 35±5mm，支管外经 >7 ±0.5mm。 2. 急冷温差 $>200^{\circ}\text{C}$ 。 3. 外形平整、薄厚均匀、熔接部位、管口等部分熔光平整，无薄皮气泡、透明疙瘩、结石、条纹等缺陷。 4. 应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	45	支	6	270
239	ø20m m× 250m m 硬 质玻 璃管	江莱	92SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	1. 中学实验教学加热、反应及盛存液体试剂用。 2. 规格型号： ø 20 mm×250mm。 二、技术要求： 1. 用料：钠钙或硅硼玻璃。 2. 外形尺寸：全管长 250±5mm，壁厚 $\geqslant 1.2\text{mm}$ 。 3. 热稳定性 $\geqslant 200^{\circ}\text{C}$ 。 4. 外形平整、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、	6	个	3	18	

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

				条纹等缺陷。轻微缺陷应不得影响产品强度。 5. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。					
240	100mL 烧杯	江莱	93SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。 一、适用范围、规格型号： 1. 中小学实验教学加热实验用。 2. 规格型号：100ml。 二、技术要求： 1. 壁厚≥0.9mm。满容量应超过标称容量的 10%，满容量和标称容量两液面间距 ≥10mm。 2. 急冷温差不小于 200°C。 3. 应力消除：在偏光仪下呈紫红色	45	个	6	270
241	250mL 烧杯	江莱	94SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。 一、适用范围、规格型号： 1. 中学实验教学加热实验用。 2. 规格型号：250mL。 二、技术要求： 1. 壁厚≥1.1mm。满容量应超过标称容量的 10%，满容量和标称容量两液面间距 ≥10mm。 2. 急冷温差不小于 200°C。 3. 应力消除：在偏光仪下呈紫红色。	30	个	8	240
242	500mL 烧杯	未来 之星	95SGS	淮安 江苏未来之星	一、适用范围、规格型号： 1. 初中实验教学加热或盛存溶液用。	2	个	10	20

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

杯		科教设备有限公司	2. 规格型号： 500ml 二、技术要求： 1. 壁厚≥1.2mm。满容量应超过标称容量的 10%，满容量和标称容量两液面间距 ≥10mm。 2. 急冷温差不小于 200℃。 3. 应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY001-2003 的有关规定。					
243	1000 mL 捞 江莱 杯	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	96SGS	一、适用范围、规格型号： 1. 中学实验教学加热或盛存溶液用。 2. 规格型号： 1000ml。 二、技术要求： 1. 壁厚≥1.3mm。满容量应超过标称容量的 10%，满容量和标称容量两液面间距 ≥10mm。 2. 急冷温差不小于 200℃。 3. 应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY001-2003 的有关规定。		2	个	18 36
244	250mL 平 底烧 瓶	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	97SGS	250 mL，平底透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶 放 在平台上时，应直立不摇晃、 不 转动		2	个	16 32
245	100mL 锥 形瓶	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	98SGS	一、适用范围、规格型号： 1. 适用于中学化学课实验教学。 2. 规格型号： 100ml。 二、技术要求：		17	个	9 153

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

246	250mL 锥形瓶	江莱	99SGS	泰州 江苏长江教学设备有限公司	1. 容量 100ml, 壁厚不小于 0.8mm。 2. 成型规整, 颈高高为颈外经的 1~1.25 倍。 3. 玻璃缺陷应符合 ZBN64001 标准 4.4 条规定要求。 4. 应力消除: 在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	17	个	14	238
247	250mL 蒸馏烧瓶	江莱	100SGS	泰州 江苏长江教学设备有限公司	1. 适用范围、规格型号: 1. 中学实验做反应物多、加热时间长的反应时用。 2. 规格型号: 平、长, 250ml。 二、技术要求: 1. 瓶外径 85±2mm, 瓶颈外径 35±1.5mm, 烧瓶全高 140±3mm, 瓶底直径 40±2mm, 壁厚 ≥0.9mm。 2. 造型规整。造型偏差, 壁厚偏差小于 0.6mm。 3. 底部无结石、节瘤存在。Φ 0.5mm 以下可目测到的微小气泡, 每 10cm ² 范围内不多于 3 个。 4. 其它玻璃缺陷应符合 ZBN64001 标准 4.4 条的要求。 5. 应力消除: 在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	2	个	33	66

248	125mL集气瓶	江莱	101SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	3. 造型规整，壁厚偏差小于 0.6mm。 4. 支管应连接牢固光滑，底部无结石、节瘤存在。Φ 0.5mm 以下可目测到的微小气泡，每 10cm ² 范围内不多于 3 个。 5. 玻璃缺陷应符合 ZBN64001 标准 4.4 条的要求。 6. 应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1. 中学实验教学收集气体用。 2. 规格型号：125ml。	一、适用范围、规格型号： 1. 外形尺寸要求：全高 100±2mm，瓶身高 61±4mm，瓶肩高 21±2mm，瓶颈高 22±2mm，瓶身径 56±2mm，瓶颈直径 34±2mm，壁厚≥1.2 mm，底厚≥2 mm。 2. 毛玻片：边长 50×50mm，厚 2~3 mm。 3. 玻片须经单面磨制，表面平整，无破损、砂粒、光斑等存在。瓶口也须磨制平整，盖上毛玻片后有良好的气密性。 4. 玻璃缺陷：砂粒不超过 3 个，最大允许直径 1mm；气泡不超过 2 个，最大允许面积 3×6mm；透明疙瘩不超过 2 个，最大允许直径 2mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	60	个
249	250mL集气瓶	江莱	102SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	1. 中小学实验教学收集气体用。 2. 规格型号：250ml。	一、适用范围、规格型号： 1. 外形尺寸要求：全高 130±6mm，瓶身高 77±5mm，瓶肩高 25±2mm，瓶颈高 28±2mm，瓶身径 70±2mm，瓶颈径 40±2mm，壁厚≥1.2 mm，底厚≥2 mm。	12	个	

				2. 瓶盖边长 60×60mm, 盖厚 2~3mm。 3. 瓶盖毛玻片须经单面磨制, 表面平整, 无破损、砂粒、光斑等存在。瓶口也 须磨制平整, 盖上毛玻片后有良好的气密性。 4. 玻璃缺陷: 砂粒不超过 3 个, 最大允许直径 1mm; 气泡不超过 2 个, 最大允 许面积 3×6mm; 透明疙瘩不超过 2 个, 最大允许直径 2mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。			
250mL 液封除毒气集气瓶	江莱	103SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	一、适用范围: 适用于中学化学实验教学用。 二、技术要求: 1. 250ml。 2. 结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 的相关要求。 3. 产品性能满足中学化学实验教学的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	2	个	53 106
251 广口瓶	江莱	104SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	一、适用范围、规格型号: 1. 盛装化学药品用。 2. 规格型号: 白、60ml。 二、技术要求 1. 外形尺寸要求: 瓶身高 52±4mm, 瓶肩高 13±2mm, 瓶颈高 15±2mm, 瓶身径 42±1mm, 瓶颈径 25±2mm, 壁厚 ≥1mm, 底厚 ≥1.5mm。 2. 瓶口圆正, 无毛刺、无歪斜。瓶塞配合适宜, 盖塞后有良好的气密性。 3. 玻璃缺陷: 砂粒不超过 3 个, 最大允许直径 1mm; 气泡不超过 2 个, 最大允 许面积 3×6mm; 透明疙瘩不超过 2 个, 最大允许直径 2mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	100	个	6 600

252	L广 口瓶	江莱	泰州 设备有限公司	105SGS	一、适用范围、规格型号： 1. 盛装化学药品用。 2. 规格型号：白、250ml。 二、技术要求： 1. 外形尺寸要求：瓶身高 77±4mm，瓶肩高 25±2mm，瓶颈高 28±2mm，瓶身径 70±2mm，瓶颈径 34±2mm。壁厚 ≥1.3mm，底厚 ≥2mm。 2. 瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 3. 玻璃缺陷：砂粒不超过 3 个；最大允许直径 1mm，气泡不超过 2 个；最大允许面积 3×6mm，透明疙瘩不超过 2 个；最大允许直径 2mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	17	个	8	136
253	L广 口瓶	象牙 塔	淮安 江苏盛达教学 设备有限公司	106SGS	一、适用范围、规格型号： 1. 盛装生物药品用。 2. 规格型号：白、500ml。 二、技术要求： 1. 外形尺寸要求：瓶身高 98±8mm，瓶肩高 32±2mm，瓶颈高 30±3mm，瓶身径 84±3mm，瓶颈径 40±2mm。壁厚 ≥1.3mm，底厚 ≥2mm。 2. 瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 3. 玻璃缺陷：砂粒不超过 5 个，最大允许直径 1mm；气泡不超过 2 个，最大允许面积 4×8mm；透明疙瘩不超过 3 个，最大允许直径 3mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。 ★提供具有资质的检测机构出具的产品检测报告复印件并加盖制造商公章。	3	个	11	33

254	125ml 茶色广口瓶	江莱	107SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	一、适用范围、规格型号：	1. 适用于中学化学实验盛装化学药品、试剂。 2. 规格型号：茶色、125ml。	二、技术要求：	1. 瓶色为茶色（或棕色）。 2. 外形尺寸：瓶身高 $61 \pm 4\text{mm}$, 瓶肩高 $21 \pm 2\text{mm}$, 瓶颈高 $22 \pm 2\text{mm}$, 瓶身径 $56 \pm 2\text{mm}$, 瓶颈径 $29 \pm 2\text{mm}$. 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$, 底厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 。 3. 瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞及瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 4. 允许玻璃缺陷：1mm 直径一下的砂粒不超过 3 个；面积在 $3\text{mm} \times 6\text{mm}$ 以下的气泡不超过 2 个；直径在 2mm 以下的透明疙瘩不超过 2 个。 5. 应力消除：在偏光仪下观察呈紫红色。	三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。	17	个	17	个	8	136
255	250ml 茶色广口瓶	江莱	108SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	一、适用范围、规格型号：	1. 适用于中学化学实验盛装化学药品、试剂。 2. 规格型号：茶色、250ml。	二、技术要求：	1. 瓶色为茶色（或棕色）。 2. 外形尺寸：全高 $130 \pm 5\text{mm}$, 体高 $105 \pm 4\text{mm}$, 瓶身直径 $70 \pm 2\text{mm}$, 瓶口直径 $34 \pm 2\text{mm}$. 壁厚 1.3mm , 底厚 2.0mm , 塞高 $23 \pm 2\text{mm}$ 。 3. 瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞及瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 4. 允许玻璃缺陷：1mm 直径一下的砂粒不超过 3 个；面积在 $3\text{mm} \times 6\text{mm}$ 以下的气泡不超过 2 个；直径在 2mm 以下的透明疙瘩不超过 2 个。 5. 应力消除：在偏光仪下观察呈紫红色。		3	个	11	33		

256	60mL 细口 瓶	江莱	109SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。 一、适用范围、规格型号： 1. 盛装化学药品用（多用于盛装液体试剂）。 2. 规格型号：60ml。 二、技术要求： 1. 外形尺寸要求：全高 85±5mm，瓶体高 60±4mm，瓶身径 44±2mm，壁厚 1mm， 瓶底厚 1.5mm，瓶口直径 18±1mm，瓶塞高 24±2mm。 2. 瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良 好的气密性。 3. 玻璃缺陷：砂粒不超过 3 个，最大允许直径 1mm；气泡不超过 2 个，最大允 许面积 3×6mm；透明疙瘩不超过 2 个，最大允许直径 2mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	50	个	5	250
257	125mL 细口 瓶	江莱	110SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 盛装化学药品用（多用于盛装液体试剂）。 2. 规格型号：125ml。 二、技术要求： 1. 外形尺寸要求：瓶身高 60±4mm，瓶肩高 18±2mm，瓶颈高 22±2mm，瓶身径 54±2mm，瓶颈径 20±2mm。壁厚 ≥1.2mm，底厚 ≥1.8mm。 2. 瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良 好的气密性。 3. 无严重玻璃缺陷：砂粒不超过 3 个，最大允许直径 1mm；气泡不超过 2 个， 最大允许面积 3×6mm；透明疙瘩不超过 2 个，最大允许直径 2mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	100	个	6	600

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

258	250mL 细口瓶	江莱	111SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 盛装化学药品用（多用于盛装液体试剂）。 2. 规格型号：白、250ml。 二、技术要求： 1. 外形尺寸要求：瓶身高 77 ± 6 mm，瓶肩高 25 ± 2 mm，瓶颈高 28 ± 2 mm，瓶身径 70 ± 2 mm，瓶颈径 25 ± 2 mm。壁厚 ≥ 1.3 mm，底厚 ≥ 2 mm。 2. 瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 3. 无严重玻璃缺陷：砂粒不超过 3 个，最大允许直径 1mm；气泡不超过 2 个，最大允许面积 3×6 mm；透明疙瘩不超过 2 个，最大允许直径 2mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY001-2003 的有关规定。	10	个	10	个	8	8	80				
259	500mL 细口瓶	江莱	112SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 盛装化学药品用（多用于盛装液体试剂）。 2. 规格型号：500ml。 二、技术要求： 1. 外形尺寸要求：瓶身高 100 ± 6 mm，瓶肩高 30 ± 2 mm，瓶颈高 28 ± 2 mm，瓶身径 70 ± 2 mm，瓶颈径 25 ± 2 mm。壁厚 ≥ 1.3 mm，底厚 ≥ 2 mm。 2. 瓶口圆正，无明显歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 3. 无严重玻璃缺陷：砂粒不超过 3 个，最大允许直径 1mm；气泡不超过 2 个，最大允许面积 3×6 mm；透明疙瘩不超过 2 个，最大允许直径 2mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY001-2003 的有关规定。	3	个	3	个	11	11	33				
260	1000mL 细口瓶	江莱	113SGS	泰州 江苏长江教学	一、适用范围、规格型号： 1. 盛装化学药品用（多用于盛装液体试剂）。	1	个	1	个	14	14					

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

	口瓶		设备有限公司	2. 规格型号：白、1000ml。 二、技术要求： 1. 全高 200±8mm，瓶体高 162±6mm，瓶身径 106±3mm，壁厚 1.7mm，瓶底厚 2.5mm，瓶口直径 29±1mm，瓶塞高 32±2mm。 2. 瓶口圆正，无明显歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 3. 玻璃缺陷：砂粒不超过 5 个；最大允许直径 1.5mm，气泡不超过 2 个；最大允许面积 6×10mm，透明疙瘩不超过 4 个；最大允许直径 5mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY001-2003 的有关规定。					
261	3000mL 细口瓶	江莱	114SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	1. 适用范围、规格型号： 1. 盛装化学药品用（多用于盛装液体试剂）。 2. 规格型号：白、3000ml。 二、技术要求： 1. 瓶口圆正，无明显歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 2. 玻璃缺陷：砂粒不超过 5 个；最大允许直径 1.5mm，气泡不超过 2 个；最大允许面积 6×10mm，透明疙瘩不超过 4 个；最大允许直径 5mm。 3. 能够满足初中化学实际教学需要。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY001-2003 的有关规定。	1	个	76	76
262	60mL 茶色细口瓶	江莱	115SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	1. 适用范围、规格型号： 1. 盛装化学药品用（多用于盛装液体试剂）。 2. 规格型号：茶色、60ml。 二、技术要求： 1. 外形尺寸要求：全高 85±5mm，瓶体高 60±4mm，瓶身经 44±2mm，壁厚 1mm，	17	个	6	102

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

				瓶底厚 1.5mm，瓶口直径 $18 \pm 1\text{mm}$ ，瓶塞高 $24 \pm 2\text{mm}$ 。 2. 瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 3. 玻璃缺陷：砂粒不超过 3 个；最大允许直径 1mm，气泡不超过 2 个；最大允许面积 $3 \times 6\text{mm}$ ，透明疙瘩不超过 2 个；最大允许直径 2mm。					
263	125mL 茶色细口瓶	江莱	116SGS	泰州 江苏长江教学设备有限公司	三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。 一、适用范围、规格型号： 1. 盛装化学药品用（多用于盛装液体试剂）。 2. 规格型号：茶色、125ml。 二、技术要求： 1. 瓶色为茶色（或棕色）。 2. 外形尺寸要求：瓶身高 $60 \pm 4\text{mm}$ ，瓶肩高 $18 \pm 2\text{mm}$ ，瓶颈高 $22 \pm 2\text{mm}$ ，瓶身径 $54 \pm 4\text{mm}$ ，瓶颈径 $20 \pm 2\text{mm}$ 。壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，底厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 。 3. 瓶口圆正，刻度清晰，造型规整，无毛刺、无歪斜。磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 4. 无严重玻璃缺陷。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。	17	个	136	
264	250mL 茶色细口瓶	江莱	117SGS	泰州 江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 盛装化学药品用（多用于盛装液体试剂）。 2. 规格型号：茶色、250ml。 二、技术要求： 1. 外形尺寸要求：瓶身高 $77 \pm 6\text{mm}$ ，瓶肩高 $25 \pm 2\text{mm}$ ，瓶颈高 $28 \pm 2\text{mm}$ ，瓶身径 $70 \pm 2\text{mm}$ ，瓶颈径 $25 \pm 2\text{mm}$ 。壁厚 $\geq 1.3\text{mm}$ ，底厚 $\geq 2\text{mm}$ 。 2. 瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。	5	个	11	55

265	500ml 茶色细口瓶	江莱	118SGS	泰州 江苏长江教学设备有限公司	<p>好的气密性。</p> <p>3. 无严重玻璃缺陷。</p> <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY001-2003 的有关规定。</p>				
266	酒精灯	江莱	119SGS	泰州 江苏长江教学设备有限公司	<p>一、适用范围、规格型号：</p> <p>1. 盛装化学药品用（多用于盛装液体试剂）。</p> <p>2. 规格型号：茶色、500ml。</p> <p>二、技术要求：</p> <p>1. 外形尺寸要求：瓶身高 100±6mm，瓶肩高 30±2mm，瓶颈高 28±2mm，瓶身径 70±2mm，瓶颈径 25±2mm。壁厚 ≥1.3mm，底厚 ≥2mm。</p> <p>2. 瓶口圆正，无明显歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。</p> <p>3. 无严重玻璃缺陷。</p> <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY001-2003 的有关规定。</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>	<p>个</p> <p>个</p> <p>个</p>	<p>14</p> <p>14</p> <p>7</p>	<p>28</p> <p>28</p> <p>105</p>

					应符合 JY0001-2003 的有关规定。					
267	气体发生器	江莱	120SGS	泰州 江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学化学实验制取气体时使用。 2. 规格型号： 250ml。 二、技术要求： 1. 产品由底部带孔、颈部为圆球状的磨口试管（附胶塞）及具支、磨口锥形烧瓶构成。 2. 外形尺寸： 试管及烧瓶壁厚均大于 9mm。试管口直径 24mm，颈部球径 38mm，全长 180±5mm。烧瓶底径 80mm，高 140mm，支管外径 8mm，支管长 30mm。4#胶塞。 3. 理化性能符合 GB6579，GB6580 标准的规定。 4. 仪器外观无明显的结石、节瘤、气泡等玻璃缺陷。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。		1	个	129	129
268	冷凝器	江莱	121SGS	泰州 江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 蒸馏实验冷却蒸馏气体用。 2. 规格型号：直固，300mm。 二、技术要求： 1. 外形尺寸：外套管长 300±10mm，外径 33±1.5 mm，上管长 80±10mm，外径 23±1mm，下管长 100±10mm，下管外径 12±0.5mm，进出水管口径 4±1mm，内芯外径 11±0.5mm，内芯、外套管厚>1.2mm，下管厚>1.5mm。 2. 造型规整，芯管居中，各管口无毛刺，上管口卷边圆正，无缺口，焊接处光滑牢固，无严重玻璃缺陷。 3. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。		1	支	31	31

269	牛角管	江莱	122SGS	泰州 江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 实验中接受液体及连接仪器用。 2. 规格型号：变形，Φ8mm×150mm。 二、技术要求： 1. 外形尺寸：套厚>1.3mm，上管外径18±1mm，下管外径9±1mm。 2. 造型平整，弯角处不得偏瘪，无严重玻璃缺陷。 3. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1 支	5	5
270	T形三通连接管	江莱	123SGS	泰州 江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围： 适用于初中化学实验教学用。 二、技术要求： 1. 产品选用钠钙玻璃制成，用于导管分流。 2. 熔解部位平滑、均匀、无气泡。 3. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1 支	5	5
271	Y形三通连接管	江莱	124SGS	泰州 江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围： 适用于初中化学实验教学。 二、技术要求： 1. 产品选用钠钙玻璃制成 Y 形，用于导管分流。 2. 熔解部位平滑、均匀、无气泡。 3. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1 支	5	5
272	单球	江莱	125SGS	泰州	一、适用范围、规格型号：	2 支	8	16

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

	干燥管	江苏长江教学设备有限公司	1. 中学教学实验干燥气体用。 2. 规格型号：单球，150 mm。						
			二、技术要求： 1. 外形尺寸：长度 150±5 mm，壁厚 1±0.2 mm，球径 35±3 mm。 2. 无严重玻璃缺陷。 3. 应力：在偏光仪下呈紫红色或扩散淡蓝色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY001-2003 的有关规定。						
273	60mm 漏斗	江莱	126SGS	泰州 江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 教学实验过滤、分液、滴液用。 2. 规格型号：60mm。 二、技术要求： 1. 外形尺寸：斗径 60±1.5mm，斗高 51±1mm，斗柄长 60±5mm，外径 7—8mm， 出水角度 60±1°。 2. 漏斗口圆正，焊接牢固。玻璃缺陷要求：气泡不超过 2 个（最大直径 ϕ 3mm）， 砂粒不超过 1 个（最大直径 ϕ 1mm）。 3. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY001-2003 的有关规定。	15	支	6	90
274	90mm 漏斗	江莱	127SGS	泰州 江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 教学实验过滤、分液、滴液用。 2. 规格：90mm。 二、技术要求： 1. 产品选用钠钙玻璃制成。 2. 外形尺寸：斗径 90±5mm，斗高 72±1mm，斗柄长 90±2mm，斗柄外径 10~11mm。 3. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。	1	支	10	10

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

					三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。			
275	长颈漏斗	江莱	128SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	漏斗口径 90 mm, 斗颈长 90 mm, 下口磨成 45°角, 斜口边口倒角或熔光, 耐水性 HGB3 级	15	支	9 135
276	梨形分液漏斗	江莱	129SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 实验教学过滤、分液、滴液用。 2. 规格型号：梨形，50ml。 二、技术要求： 1. 外形尺寸：壁厚>1.2mm, 柄长 100±10mm。 2. 造型规整。漏斗口圆正、灯工焊接牢固。塞盖及分液活塞磨砂均匀，配合适宜，不渗漏。 3. 无严重玻璃缺陷。轻微缺陷如条纹、气泡、结石等不得影响仪器本身的使用强度。 4. 内应力：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	2	支	45 90
277	球形分液漏斗	江莱	130SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	50 ml , 球型瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔	2	支	45 90
278	100mm滴管	江莱	131SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	100 mm 直形, 滴管尖嘴口径 1 mm, 上端有防滑脱翻口, 翻口处直径比滴管直 径略多 1 mm~2 mm	40	支	2 80
279	150mm滴管	江莱	132SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	150 mm 直形, 滴管尖嘴口径 1 mm, 上端有防滑脱翻口, 翻口处直径比滴管直 径略多 1 mm~2 mm	30	支	3 90

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

280	圆水槽	江莱	133SGS	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	$\Phi 250\text{mm} \times 100\text{mm}$, 圆形, 塑质, 透明透光率 $\geq 85\%$	1	个	58	58
(六) 配套用品材料									
281	实验用品提篮	未来之星	NSG36	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	<p>一、适用范围: 中学实验室用工具。</p> <p>二、技术要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 采用木制或塑料。 提篮外形尺寸: 长$\geq 380\pm 10\text{ mm}$, 宽$\geq 280\pm 10\text{ mm}$, 深$\geq 280\pm 10\text{ mm}$。 提手承重$\geq 15\text{ Kg}$。 其余要求应符合 JY00001—2003《教学仪器产品一般质量要求》中的相关规定。 <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001—2003 的有关规定。</p>	1	个	68	68
282	坩埚钳	江莱	NSG37	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	<p>一、适用范围、规格型号:</p> <ol style="list-style-type: none"> 用于初中化学实验中夹持坩埚。 200mm。 <p>二、技术要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 坩埚钳张、合自如, 夹持牢靠。 钳长 200mm。 表面涂镀层均匀, 无起泡、龟裂、脱落和磨损。 <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001—2003 的有关规定。</p>	15	个	17	255
283	烧杯夹	江莱	NSG38	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	<p>一、适用范围: 中学化学实验中夹持烧杯用。</p> <p>二、技术要求:</p>	3	个	17	51

					1. 成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤。 2. 具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装。 3. 夹杆直径为 10mm±2mm，夹头内侧有软质垫衬。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。				
284	镊子	江莱	NSG39	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	200mm，圆嘴	15	个	5	75
285	试管 夹	江莱	NSG40	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	中学化学、生物及小学科学课堂实验中夹持试管用。 二、技术要求： 1. 产品为木质或竹质材料制成。夹长不小于 100mm，手柄长度不小于 80mm。 2. 夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	15	个	3	45
286	止水 皮管 夹	江莱	NSG41	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	中学化学、生物实验室装置中控制液体或气导通或截至用。 二、技术要求： 1. 水止皮管夹用钢丝拧制而成，弹性良好，夹持牢靠，表面作镀锌处理。 2. 成型规整，表面无锈蚀。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	3	个	2	6
287	陶土 网	江莱	NSG42	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	金属网尺寸 ≥125 mm×125 mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网	3	个	8	24
288	燃烧 架	江莱	NSG43	泰州	一、适用范围：	5	把	2	10

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

匙			江苏长江教学设备有限公司	中学化学及小学科学课堂实验中作燃烧实验或焰色反应使用。				
				二、技术要求：				
				1. 燃烧勺用紫铜制成，手柄杆长度不小于 200mm。 2. 手柄与燃烧勺焊接牢靠。 3. 成型规整、表面无毛刺、无锈蚀。				
				三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。				
				一、适用范围：				
				中学化学、生物及小学科学实验中取用微小颗粒或粉末试剂、药品用。				
				二、技术要求：				
				1. 产品为塑料或木质材料制成。 2. 两端分别为大小匙勺，全长不小于 100mm。				
				三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。				
289	金属药匙	江莱	NSG44	泰州 江苏长江教学设备有限公司	泰州 江苏长江教学设备有限公司	Φ 3mm×4mm	2 Kg	45 90
290	玻璃棒	江莱	NSG45	泰州 江苏长江教学设备有限公司	泰州 江苏长江教学设备有限公司	000、00、0~10 号 白色，质地均匀	5 Kg	23 115
291	橡胶塞	江莱	NSG46	泰州 江苏长江教学设备有限公司	泰州 江苏长江教学设备有限公司	80mm	3 个	9 27
292	结晶皿	江莱	NSG47	泰州 江苏长江教学设备有限公司	泰州 江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 实验教学中做点滴实验或遮盖等使用。 2. 规格型号：60 mm。	3 个	5 15
293	60mm 表面皿	江莱	NSG48	泰州 江苏长江教学设备有限公司	泰州 江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 实验教学中做点滴实验或遮盖等使用。 2. 规格型号：60 mm。	3 个	5 15

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

				设备有限公司				
297	反应板	江莱	NSG52	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	至少 6 穴	17	个	23 391
298	6 孔 井穴 板	江莱	NSG53	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	6 孔, 5ml×6, 附带双导气管的井穴塞	17	个	5 85
299	升降 台	象牙 塔	NSG54	淮安 江苏盛达教学 设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学物理实验教学用。 2. J1110 型。 二、技术要求： 1. 由两个工作台面、升降竿等构成。 2. 工作台面分大小两块，台面用厚度不小于 1.5mm 的不锈钢板制成。 3. 载物台面积不小于 150mm×150mm, 下底板面积不小于 200mm×200mm。 4. 台面平面度≤1.5mm。 5. 台面载重≥10kg 重物，并升至 1/2 高度和全程高度时，应无下滑、无倾斜、 无损坏、无变形。升降过程应灵活轻便无阻滞。 6. 台面载重 10kg 时应保持水平。 7. 台面升降范围：≥150mm。 8. 性能、安全、结构、外观应符合 JY 0001 第 4、5、6、7 章要求。 9. 其他技术要求应符合 JY/T0419-2010 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。 ★提供具有资质的检测机构出具的产品检测报告复印件并加盖制造商 鲜章。	17	个	157 2669
300	注射	江莱	NSG55	泰州	10mL×1, 30mL×1, 50mL×1, 100mL×1	1	套	34 34

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

	器 (10 mL× 1, 30 mL× 1, 50 mL× 1, 10 0mL ×1)		江苏长江教学 设备有限公司				
301	Φ 12mm 试管 刷	江莱	NSG56	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	Φ 12 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露	17	个
302	Φ 18mm 试管 刷	江莱	NSG57	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	Φ 18 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露	17	个
303	Φ 32mm 试管 刷	江莱	NSG58	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	Φ 32 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有 刷丝，铁丝不可外露	3	个
304	磁力 加热 搅拌 器	明达	NSG59	浙江 嘉兴市南湖区 明达教育仪器 厂	一、适用范围： 适用于初中化学实验教学使用。 二、技术要求： 1. 使用电源： AC 220V±22V, 50Hz。	1	台

2. 消耗功率：300W±25W。 3. 能够搅拌1000ml 玻璃烧杯中的实验物质：配二粒搅拌籽。 4. 电机采用无级调速，调速范围为 250r/min~2600r/min。 5. 加热温度采用无级调温，调温加热盘温度小于 300°C。 6. 搅拌时噪声不大于 55 dB (A)。 7. 安全要求：应符合 GB 4706.1 的有关规定。 8. 外观应符合 JY 0001—2003 的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。								
金属矿、金属及合金标本	弘儒教仪	MKD878	山东弘儒教育装备有限公司	山东	一、适用范围： 适用于中学化学实验教学。 二、技术要求： 1. 金属矿物标本由方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁铁矿、铝土矿等组成。 2. 金属标本由铁、铅、锌、铜、铝等组成。 3. 合金标本由钢、黄铜、不锈钢、铍铜、磷青铜等组成。 4. 应符合 J Y 0005-90《矿物岩石标本》中的相关规定。 5. 符合 JY0001-2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1	盒	57
金刚石结构模型	群信	MKD879	宁波凯迪科教仪器有限公司	宁波	一、适用范围： 中学化学教学演示实验用。 二、技术要求： 1. 模型由碳原子、单键，双键组成，拼装成的模型应形似足球。 2. 模型用无毒、结实耐用的材质制成。各部分数量充足。结构应科学、合理。 能满足正常的教学。	1	套	152

				3. 表面色泽美观、逼真。 4. 仪器的性能、安全及外观的一般要求应分别符合 JY0001 标准的第 4、5、7 章的有关要求。 5. 其他要求应符合 JY0001 标准第 9 章的要求。					
307	石墨 结构 模型	群信	MKD880	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围： 中学化学教学演示实验用。 二、技术要求： 1. 模型由碳原子、单键，双键组成，拼装成的模型应形似足球。 2. 模型用无毒、结实耐用的材质制成。各部分数量充足。结构应科学、合理。 能滿足正常教学。 3. 表面色泽美观、逼真。 4. 仪器的性能、安全及外观的一般要求应分别符合 JY0001 标准的第 4、5、7 章的有关要求。 5. 其他要求应符合 JY0001 标准第 9 章的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1	套	152	152
308	石墨 烯结 构模 型	群信	MKD881	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	碳原子： $\Phi \geq 8$ mm 黑色塑料球；化学键： $\Phi 6.3$ mm $\times 30$ mm 透明塑料管	1	套	245	245
309	碳 -60 结构 模型	群信	MKD882	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 适用于中学化学实验教学。 2. 规格型号： 碳-60。 二、技术性能：	1	套	235	235

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

				<p>1. 碳-60 模型由碳原子、单键，双键组成，拼装成的模型应形似足球。</p> <p>2. 模型用无毒、结实耐用的材质制成。各部分数量充足。结构应科学、合理。能满足正常教学。</p> <p>3. 表面色泽美观、逼真。</p> <p>4. 仪器的性能、安全及外观的一般要求应分别符合 JY0001 标准的第 4、5、7 章的有关要求。</p> <p>5. 其他要求应符合 JY0001 标准第 9 章的要求。</p> <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。</p>		
310	碳纳米管结构模型	群信	MKD883	宁波 宁波凯迪科教仪器有限公司	<p>碳原子： $\Phi \geq 8$ mm 黑色塑料球；化学键： $\Phi 6.3$ mm $\times 30$ mm 透明塑料管</p> <p>一、适用范围：</p> <p>用来说分子结构、化学键、分子轨道等基本概念。</p> <p>二、技术性能：</p> <p>1. 本品应为球棒式分子结构模型，色彩鲜明，连接牢固，经久耐用。</p> <p>2. 设计合理，比例恰当能确切地表示出键长、键型、键角等重要结构参数，通用性强。</p> <p>3. 模型用无毒、结实耐用的材质制成，数量充足，结构应科学、合理。</p> <p>4. 表面色泽美观、逼真。</p> <p>5. 仪器的性能、安全及外观的一般要求应分别符合 JY0001 标准的第 4、5、7 章的有关要求。</p> <p>6. 其他要求应符合 JY0001 标准第 9 章的要求。</p> <p>7. 分子结构模型中用来表示不同原子的塑料小球的颜色通常见下表</p>	1 套
311	分子结构模型	群信	MKD884	宁波 宁波凯迪科教仪器有限公司	<p>元素 碳 氢 氧 硫 氮 氯 金属</p>	1 套 135 135

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

				元素符号 C H O S N Cl M-1 M-2 模型颜色 黑 橙 天蓝 浅黄 深蓝 绿 银灰 红 8. 其余要求应符合 JY52《分子结构模型技术条件》中的相关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。				
312	元素周期表	雨林	MKD885	河南雨林教育工程有限公司	一、适用范围： 适用于中学化学实验教学。 二、技术要求： 1. 幅面不少于 1500mm×1000mm，布质、带轴。 2. 印刷质量：符合 GB7705-87《平版装潢印刷品标准》。 3. 元素周期表采用彩印，文字和符号应清晰。 4. 国家正规出版物，符合新课标教学的要求。 5. 出版单位应符合教育部标准 Y0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1	件	306 306
313	炼铁高炉模型	群信	MKD886	宁波凯迪科教仪器有限公司	一、适用范围： 初中化学讲解“生铁冶炼”有关知识，演示炼铁高炉的构造、炼铁原理及过程。 二、技术性能： 1. 模型为炼铁高炉纵切式展示。 2. 模型用无毒、结实耐用的材质制成，高度不小于 50cm。 3. 表面色泽美观、逼真，应能明确观察到炉喉、炉胸、炉腰、炉腹、炉缸等部位。 4. 各部位有用规范汉字标注的名称及温度等标志。 5. 仪器的性能、安全及外观的一般要求应分别符合 JY0001 标准的第 4、5、7 章的有关要求。	1	套	203 203

				6. 其他要求应符合 JY0001 标准第 9 章的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。					
314	合成有机分子材料标本	弘儒教仪	MKD887	山东弘儒教育装备有限公司	一、适用范围： 适用于中学化学实验教学。 二、技术要求： 1. 标本定位装于硬质材料制成的盒内，须注明各标本名称。盒盖用透明材料制成，方便观看。本产品由塑料等高分子合成材料组成。 2. 每块标本面积不得小于 25×25 mm。标本表面须保持清洁，不得有毛刺和污物。本产品标本特征典型、明显、结构牢靠。 3. 标本种类不少于 10 种。 4. 符合 JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1	盒	67	67
315	溶液导电演示器	群信	MKD888	宁波凯迪科教仪器有限公司	一、适用范围： 中学化学教学演示实验用。 二、技术要求： 1. 电源电压：DC 6V。 2. 电解质溶液导电演示器由电路系统、LED 显示屏、插孔、连接线、容器等部分组成。 3. 电子电器零件排列整齐、连接可靠，所有焊点应焊接可靠，大小适中，无虚焊、连焊。 4. 印刷线路板走线布局合理，无碰线、断路、短路，复合铜皮无脱落、绝缘可靠。 5. 开关的断开和闭合操作灵活可靠。 6. 通过溶液导电演示，应从 LED 显示屏上定性地看出溶液的强弱。	1	台	275	275

316	水电解演示器	象牙塔	MKD889	淮安 江苏盛达教学 设备有限公司	1 台 385 385	1 台 385 385	1 台 385 385	★提供具有资质的检测机构出具的产品检测报告并加盖制造商 鲜章。

(八) 安全防护器材							
317	简易急救箱	未来之星	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	PDH69	一、适用范围： 化学实验中处理突发性事故时使用。 二、技术要求： 1. 急救箱内所配药物及器材应能满足实验过程中出现的烫伤、灼伤、机械创伤及消毒等一般性救护处理的需要。 2. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY0001 标准的第 4、5、6、7 章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1 个	340 340
318	护目镜	象牙塔	淮安 江苏盛达教学 设备有限公司	PDH70	一、适用范围： 初中化学、生物实验教学用。 2. 侧面完全遮挡。 二、技术要求： 1. 具有遮挡、过滤各类强光及射线辐射的功能，并具有较好的耐腐蚀性能。 2. 眼镜四周有防护罩。有插装滤光片的构造。配有 3~5 号滤光片。 3. 侧面能够完全遮挡。 4. 性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY0001-2003 标准的第 4、5、6、7 章的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	32 副	28 896
319	防护面罩	未来之星	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	PDH71	一、适用范围： 初中化学实验教学用。 二、技术要求： 1. 帽式面罩，用高强度、无毒、无刺激性气味的材料制成。 2. 面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。视窗尺寸：50mm×100mm。	1 个	142 142

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

320	防护口罩	未来之星	PDHT72	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	<p>一、适用范围：</p> <p>适用于做实验使用直接式防毒口罩。</p> <p>二、技术要求</p> <p>1. 由主体、滤毒盒、吸气阀和系带组成。</p> <p>2. 口罩能完全罩住口、鼻不漏气。</p> <p>3. 系带可调节松紧。</p> <p>4. 防毒时间不小于1小时。</p> <p>5. 有关口罩的数据： 口罩重量：<250克；呼气阻力：<49帕；吸气阻力：<78帕；漏气系数：<5%；有害空间：<170cm³；下方视野：>35°。</p> <p>6. 口罩应卫生清洁，不得有灰尘。不得用有毒材料制作。应符合 GB2890-82《过滤式防毒面具》GB2890-82的有关规定。</p> <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。</p>	1	个	374	374
321	耐酸手套	未来之星	PDH73	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	<p>一、适用范围：</p> <p>适用于教师实验使用。</p> <p>二、技术要求</p> <p>1. 产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于30cm。</p> <p>2. 应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。</p> <p>3. 冬季不得发硬，夏季不得粘连。</p> <p>4. 各部位应完整严密，无开裂和小孔。</p> <p>5. 应符合 GB21746-2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准要求。</p>	2	双	11	22

				三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY001-2003 的有关规定。					
三、生物教学实验器材									
(一) 电器									
322	烘干箱	明达	KJ25	浙江嘉兴市南湖区明达教育仪器厂	一、适用范围： 初中化学实验中烘干、加温等操作用。 二、技术要求： 1. 工作温度范围：40℃~200℃。最高表面温度：不大于室温~35℃。 2. 有箱体、温度指示仪表、控制系统。内室尺寸：400×400×380mm。 3. 冷态绝缘电阻：不小于 0.5MΩ。 4. 耐压：交流 50Hz、1500V。 5. 温度波动：不大于 ±1℃。 6. 温度均匀性：不大于 2℃。 7. 箱体最高表面温度：不大于室温~35℃。 8. 要求符合《远红外线干燥箱》GB4746-84 的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY001-2003 的有关规定。	1	台	1811	1811
323	恒温水浴锅	明达	KJ26	浙江嘉兴市南湖区明达教育仪器厂	一、适用范围、规格型号： 1. 适用于初中生物化学实验中短时间保持温度不变之用。 2. 型号：HH-1 数显电子恒温水浴锅。 二、技术要求： 1. 工作室容积：2L。 2. 加热功率：500W。 3. 温控范围：室温~100℃。 4. 温控精度：±1℃。 5. 升温速度：1℃/min。	1	台	340	340

					6. 电源：交流 220V/50Hz。 7. 外形尺寸：不小于 180×180×130mm。 8. 内锅中的不锈钢管内应装有热敏电阻，控温部分选用电子控温，温度数显直接显示锅内实际温度。 9. 产品还应符合 JY0001-2003 中第 4、5、6、7 章的有关要求。				
324	实验用品 提篮	未来 之星	55DH	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	一、适用范围： 中学实验室用工具。 二、技术要求： 1. 采用木制或塑料。 2. 提篮外形尺寸：长≥380±10 mm，宽≥280±10 mm，深≥280±10 mm。 3. 提手承重≥15 Kg。 4. 其余要求应符合 JY0001-2003 《教学仪器产品一般质量要求》中的相关规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1	个	68	68
325	枝剪	群信	58SH	宁波 宁波凯迪科教 仪器有限公司	(三) 工具	2	把	41	82
326	200g 托盘天平	华徐	IDS48	宁波 慈溪华徐衡器 实业有限公司	(四) 测量仪器	1	台	98	98

327	红液 温度 计	ID549	河北 衡水雨晨 仪器有限公司	一、适用范围： 适用于初中生物温度计使用。 二、技术要求： 1. 温度测量范围红液 0℃~100℃，分度值为 1℃。 2. 相邻两标度线的间距、有机液体温度计应不小于 0.8mm。标度线的宽度应不超过相邻标度间距的 1/5。 3. 温度计的标度线应与毛细管的中心线垂直。标度线、标度值和其他标志应清晰，涂色应牢固。不应有脱色、污迹和其他影响读数的现象。 4. 感温液柱不应中断，不应自流，上升时不应用明显的停滞或跳跃现象。下降时不应在管壁上留有液滴或挂色。 5. 玻璃棒和玻璃套管应光滑透明，无裂痕、斑点、气泡、气线或应力集中等影响读数和强度的缺陷。玻璃套管内应清洁，无明显可见的杂质，无影响读数的朦胧现象。 6. 感温泡、中间泡、安全泡等要求应符合 JJG130-2004《工作用玻璃液体温度计》标准的有关要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	368	16	支	36	12
328	体温 计	ID550	安徽 梅芳	一、适用范围：			36	12	

329	血压计	ID551	远燕	江苏	江苏远燕医疗设备有限公司	1428	1. 主要技术指标： 零位允差 $\pm 0.2\text{Kpa}$ ($\pm 1.5 \text{ mm Hg}$)。 示值误差 $\pm 0.5\text{Kpa}$ ($\pm 3.75 \text{ mm Hg}$)。 灵敏度 $\geq 0.3 \text{ Kpa}$ (2.25 mm Hg)。 2. 上盖和底盒配合良好，开启灵活。示值管质地透明，与水平位置保持垂直。 3. 标尺应有千帕斯卡 (Kpa) 和毫米汞柱标志的双刻度，刻度线字迹清晰，无断线。 4. 橡胶球、橡皮袋、橡胶管的色泽柔和，进气、排气通畅，旋钮控制灵活，密封性能良好。 5. 臂袋、漏汞及气密性检查指标应符合医疗器械专业技术标准。
329	血压计	ID551	远燕	江苏	江苏远燕医疗设备有限公司	204	1. 主要技术指标： 零位允差 $\pm 0.2\text{Kpa}$ ($\pm 1.5 \text{ mm Hg}$)。 示值误差 $\pm 0.5\text{Kpa}$ ($\pm 3.75 \text{ mm Hg}$)。 灵敏度 $\geq 0.3 \text{ Kpa}$ (2.25 mm Hg)。 2. 上盖和底盒配合良好，开启灵活。示值管质地透明，与水平位置保持垂直。 3. 标尺应有千帕斯卡 (Kpa) 和毫米汞柱标志的双刻度，刻度线字迹清晰，无断线。 4. 橡胶球、橡皮袋、橡胶管的色泽柔和，进气、排气通畅，旋钮控制灵活，密封性能良好。 5. 臂袋、漏汞及气密性检查指标应符合医疗器械专业技术标准。

				三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定					
(五) 专用器械									
330	解剖器	未来之星	MOP62	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	一、适用范围： 适用于初中生物实验教学学生实践使用。 二、技术要求： 1. 产品均为不锈钢制品。 2. 七件为一套，含解剖剪、剪毛剪、直镊子、弯镊子、圆刃解剖刀、直刃解剖刀、解剖针各一件。 3. 解剖剪尖部两叶头应交叉吻合、平齐。 4. 镊子弹性适中，紧合镊臂后，镊子尖端应密合，不能有缝隙和微张现象。 5. 刀刃应开刃并无缺口、裂纹现象，针应挺直光滑。 6. 其余应符合 JY0001-2003 中 6.1~6.12 的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	17	套	38	646
331	解剖盘	未来之星	MOP63	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	一、适用范围： 适用于初中生物实验教学学生实践使用。 二、技术要求： 1. 产品用铝板、镀锌板或搪瓷等材料制成。 2. 底面尺寸不小于 250mm×160mm×25mm，盘底部浇厚度不小于 12 mm 的蜂蜡或矿蜡。 3. 产品成型规范、平整，无变形。蜡层粘接牢固。 4. 其他要求应符合 JY0001-2003 中 6.1~6.12 的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	17	个	26	442
332	听诊器	远燕	MOP64	江苏	一、适用范围：	7	个	40	280

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

器	江苏远燕医疗设备有限公司	适用于初中生物实验教学使用。	二、技术要求:	1. 产品为插入式或旋扣式听诊器。 2. 产品各部件外形对称美观，接合牢固，无松动、裂纹、凹陷、镀层脱落、和焊接残留堆积等表面缺陷； 3. 工作状态要求: 3.1 听诊器传声清晰。 3.2 耳环的弹力适度，弹性良好，带用舒适。 3.3 三通管用聚氯乙烯管或乳胶管制成，长度为480~580 mm。 3.4 听诊器的内腔无裂痕、砂眼等缺陷，膜片无松动现象。	三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003 的有关规定。			
333	尖头 镊子	未来之星	MOP65	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	尖头，140 mm		2	个
334	弯头 镊子	未来之星	MOP66	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	弯头，140 mm		2	个
						(六) 支架		
335	三脚架	象牙塔	ISD5	淮安 江苏盛达教学设备有限公司	一、适用范围: 适用于初中生物实验教学使用。 二、技术要求: 1. 圆环、支撑脚用料为Φ6mm 冷拉钢材质。 2. 支撑圆环直径Φ80mm，高130mm。		17	个

				3. 三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳。 4. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷；表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损；不应有锈蚀及其他机械损伤。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。 ★提供具有资质的检测机构出具的产品检测报告复印件并加盖制造商鲜章。					
336	21mm 试管架	未来之星	TSD6	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司		17	个	34 578	
(七) 玻璃仪器									
				一、适用范围、规格型号： 1. 初中实验教学中盛量液体用。 2. 规格：10ml					
二、技术要求：									
337	10mL 量筒	江莱	85FG	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	1. 外形尺寸要求：全高 135±5mm，底部直径大于 36 mm，壁厚大于 1 mm。 2. 示值允差：在 20℃标准温度时 $\leq \pm 0.2\text{ml}$ 。 3. 分度线清晰、完整、耐久。刻线宽不大于 0.4mm。长线长度大于周长的 1/4，中线长度大于周长的 1/6，短线大于周长的 1/8。 4. 表面和内层不允许有薄皮气泡、积水条纹、密集小气泡存在，其它外观缺陷也不能造成影响计量读数及仪器强度。 5. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 6. 最小分度值：0.2mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	20	个	7	140

338	50mL 量筒	江莱	86FG	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学实验教学中盛量液体用。 2. 规格： 50mL。 二、技术要求： 1. 外形尺寸要求：全高 195±10mm，底部直径>46 mm，壁厚>1 mm，底厚>3 mm。 2. 最小分度值： 1mL。 3. 示值允差： 标准温度 20℃时， ≤±0.6mL。 4. 分度线清晰、完整、耐久。刻线宽不大于 0.4mm。长线长度>周长的 1/4，中 线长度>周长的 1/6，短线>周长的 1/8。 5. 表面和内层不允许有薄皮气泡、积水条纹、密集小气泡存在，其它外观缺陷 也不能造成影响计量读数及仪器强度。 6. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	20	个	9	180
339	100mL 量筒	江莱	87FG	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 初中实验教学中盛量液体用。 2. 规格： 100mL。 二、技术要求： 1. 外形尺寸要求：全高 250±10mm，底座直径>58 mm，壁厚>1 mm，底厚>3 mm。 2. 最小分度值： 1mL 或 2mL。 3. 示值允差： 标准温度 20℃时≤±0.8mL。 4. 分度线清晰、完整、耐久。刻度宽≤0.4mm。长线长度>周长的 1/4，中线长 度>周长的 1/6，短线>周长的 1/8。 5. 表面和内层不允许有薄皮气泡、积水条纹、密集小气泡存在，其它外观缺陷 也不能造成影响计量读数及仪器强度。 6. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。	1	个	11	11

				三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。					
340	500mL量筒	象牙塔	88FG	淮安 江苏盛达教学 设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 适用于中学实验教学中盛量液体。 2. 规格型号：500mL。 二、技术要求： 1. 外形尺寸要求：全高 350±15mm，底部直径大于 85mm，壁厚大于 1.2mm，底 厚大于 4mm。 2. 最小分度值：5mL。 3. 示值允差：标准温度 20℃ 时 $\leq \pm 0.8\text{mL}$ 。 4. 分度线宽度不应超过 0.5mm。 5. 分度线清晰、完整、耐久。刻线宽不大于 0.4mm。长线长度大于周长的 1/4， 中线长度大于周长的 1/6，短线大于周长的 1/8。 6. 表面和内层不允许有薄皮气泡、积水条纹、密集小气泡存在，其它外观缺陷 也不能造成影响计量读数及仪器强度。 7. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1	个	34	34
341	Φ12mm×70mm江莱 试管	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	89FG	江莱 江苏长江教学 设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学实验教学加热、反应及盛存液体试剂用。 2. 规格型号：Φ 12mm × 70mm。 二、技术要求： 1. 用料：钠钙或硅硼玻璃。 2. 外形尺寸：全管长 120±5mm，壁厚 $\geq 1\text{ mm}$ 。 3. 急冷温差 $> 200^\circ\text{C}$ 。 4. 造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、	36	支	2	72

343	50mL 烧杯	江莱	91FG	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 中学实验教学加热、反应及盛存液体试剂用。 2. 规格型号：Φ 12mm×150mm。 二、技术要求： 1. 用料：钠钙或硅硼玻璃。 2. 外形尺寸：全管长 150±5mm，壁厚≥1 mm。 3. 急冷温差>200℃。 4. 造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜。不允许有薄皮气泡、透明疙瘩、结石、 条纹等缺陷。轻微缺陷应不影响产品强度。 5. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	72	支	6	432
					一、适用范围、规格型号： 1. 中学实验教学加热用。 2. 规格型号：50mL。 二、技术要求： 1. 壁厚≥0.8mm。满容量应超过标称容量的 10%，满容量和标称容量两液面间距 ≥10mm。 2. 急冷温差不小于 200℃。 3. 应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	20	个	5	100

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

344	100mL烧杯	江莱	92FG	泰州 江苏长江教学设备有限公司	<p>一、适用范围、规格型号：</p> <ol style="list-style-type: none"> 中小学实验教学加热实验用。 规格型号：100ml。 <p>二、技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 壁厚≥0.9mm。满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm。 急冷温差不小于200℃。 应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003 的有关规定。</p>	20	个	6	120
345	250mL烧杯	江莱	93FG	泰州 江苏长江教学设备有限公司	<p>一、适用范围、规格型号：</p> <ol style="list-style-type: none"> 中学实验教学加热实验用。 规格型号：250ml。 <p>二、技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 壁厚≥1.1mm。满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm。 急冷温差不小于200℃。 应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003 的有关规定。</p>	20	个	8	160
346	500mL烧杯	江莱	94FG	泰州 江苏长江教学设备有限公司	<p>一、适用范围、规格型号：</p> <ol style="list-style-type: none"> 初中实验教学加热或盛存溶液用。 规格型号：500ml <p>二、技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 壁厚≥1.2mm。满容量应超过标称容量的10%，满容量和标称容量两液面间距≥10mm。 	20	个	10	200

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

347	1000 mL 烧杯	江莱	95FG	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	2. 急冷温差不小于 200℃。 3. 应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY001-2003 的有关规定。 ★提供具有资质的检测机构出具的产品检测报告复印件并加盖制造商 鲜章。	1. 中学实验教学加热或盛存溶液用。 2. 规格型号：1000ml。 二、技术要求： 1. 壁厚 \geqslant 1.3mm。满容量应超过标称容量的 10%，满容量和标称容量两液面间距 \geqslant 10mm。 2. 急冷温差不小于 200℃。 3. 应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY001-2003 的有关规定。	3	个	18	54
348	250mL 锥形瓶	江莱	96FG	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	1. 中学实验做反应物多、加热时间长的反应时用。 2. 规格型号：平、长，250ml。 二、技术要求： 1. 瓶外径 85 \pm 2mm，瓶颈外径 35 \pm 1.5mm，烧瓶全高 140 \pm 3mm，瓶底直径 40 \pm 2mm，壁厚 \geqslant 0.9mm。 2. 造型平整。造型平整，壁厚偏差小于 0.6mm。 3. 底部无结石、节瘤存在。 Φ 0.5mm 以下可目测到的微小气泡，每 10cm ² 范围 内不多于 3 个。 4. 其它玻璃缺陷应符合 ZBN64001 标准 4.4 条的要求。	20	个	14	280	

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

349	500mL广口瓶	象牙塔	97FG	淮安 江苏盛达教学 设备有限公司	1. 外形尺寸要求：瓶身高 98 ± 8 mm，瓶肩高 32 ± 2 mm，瓶颈高 30 ± 3 mm，瓶身径 84 ± 3 mm，瓶颈径 40 ± 2 mm。壁厚 ≥ 1.3 mm，底厚 ≥ 2 mm。 2. 瓶口圆正，无毛刺、无歪斜。瓶塞和瓶颈磨砂均匀，配合适宜，盖塞后有良好的气密性。 3. 玻璃缺陷：砂粒不超过 5 个，最大允许直径 1mm；气泡不超过 2 个，最大允许面积 4×8 mm；透明疙瘩不超过 3 个，最大允许直径 3mm。	20	个	11	220
350	30mL滴瓶	江莱	98FG	泰州 江苏长江教学 设备有限公司	1. 为无色滴瓶。与滴管配合使用。 2. 外形尺寸要求：瓶身高 51 ± 5 mm，瓶身外径 38 ± 2 mm，瓶身厚 1.5mm，瓶口高 14 ± 2 mm，瓶口外径 14 ± 1 mm，滴管全长 80 ± 5 mm，滴管厚 1mm。 3. 瓶口上口与橡皮头配合良好。 4. 无严重玻璃缺陷。	20	个	6	120
					三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。				

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

351	30mL 茶色滴瓶	江莱	99FG	泰州 江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 盛装化学药品用。 2. 规格型号：茶色、30ml。 二、技术要求： 1. 为茶色（或棕色），与滴管配合使用。 2. 外形尺寸要求：瓶身高 5 ± 5 mm，瓶口高 14 ± 2 mm，瓶身外径 38 ± 2 mm，瓶口外径 14 ± 2 mm，瓶身厚 1.5 mm，滴管全长 80 ± 5 mm，滴管厚 1 mm。 3. 瓶口上口与橡皮头配合良好。 4. 无严重玻璃缺陷。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。	20	个	7	140
352	60mm 培养皿	江莱	100FG	泰州 江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 适用于初中生物实验教学用。 2. 规格：60mm。 二、技术要求： 1. 用透明硅酸盐玻璃制成。应力消除良好。 2. 外形尺寸：盖径 103 ± 1.5 mm，盖高： 18 ± 2 mm，底径： 60 ± 1 mm，底高： 20 ± 1.5 mm，厚度 1.5 ± 0.5 mm。 3. 皿的边缘平整、光滑，盖、底配合良好。 4. 无严重玻璃缺陷。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。	20	个	8	160
353	90mm 培养皿	江莱	101FG	泰州 江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围、规格型号：	20	个	9	180
354	90mm 培养皿	江莱	102FG	泰州 江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围、规格型号：	6	个	10	60

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

漏斗			江苏长江教学设备有限公司	1. 教学实验过滤、分液、滴液用。 2. 规格： 90mm。	二、技术要求： 1. 产品选用钠钙玻璃制成。 2. 外形尺寸：口径 90 ± 5 mm, 斗柄长 90 ± 2 mm, 斗柄外径 $10 \sim 11$ mm。 3. 内应力消除：在偏光仪下呈紫红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。			
355	100mm 滴管	江莱	103FG	泰州 江苏长江教学设备有限公司	100 mm 直形，滴管尖嘴口径 1 mm, 上端有 防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直 径 略多 1 mm~2 mm	一、适用范围、规格型号： 1. 加热实验用。 2. 规格型号： 150mL。 二、技术要求： 1. 由钠钙玻璃制造。 2. 外形尺寸：全高 80 ± 5 mm, 灯肩直径 90 ± 2 mm, 灯肚高 55 ± 5 mm, 灯底直径 52 ± 2 mm, 灯塞直径 22 ± 2 mm, 灯塞高 25 ± 5 mm, 灯帽直径 24 ± 2 mm, 帽高 62 ± 2 mm, 厚度 >1 mm。 3. 造型规整、灯塞插、取方便。 4. 应力消除：在偏光仪下呈紫红色。厚度在 2.7 mm 以上处可成红色或橙红色。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	36	个
356	酒精灯	江莱	104FG	泰州 江苏长江教学设备有限公司	金屬网尺寸 ≥ 125 mm \times 125 mm, 耐火材料为陶土， 功能等同于石棉网	(八) 配套用品材料	7	个

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

				设备有限公司				
358	Φ 12mm 试管刷	江莱	96FGA	泰州 江苏长江教学设备有限公司	Φ 12 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露	17	个	6 102
359	金属药匙	江莱	97FGA	泰州 江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围： 中学化学、生物及小学科学实验中取用微小颗粒或粉末试剂、药品用。 二、技术要求： 1. 产品为塑料或木质材料制成。 2. 两端分别为大小匙勺，全长不小于 100mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	17	把	8 136
360	橡胶塞	江莱	98FGA	泰州 江苏长江教学设备有限公司	000、00、0~10 号 白色，质地均匀	1	kg	23 23
361	橡胶管	江莱	99FGA	泰州 江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围： 中学化学、生物及小学科学实验中组装实验室装置用。 二、技术要求： 1. 产品弹性良好，无发硬、发粘等老化现象。 2. 管径为 3~4mm。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	6	米	2 12
362	止水皮管夹	江莱	100FGA	泰州 江苏长江教学设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 中学化学、生物实验装置中控制液体或气导通或截至用。 二、技术要求： 1. 水止皮管夹用钢丝拧制而成，弹性良好，夹持牢靠，表面作镀铬处理。	17	个	2 34

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

363	橡皮锤	未来之星	101FGA	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	2. 成型规整，表面无锈蚀。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。		
364	载玻片	长浦	102FGA	扬州 扬州市长浦化 学试剂有限公 司	一、适用范围： 适用于初中生物实验教学。 二、技术要求： 1. 产品由橡皮头和塑料手柄组成。 2. 橡皮头为直径≥20mm 的半球形物体。 3. 手柄长≥160mm，表面应平整清洁，不应有划痕、溶迹、缩迹，边缘不应有毛刺、变形、破边和凹凸不平。 4. 手柄和橡皮头应接合紧凑，不应松动。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	17 10 6 102	
365	盖玻片	长浦	103FGA	扬州 扬州市长浦化 学试剂有限公 司	一、适用范围、规格型号： 适用于初中生物课堂教学作玻片标本用。 2. 规格：100 片/盒。 二、技术要求： 1. 产品为钢钙玻璃制品。 2. 产品尺寸应为 18×18mm 或 20×20mm，厚度应为 0.13~0.17mm。 3. 玻片应表面平整，薄厚均匀，无破损、砂粒、光斑等存在。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	30 3 3 90	

366	昆虫盒	未来之星	104FGA	淮安江苏未来之星科教设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 初中生物教学用。 2. 带放大镜盖。	二、技术要求： 1. 盒体用聚苯或其它透明材料制作，模具成形，应光滑、平整、透明、无毛刺、划痕、裂纹等缺陷。 2. 盒体尺寸：75mm×75mm×70mm，镜片直径50mm，放大倍数5×。 3. 镜片无明显气泡，条纹，结石及破边等缺陷，透明度良好。 4. 底座（盒子下底）应划分为均等的方格（3×3），盒体与盒盖配合良好，开启方便。	三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合JY0001-2003的有关规定。	9	盒	14	126	
367	普通单目显微镜	湛江	IPZ03	宁波湛京光学仪器有限公司	(九) 专用器材							
368	教师	湛江	TPZ04	宁波	1. 整机结构件：由铝和合金制作； 2. 目镜：10X、16X； 3. 物镜：消色差物镜 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65（弹簧），带有限位装置，防止物镜压坏切片致使物镜损坏； 4. 镜筒：单目直筒，可粗微调高度，并有内置防滑动离合器； 5. 转换器：转换器三孔同心，定位准确，转换器定位稳定性≤0.01mm，并带有限位装置； 6. 照明：平凹反光镜； 7. 聚光镜：N.A0.65 聚光镜。 消色差物镜：4×、10×、40×；广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，	15	台	566	8490			

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

369	肺活量计	未来之星	IPZ05	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	一、适用范围： 适用于初中生物实验教学使用。 二、技术要求： 1. 配套供应一次性吹嘴 50 个。 2. 由金属薄板制成的内外筒和塑料一次性吹嘴组成。 3. 外筒直径不小于 150mm，高度不小于 400mm，内筒容积不小于 4000mL。 4. 内筒应不漏气，外筒应不漏水，内筒应有 mL 刻度。 5. 采用医用级。	2	台	226	452
370	初中生物教学切片	熊猫	IPZ06	安徽 芜湖嘉联科教仪器有限公司	三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。 ★提供具有资质的检测机构出具的产品检测报告复印件并加盖制造商 鲜章。	25	套	102	2550
371	放大	未来	IPZ07	淮安	一、适用范围、规格型号：	33	个	11	363

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

372	根纵剖模型	未来之星	IPZ08	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	1 件	83 83	83 83	

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

373	桃花模型	IPZ09	未来之星	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	7. 产品还应符合 JY191—85 和 JY0001-2003 中 9.1~9.4 各条要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。 一、适用范围、规格型号： 1. 适用于初中生物课堂演示。 2. 型号：J3207 型。 二、技术要求： 1. 产品应选用无毒塑料制作，直径约 35cm，花瓣、子房可拆卸，子房纵剖示胚珠。桃花的结构示：花柄、花柱、花萼（萼片 5 个）、花冠（花瓣 5 个）、雄蕊（25 或 30 个）、雌蕊。 2. 各部的形态结构和着色应正确、自然，有较强的真实感。 3. 各部的接插件应装牢固，松紧适度，便于拆装。 4. 产品应符合 JY95-85 中 2.3~2.6 条的要求及 JY0001-2003 中 9.1~9.5 各条要求。 5. 产品配有合适的底座，组装成后要平稳。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1	件	55	55
374	导管、筛管 象牙塔 结构模型	IPZ10	淮安 江苏盛达教学 设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 适用于初中生物课堂演示。 2. 型号：J3203 型。 二、技术要求： 1. 选用无毒硬质透明塑料制作，各管应按自然顺序排列在底座上。 2. 产品为显微结构的立体放大模型，各种导管和筛管的形态结构应正确、自然。 3. 各种导管和筛管的直径为：环纹导管不小于 40mm，长都不小于 250mm。 4. 两筛管之间应显示典型的筛板，筛板上显示密布的筛孔。 5. 模型着色应和常规染色情形一致，并符合 JY0001-2003 中 9.6 条要求。	1	件	95	95	

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

					1. 产品应选用无毒硬质塑料制作，长约 370mm，中部宽约 80mm 的草履虫解剖模型，用支架固定于底板上。 2. 产品应示表面六角形小区及纤毛，纤毛长约 10mm，口沟及后端部分稍长，应在剖面周围显示数圈，纤毛方向与表膜垂直。 3. 纵剖面上显示：表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点；两个伸缩泡及其集管；大、小核；外质及其中的刺丝泡，颗粒状的内质。 4. 各部着色应协调，能相互区分。 5. 产品应符合 JY0001-2003 中 9.1~9.4 各条的要求和 JY291-87 中 2.2~2.5 各条要求。				
377	人体半身模型	未来之星	IPZ13	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 适用于初中生物课堂演示。 2. 型号：J3305 型。 二、技术要求： 1. 产品应采用无毒硬质塑料或混合树脂材料制作，高约 24cm，应配有合适的底座。 2. 模型应显示喉的上方与舌骨相连，下方连接气管，后方借喉口与咽相通，喉软骨的外面附有甲状腺，并显示梨状隐窝以及神经血管的分布。 3. 模型应作中矢状切，示喉前庭，喉中间腔，气管腔及其内部结构特点。 4. 各部形态位置，比例、颜色等均应正确、清晰。 5. 产品所示部位及要求部位及要求符合 JY161-84 中 2.2~2.12 各条要求。	1	件	453	453
378	喉解剖模型	未来之星	IPZ14	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司					

379	牙列及磨牙解剖模型	未来之星	IPZ15	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	6. 模型显示部位应贴名签或号签。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。 一、适用范围： 适用于初中生物实验教学使用。 二、技术要求： 1. 符合《部分牙列及磨牙解剖模型》JY 0354-1999 标准相关规定。 2. 结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 的相关要求。 3. 产品性能满足初中生物实验教学的要求。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1	件	113	113
380	肺泡模型	未来之星	IPZ16	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	1. 模型应选用无毒硬质塑料及其他合成材料制成，高约 40 mm，应配有合适的底座。 2. 模型应显示呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。 3. 肺泡管应做纵切面、肺泡囊做横断面，显示各部分壁的结构。 4. 模型还应示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包围于肺泡壁，并显示支气管动静脉。 5. 模型应正确显示各部的结构特征，立体感要强，轮廓清晰，血管由粗变细描绘自然。 6. 符合 JY0001-2003 中 9.1~9.6 的规定和 JY162-84 中 2.2~2.7 的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	2	件	113	226
381	心脏	未来	IPZ17	淮安	一、适用范围、规格型号：	1	件	170	170

江苏未来之星科教设备有限公司


投标文件

382	心脏解剖模型(演示)	江苏未来之星科教设备有限公司	IPZ18	淮安	1	件	85	85

383	男性泌尿生殖系统模型	未来之星	IPZ19	淮安	江苏未来之星科教设备有限公司	4. 心脏各部结构及血管的粗细比例、位置、走向以及分支等，应正确自然，动、静脉管的断面管壁应有明显的区分。 5. 模型上各部位均应贴名签。 6. 产品所示部位及要求应JY160-84中2.3~2.8各条要求还应符合JY0001-2003中9.1~9.5各条要求。	一、适用范围、规格型号： 1. 适用于初中生物课堂演示。 2. 型号：J3311型。 二、技术要求： 1. 产品应采用无毒硬质塑料或复合材料制作，为自然大男性泌尿生殖系统模型，应配合适的支架和底座。 2. 产品应一侧肾作额切状，示膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸作矢状切面，显示内部结构。 3. 泌尿器应示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4. 生殖器应示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前裂腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎，模型还应示腹主动脉，下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 5. 各部的形态、位置、比例应正确。 6. 各器官的衔接应正确，牢固、拆装方便。 7. 产品应符合JY298-87中2.3~2.9和JY0001-2003中9.1~9.6各条的要求。 8. 产品上各部位或器官应贴名签或号签。	1	件	96	96						
384	女性泌尿系统模型	未来之星	IPZ20	淮安	江苏未来之星	三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合JY0001-2003的有关规定。 一、适用范围： 适用于初中生物课堂演示。	1	件	96	96							

生殖系统模型	科教设备有限公司	二、技术要求: 1. 模型应选用无毒硬质塑料及其他合成材料制成，为自然大的女性泌尿系统模型。 2. 模型应做一侧肾及半侧子宫的额状切面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，显示其内部结构。 3. 泌尿器应显示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 4. 生殖器应显示：卵巢、输卵管、子宫、阴道、子宫阔韧带及卵巢圆韧带、卵巢系膜等固定结构。 5. 显示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉、肾静脉等。 6. 模型的着色鲜明、协调，各部形态、位置、比例准确。各器官的衔接应准确、牢固，拆卸方便。 7. 模型所示部位的名称应贴签注明。 8. 符合 JY0001-2003 中 9.1~9.6 和 JY297-87 中 2.3~2.8 的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	一、适用范围： 适用于初中生物课堂教学演示。 二、技术要求： 1. 产品由放大的肾、肾单位及肾小体组成。产品应采用硬塑料或复合材料制作，不应采用软塑料制作。分别置于支架或底座上。 2. 肾模型作额状剖面，不小于 210mm×100mm。示肾门、肾动脉、肾静脉、肾皮质、肾髓质、肾乳头、肾小盏、肾盂。 2.1 肾皮质应占肾实质的三分之一，肾锥体不少于 7 个。 2.2 肾小盏 5~7 个，肾大盏 2~3 个，其中两个肾小盏不作剖面。肾孟出肾门后移行为输尿管。 2.3 肾蒂处从前向后依次为肾静脉、肾动脉和肾孟；由上而下依次为肾动脉、肾
385	肾单位、肾小体模型 未来之星	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司 IPZ21	1 件 93 93

				应符合 JY0001-2003 的有关规定。				
386	未来 之星 十二 指 肠、 胰 脏 模 型	IPZ22	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	<p>一、适用范围：</p> <p>适用于初中生物课堂教学演示。</p> <p>二、技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 产品为正常人的肝、胰、十二指肠、部分腹主动脉和下腔静脉组成。产品按正常位置于底座上。不采用软塑料。 2. 肝长 200mm，宽 120mm，厚 60mm，示镰状韧带、肝圆韧带、冠状韧带、三角韧带、静脉韧带、食管压迹、胃压迹、二十指肠压迹、结肠压迹、肾压迹、胆囊、肝门的结构。 2.1 胆囊呈梨形，底钝圆可突出肝前缘，颈以在直角弯向左方延续为胆囊管，胆囊颈作部分剖面，示螺旋囊结构。 2.2 肝门外示左肝管、右肝管、胆总管、胆囊管和门静脉等结构及其相互关系。胆总管、肝固有动脉出肝门作横断，门静脉、下腔静脉的断面应与相对面吻合。 3. 胰略呈张长的三棱柱形，示头、体、尾三部胰头膨大被十二指肠所包围。 3.1 胰长 160mm、宽 60mm，厚 25mm 作不小于 130mm 长的剖面，示横贯其间的胰管及属支，胰管与胆总管汇合共同开口于十二指肠乳头。 3.2 示脾动、静脉及宽经胰腺的肠系膜上动、静脉，作横断，胆总管的断面应与相对断面吻合。 4. 十二指肠呈“C”形，包绕胰头，示上部、降部、水平部和升部。降部作剖面，示环状襞，二十指肠给襞、二十指肠大乳头、二十指肠小乳头。 5. 腹主动脉和下腔静脉除显示与肝、胰、十二指肠有联系的主要血管外，其它血管可在其要部横断，左髂总动、静脉和右髂总动、静脉分别不短于是 30mm 和 20mm。 6. 除执行 JJ 0001 第 9 章的规定外，模型上各部位或器官均应贴名签或号签。如贴号签时必须有与号签相对应的号签注解，贴在不影响观察模型结构的地方。 	1	件	79	79



江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

387	眼球解剖模型	未来之星	IPZ23	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	<p>7. 本模型下列部位贴名签或号签：肝、肝管、肝总管、胆囊、胆囊管、胆总管、胰、胰管、二十指肠、二十指肠大乳头、二十指肠小乳头、腹主动脉、肝固有动脉、门静脉、下腔静脉、髂总动脉、髂总静脉。</p> <p>8. 产品应能适应气温在-25℃和40℃的环境条件下运输和贮存。</p> <p>9. 产品的整体性能执行 JY 0001 第 4.1~4.6、4.8 和 4.11 等条的规定。</p> <p>10. 产品的结构执行 JY 0001 第 5.1、5.3、5.4、5.7、5.21 和 8.1~8.5 等条的规定。</p> <p>11. 产品外观执行 JY 0001 第 6 章的规定。</p> <p>12. 产品应能在距地面 1m 高处自由下落，不得破裂和变形。</p> <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY0001-2003 的有关规定。</p> <p>1. 适用于初中生物课堂演示。</p> <p>2. 型号：J3309 型。</p> <p>二、技术要求：</p> <p>1. 产品应采用无毒硬质塑料或复合材料制作，为放大六倍的成人眼球模型，应配合适的底座。</p> <p>2. 产品应通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜、眼球内水晶状体、玻璃体和虹膜，由外向内三层被膜部分作梯形切面，显示其各部结构。</p> <p>3. 各部的膜壁、肌肉、血管神经等形态、位置、比例、颜色应正确自然，角膜、晶状体的透明度应不低于 85%，且不得有雾斑和结石。</p> <p>4. 视轴与眼轴的夹角应为 4°~5°。</p> <p>5. 解剖部位拼缝应平整，缝口不大于 1 mm。</p> <p>6. 产品说符合 JY0001-2003 中 9.1~9.6 和 JY164-84 中 2.2~2.8 各条的要求。</p> <p>7. 产品上各部位或器官应贴名签或号签。</p> <p>8. 产品上各部位或器官应贴名签或号签。</p> <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存</p>	8	件	102	816
-----	--------	------	-------	------------------------------	---	---	---	-----	-----

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

					应符合 JY0001-2003 的有关规定。				
388	耳解剖模型	未来之星	IPZ24	淮安江苏未来之星科教设备有限公司	<p>一、适用范围： 适用于初中生物课堂演示。</p> <p>二、技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 模型应选用无毒硬质塑料及其他合成材料制成，是放大五倍的成人耳模型，应配有适合的底座。 2. 模型整体应具有外耳及相连的颞骨岩部，切除外耳道的前部，显示外耳道的形态结构，水平切开颞骨岩部，保留鼓室盖，显示中耳、内耳的形态结构。 3. 模型的外耳应显示耳廓、外耳道，中耳应显示鼓膜、鼓室、三块听骨（连在一起可整体拆下）、咽鼓管及乳突窦，内耳显示半规管、前庭、耳蜗和前庭蜗神经结构。 4. 各部分的形态、位置、比例和颜色等应自然。 5. 符合 JY0001-2003 中 9.1~9.6 和 JY165-84 中 2.2~2.10 的规定。 <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。</p> <p>★提供具有资质的检测机构出具的产品检测报告复印件并加盖制造商公章。</p>				
389	脑解剖模型	未来之星	IPZ25	淮安江苏未来之星科教设备有限公司	<p>一、适用范围、规格型号：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 适用于初中生物课堂演示。 2. 型号：J3307。 <p>二、技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 产品应采用无毒硬质塑料或混合树脂材制作，为自然大的人脑解剖，应配有机合适的底座。 2. 大脑作正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟枕向部再作水平切，并保留完整脑干形态。 3. 模型示大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内的岛叶。 				

390	人体骨骼模型	未来之星	IPZ26	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	一、适用范围、规格型号： 1. 适用于初中生物课堂演示。 2. 型号：J3302—1型。 二、技术要求： 1. 产品应采用无毒硬质塑料或复合材料制成的高 85cm 的男性成人骨骼模型，串制成功能直立姿势立于架上。 2. 骨的形态特征应明确清晰、软骨与骨在质感上应有明显区别。 3. 骨、软骨应有明显的色别。在同一模型上，同类人体部件，不得有目视上的色差，各部形态应正确，比例适当，连接正确。 4. 金属连接件应表面处理，松紧适度，拆装方便。 5. 产品应符合 JY156-84 第 2 章各条要求及 JY0001-2003 中 9.1~9.5 的要求。 6. 模型上各部位均应贴名签或号签，如贴号签时，必须有与号签相对应的注解。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	1 件	164 164	
391	肘关节活动模型	未来之星	IPZ27	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	一、适用范围： 适用于初中生物实验教学使用。 二、技术要求： 1. 结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 的相关要求。 2. 产品性能满足初中生物实验教学的要求。	1 件	113 113	113

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

392	人体 肌肉 模型	IPZ28	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。 一、适用范围、规格型号： 1. 适用于初中生物课堂演示。 2. 型号：SM-RJ-S-850 型。 二、技术要求： 1. 模型应采用无毒硬质塑料或复合材料制成。 2. 模型应为成年男性正常的肌肉模型，高度 850mm，立于支架上。两上肢过肩 做切面，可拆下。 3. 模型展示人体浅层肌肉及部分深层肌肉。保留耳廓、手指、脚趾、阴囊及阴 茎处的皮肤。 4. 模型显示的肌肤纤维走向、形态结构、位置关系、着色及大小比例应准确， 切面平整。 5. 模型的金属连接件应做防腐处理，牢固可靠。 6. 模型应在显示部位粘贴名签和号签。 7. 模型显示的肌肉应符合 JY0357-99 中 4.3~4.10 的要求。	1	487	487
393	家蚕 生活 史标 本	IPZ29	山东 山东弘儒教育 装备有限公司 	三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。 一、适用范围： 适用于初中生物课堂演示。 二、技术要求： 1. 标本应由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品、桑 叶。 2. 卵、蚁蚕浸制，幼虫，蛹浸制或干制，成虫干制，茧两个。 3. 标本采用分封或部分合封于小容器中。 4. 应有防腐措施。	1	68	68

394	蝗虫生活标本	弘儒教仪	IPZ30	山东弘儒教育装备有限公司	<p>5. 符合 JY149—82《动物浸制标本通用技术条件(试行)》和 JY0325-93 第 4 章的各项要求。</p> <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY001-2003 的有关规定。</p>	<p>一、适用范围、规格型号：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 适用于初中生物课堂演示。 2. 型号：J4131 型。 <p>二、技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 标本应选用东亚飞蝗、亚洲飞蝗或棉蝗制作，展示昆虫的不完全变态。 2. 标本由卵、一至五龄的跳蝻、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成。卵和虫体浸制，分装于小容器内，虫体以腹面向下定位。 3. 卵不少于四粒并排列成行。 4. 一至五龄的跳蝻应显示虫翅、前胸背板和触角等在生长过程中的形态特征。 5. 雌性成虫左侧的前、后翅应从翅基处剪掉，留翅迹，显示腹部的气孔、听器、产卵器和尾须。 6. 各期蝗虫姿态应保持一致，雌性成虫应大于雄性成虫。 7. 符合 JY149-82《动物浸制标本通用技术条件(试行)》和 JY150-82 的规定。 <p>三、标志、说明书、包装、运输、贮存应符合 JY001-2003 的有关规定。</p>	<p>1 盒</p> <p>68 68</p>		
395	蛙发育顺序标本	弘儒教仪	IPZ31	山东弘儒教育装备有限公司	<p>一、适用范围、规格型号：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 适用于初中生物课堂教学演示。 2. 型号：J4106 型。 <p>二、技术要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 标本应由蛙的八个发育期组成。 2. ①--②期中的每一个标本应具有透明、清晰和膨胀的卵胶膜。 3. ①--③期的标本应不少于 5 个，在容器中不定位。 	<p>1 盒</p> <p>113 113</p>			

396	节肢动物标本	弘儒教仪	IPZ32	山东弘儒教育装备有限公司									
397	昆虫标本	弘儒教仪	IPZ33	山东弘儒教育装备有限公司									
398	中学	雨林	IPZ34	河南									

4. ③期的标本应有能目见不少于一对的鳃。
 5. ④期的标本一个腹面向上，一个腹面向下，互相平行。
 6. ⑥—⑦期的尾长应有明显区分。
 7. ⑦—⑧期所显示的色泽和斑纹应基本相似。
 8. 符合 JY0001-2003 中第 10 章的规定。
- 三、标志、说明书、包装、运输、贮存
应符合 JY0001-2003 的有关规定。

一、适用范围、规格型号：

1. 适用于初中生物学习观察用。
 2. 规格：六种以上。

二、技术要求：

1. 产品应包括六种以上的常见节肢动物的标本，固定，成套，装盒。
 2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。
 3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。
- 三、标志、说明书、包装、运输、贮存
应符合 JY0001-2003 的有关规定。


一、适用范围、规格型号：

1. 适用于初中生物课堂学习观察用。
 2. 规格：六种以上。

二、技术要求：

1. 产品应包括六种以上的常见昆虫标本，固定，成套，装盒。
 2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。
 3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。
- 三、标志、说明书、包装、运输、贮存
应符合 JY0001-2003 的有关规定。

34	本	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

	生物显微镜图谱		河南雨林教育工程有限公司	的拍摄图片，所示的组织结构应完整清楚				
(十) 安全防护器材								
399	护理象牙塔	4685	淮安江苏盛达教学设备有限公司	侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 ★提供具有资质的检测机构出具的产品检测报告复印件并加盖制造商公章。	32	件	28	896
400	简易急救箱	6655	江苏未来之星科教设备有限公司	箱体采用中号铝合金材质。急救箱内应配备以下药品及器材：苏打粉、硼酸、医用酒精、创可贴、紫药水、碘伏、3%双氧水、胶布、绷带、药棉、手术剪、镊子、止血带、消炎粉、灼伤药、甘油等	1	个	340	340
(十一) 其他仪器和设备								
				显示要求				
				1、液晶屏显示尺寸： ≥ 75 英寸；LED 背光源；DLED；显示比例：16:9；水平可视角度： $\geq 178^\circ$ ；图像分辨率： $\geq 3840 \times 2160$ ；灰阶等级： ≥ 256 级，液晶屏达到 A 级标准； 2、整机支持开启/关闭低蓝光护眼模式，开启低蓝光护眼模式后，整机会降低蓝光辐射，起到护眼的作用。 3、支持 20 点触控（Android、Windows 系统），支持多人同时书写和擦除。 4、一体机表面钢化玻璃符合 GB15763.2-2005 要求，具备抗重力冲击性，触摸屏钢化玻璃通过国家级中心 2260g 钢球，0.5m 高度抗冲击性试验或更高标准； 5、前置接口：1 路 HDMI2.1 输入，两路 USB3.0。每个前置 USB 接口（含 Type-C）均支持单独设置以下四种模式：Android USB、电脑 USB、智能 USB、外接 USB； 根据需求将前置 USB 自定义以上四种模式中的任意一种。6、采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为 0mm，无任何间隙，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。	3	套	23200	69600
401	一体机海信	75WR31	青岛海信商用显示股份有限公司					

	<p>7、整机具备 OTA 升级功能 OTA (Over—the—AirTechnology) 空中下载技术：产品软件，可通过后台服务器 网络推送的方式实现整机软件或应用软件的在线升级，升级可采取整机软件包升级或差分包软件升级方式。</p> <p>8、整机支持定时开关机，用户可根据需求设置、24 小时任意时间点定时开关机；一次设置完成后，每天按设定时间开关机。</p>
★9:整机支持超解像模式。（提供具有资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章）	
10、支持设置开机锁，功能开启后，整机进入锁定状态，防止无权限人员随意操作。	
11：整机处于待机状态下，外接电脑通过传输线（含 HDMI 和 VGA）把显示信号传输至整机时，整机可识别外接电脑设备信号输入并自动开机。	
★12：整机支持自然显示模式。（提供具有资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章）	
13：温度：整机实时显示设备温度，根据温度高低显示不同颜色进行提示。	
14：目录板功能：从屏幕侧面调取目录板功能，目录板展开面的大小可以选择；可选择全面展开，也可展开部分；目录板可以书写、擦除、截图。	
15：密码锁：可自定义 Android 系统下解锁密码，开启后可锁定屏幕、整机按键和遥控器	
16：支持 H.265 解码；支持播放 4K (3840×2160) 超高清视频。	
17：通道信号源名称自定义：通道信号源名称可以自定义，支持中文、英文、数字、标点符号自定义。	
18：WiFi 和蓝牙：内置 2.4G/5G 双频 WiFi，支持无线上网和建立热点，支持蓝牙 5.0；	
19：扫面二维码可获取产品型号、编号；可实现一键报装服务，一键报修，可在线联系客户，并可获取电子版产品使用说明书。	
20、内置 WIFI，具有 WiFiSoftAP 功能，可以实现软路由器功能，支持一根网线，	

双系统 同时同时上网；

21、设备自带嵌入式操作系统，安卓版本 Android9.0；RAM: 2G, ROM: 8G。

★22、支持 DTS 音效解码和杜比音效解码，支持开启/关闭 DTS 音效，营造沉浸式生动教学氛围。（提供具有资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）

23、内置 OPS 电脑功能

1、为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合 INTEL 标准协议的 80pin OPS 接口，拒绝厂家自定义 ops 接口；

2、处理器：Intel 酷睿 i5 或以上

3、内存：4G DDR4 或以上配置；128G 固态硬盘；内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准；

内置网卡：10M/100M/1000M；

4、具有独立非外扩展的电脑 USB 接口：电脑上至少 2 个 3.0 USB 接口；

5、具有视频输出接口：HDMI 接口；

6、为了保证产品性能及售后稳定，要求 ops 电脑与交互式一体机为同一品牌，提供 ops 电脑 3C 证书复印件或扫描件并加盖厂家公章。

三、教学软件：

1、笔色：支持 20 种颜色；支持滑动调整笔迹粗细；擦除方式：支持手势识别板擦，手动选择板擦、圈选擦除、清屏；白板书写内容可导出 PNG、PDF 和 HMF 格式文件；白板书写支持自定义笔锋效果，支持开启/关闭该功能；图形智能识别：①支持手绘的多种图形可自动识别并转化为标准图形：圆圈、方形、三角形、箭头、梯形、平行四边；②支持对图形大小进行调整。

2、PPT 备课功能：资源下载功能，包含小学、初中、高中的数学、语文、英语、政治、地理、历史、物理、化学、生物、音乐、体育、美术、技术等学科在软件中按照年级、学科、课时直接选择进行备课，一键式下载课件、音视频、互动试题至 PPT，并可在 PPT 中进行二次编辑。教材版本包含人教版、苏教版、湘教版等数十种主流教材课件资源；

<p>3、新建习题：支持教师新建习题的题型设置：单选题，多选题，判断题，难度：容易、较易、一般、较难、困难，支持习题添加文本解析和视屏解析，习题的题目、解析支持添加数学公式、特护符号及图片；</p> <p>4、提供 25 种互动习题模板供教师选择。包括单选题，多选题，填空题，连线题，排序题，判断题，投票题，拼图题；手写题，连连看，选词填空题，分类表格题，竖式计算题，记忆卡片，猜词游戏题，分类题，分支加减题，文本选择题，魔方盒题，排序题，字谜游戏题，比大小题，点排序题，标签题，组词题，标点题等互动习题，选择后可直接输入题干，编辑完成后可一键插入到 PPT 中，授课时互动习题可通过触控、滑动等方式互动练习，也可以发送到学生端进行随堂测试；</p>	<p>★5、教师导学反馈：针对学生完成的导学反馈，支持教师从学生参与情况（按照完成人数、未完成人数及所占比例查看）和回答情况（支持逐一查看每一个学生具体的回答情况）查看学生的导学完成情况；支持教师对学生作答情况进行 A/B/C/D 评价、语音评价、模板化评语和自定义评语等不少于 4 种的评价方式；也支持教师快速批阅。（提供具有资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章）</p> <p>6、背景功能：用户可以自定义页面背景颜色、图案，提供五线谱、米字格、田字格、足球场以及其他颜色背景；</p> <p>7、白板工具栏支持横竖两种分布方式；安卓白板支持对 OPS 电脑、HDMI、VGA、分量、视频五种信号源画面进行预览；支持两种白板主题风格切换；白板软件支持以缩略图形式预览白板页面内容，点击缩略图可快速进入对应白板页面；已保存的白板文件支持再次进行内容编辑，内容包括：书写笔迹、图片、图形、表格。</p> <p>8、多学科工具：具有数学（模拟时钟、方块塔、立体展开还原、抽卡牌算盘）、物理（物理合力）、语文（生字卡）等多种学科工具；</p> <p>9、文件功能：支持新建、插入、打开、保存、另存为、导出、推送到智能笔等；</p> <p>10、预装机自主品牌的教学微课平台。</p>
---	---

402	黑板	科达	52GAA	石家庄科达教育装备有限公司	石家庄	<p>技术参数</p> <p>1、结构：黑板为左右推拉结构，由活动板、固定板、大框（轨道）、滑动系统构成，支持多媒体设备居中安装；黑板分内外双层，内层为固定书写板，采用无固定件安装，与多媒体设备正面平齐；外层为滑动书写板，可左右推拉，两块活动板闭合后，无边框障碍，可继续书写。黑板左右去竖框化设计，增加黑板整体美观性，也从根本上解决活动板与竖框的夹手问题。</p> <p>2、规格：外径≥4200mm×1300mm，确保与电子产品尺寸的有效对接，并可根据学校实际情况进行调整。</p> <p>3、面板：采用优质烤漆钢板，基板厚度≥0.30mm，丙烯酸树脂漆，漆面细腻平整，整板无拼接；颜色：墨绿色，表面附有透明保护膜；硬度：涂层硬度≥8H；光泽度：光泽度<6%；板面书写流畅，笔记均匀，字迹清晰，易擦拭。</p> <p>4、背板：</p> <p>5、衬板：采用高密度聚苯乙烯泡沫板，厚度10mm，密度≥27kg/m³。</p> <p>★6、工艺：面板、背板四边折边，流水线作业，保证产品一致性，尺寸误差≤0.2mm，对角线误差≤0.3mm；活动板、固定板四边无铝合金边框，不仅更美观，而且增大10%书写面积；（提供设备照片和合同等证明文件）</p> <p>★7、粘接剂：粘接剂甲醛释放量符合国家规定。（提供具有资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）</p> <p>8、大框（轨道）：采用银白色高档铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理，模具一次成型；双层铝合金管状结构，上框规格≤20mm×70mm，壁厚≥1.0mm；下框与粉笔槽一体化设计，规格≤90*11mm，壁厚≥1.0mm；笔槽宽≥55mm，≥R7mm波浪形，放置粉笔整齐不滚动。</p> <p>9、滑块：每块活动板上、下安装四个≥50mm滑块模组；上T型正向吊装，≥5mm厚线性滑动设计；下滑块模组采用单轨限位设计，活动板晃动≤0.5mm、无噪音。</p> <p>10、限位块：黑板上框内安装4块≥8*20*7mm厚橡胶缓冲块，螺丝钉固定。</p> <p>11、包角：采用ABS工程塑料，模具注塑一次成型，银灰色，长≥210mm，笔槽</p>	3	套	2264	6792

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

403	物理 教师 演示 台	未来 之星	62GSF	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	包角与大框包角模具一次成型，长≥250mm，不接受拼接，采用内插外包式设计，有效避免铝合金和塑料角的缝隙；包角预留 12 档可手动裁切设计，适配不同厚度多媒体设备更方便。 12、拉手：ABS 工程塑料注塑成型，≥65*15mm 银白色组合式拉手，流线型、卡扣式设计，美观不漏钉。 13、安全性：各相对运动部件之间预留安全距离，保证使用者安全，不会挤手； 黑板固定要考虑到墙体的特殊性，保证黑板安装牢固可靠。 ★14、符合 GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。（提供具有资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖原厂公章）	1. 规格：2400×700×850mm 台面：采用国内 12.7mm 厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板材双层加厚至 25.4mm，由专业生产厂家用 CNC 机械加工而成。 2. 铝合金框架：专用实验室铝合金型材，铝合金材料厚度（立管）不小于 1.0mm，圆管直径不小于 50mm，方管不小于 32×32mm。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3. 材质：板材采用 16mm（±1mm）高档三聚氢胺浸渍面板，利用进口封边机对所有裸露面均采用 2mm 厚优质 PVC 封边条封边，精加工，密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 4. 脚垫：采用专用金属调节脚垫，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。	1	张	4007
404	物理 学生 实验 台	未来 之星	63GSF	淮安 江苏未来之星 科教设备有限 公司	1、规格：1200×600×780 mm 台面：采用国内 12.7mm 厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板材双层加厚至 25.4mm，由专业生产厂家用 CNC 机械加工而成。为了确保使用者的健康安全，产品需通过有资质的检测机构出具的产品检测报告，各项性能满足于如下要求： ★2、通过最新标准（GB/T18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足 E1 级≤0.124mg/M3 技术限量要求。（提供具有资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）	20	张	1980	

405	物理 教师	未来 之星	淮安 782SG 江苏未来之星	豪华转椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，符合人体

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

	转椅		科教设备有限公司	工学，五脚配活动脚轮。			
406	物理学生凳	未来之星	85GFA	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	1、凳面：直径 300mm，高密度 ABS 材质，钢质铁盘加固，中管、冷拉型钢管： 直径 50 mm，可升降，5爪脚：冷扎钢板拉伸冲前，采用二氧化碳保护焊工艺， 脚垫：ABS 注塑一次成型，可调节，涂层：环氧树脂粉末喷塑，高温凝固，表面 磷化处理	40	张 85 3400
407	化学教师演示台	未来之星	GSA545	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	1. 规格：2800×700×850mm 台面：采用国内 12.7mm 厚实芯（双面）理化板台面， 台面边缘用同质材料板材双层加厚至 25. 4mm，由专业生产厂家用 CNC 机械加 工而成。 2. 铝合金框架：专用实验室铝合金型材，铝合金材料厚度（立管）不小于 1.0mm， 圆管直径不小于 50mm，方管不小于 32×32mm。组装接缝严密，连接牢固，无松 动现象。 3. 材质：板材采用 16mm（±1mm）高档三聚氢胺浸渍贴面板，利用进口封边机 对所有裸露截面均采用 2mm 厚优质 PVC 封边条封边，精加工，密封性好，防水性 佳，外形美观，经久耐用。 4. 脚垫：采用专用金属调节脚垫，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。	1	张 4619 4619
408	化学学生实验台(4人/桌)	未来之星	96AAF	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	1. 规格：2800×600×780 mm 台面：采用国内 12.7mm 厚实芯（双面）理化板台 面，台面边缘用同质材料板材双层加厚至 25. 4mm，由专业生产厂家用 CNC 机 械加工而成。 2. 铝合金框架：专用实验室铝合金型材，铝合金材料厚度（立管）不小于 1.0mm， 圆管直径不小于 50mm，方管不小于 32×32mm。组装接缝严密，连接牢固，无松 动现象。 3. 材质：板材采用 16mm（±1mm）高档三聚氢胺浸渍贴面板，利用进口封边机对 所有裸露截面均采用 2mm 厚优质 PVC 封边条封边，精加工，密封性好，防水性佳， 外形美观，经久耐用。 4. 脚垫：采用专用金属调节脚垫，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。	10	张 4007 40070

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

409	化学教师转椅	未来之星	25GAD	淮安	江苏未来之星科教设备有限公司	豪华转椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学，五脚配活动脚轮。	1	张	430	430
410	化学学生凳	未来之星	85G85	淮安	江苏未来之星科教设备有限公司	1、凳面：直径 300mm，高密度 ABS 材质，钢质铁盘加固，中管、冷拉型钢管：直径 50 mm，可升降，5 爪脚：冷扎钢板拉伸冲前，采用二氧化碳保护焊工艺，脚垫：ABS 注塑一次成型，可调节，涂层：环氧树脂粉末喷塑，高温凝固，表面磷化处理	40	张	85	3400
411	生物教师演示台	未来之星	A588	淮安	江苏未来之星科教设备有限公司	1. 规格：2800×700×850mm 台面：采用国内 12.7mm 厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板材双层加厚至 25.4mm，由专业生产厂家用 CNC 机械加工而成。 2. 铝合金框架：专用实验室铝合金型材，铝合金材料厚度（立管）不小于 1.0mm，圆管直径不小于 50mm，方管不小于 32×32mm。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 3. 材质：板材采用 16mm（±1mm）高档三聚氢胺浸渍贴面板，利用进口封边机对所有裸露面均采用 2mm 厚优质 PVC 封边条封边，精加工，密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。 4. 脚垫：采用专用金属调节脚垫，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。	1	张	4347	4347
412	生物教师转椅	未来之星	G664	淮安	江苏未来之星科教设备有限公司	豪华转椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好、不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学，五脚配活动脚轮。	1	张	430	430
413	生物学生实验凳	未来之星	BASS555	淮安	江苏未来之星科教设备有限公司	1、凳面：直径 300mm，高密度 ABS 材质，钢质铁盘加固，中管、冷拉型钢管：直径 50 mm，可升降，5 爪脚：冷扎钢板拉伸冲前，采用二氧化碳保护焊工艺，脚垫：ABS 注塑一次成型，可调节，涂层：环氧树脂粉末喷塑，高温凝固，表面磷化处理	40	张	68	2720

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

生物学生实验桌	414	未来之星	US522	淮安	江苏未来之星科教设备有限公司	<p>1. 规格：2800×600×780 mm 台面：采用国内 12.7mm 厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板材双层加厚至 25. 4mm，由专业生产厂家用 CNC 机械加工而成。</p> <p>2. 铝合金框架：专用实验室铝合金型材，铝合金材料厚度（立管）不小于 1.0mm，圆管直径不小于 50mm，方管不小于 32×32mm。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。</p> <p>3. 材质：板材采用 16mm（±1mm）高档三聚氢胺浸渍贴面板，利用进口封边机对所有裸露载面均采用 2mm 厚优质 PVC 封边条封边，精加工，密封性好，防水性佳，外形美观，经久耐用。</p> <p>4. 脚垫：采用专用金属调节脚垫，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。</p>	10	张	3871	38710
危险品柜	415	未来之星	FAR58	淮安	江苏未来之星科教设备有限公司	防火、防盗、防腐蚀	1	个	16794	16794
化学三联水嘴	416	未来之星	JSDS1	淮安	江苏未来之星科教设备有限公司	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。	11	个	306	3366
化学室水槽	417	未来之星	QEFA1	淮安	江苏未来之星科教设备有限公司	5mm 厚高密度 PP—一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂	11	个	85	935
生物三联水嘴	418	未来之星	JSDS1	淮安	江苏未来之星科教设备有限公司	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。	11	套	306	3366

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

419	生物实验槽水槽	未来之星 QF0A1	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	5mm 厚高密度 PP—一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂	11	个	85	935
420	健康灯	凯耀 RY-PLU 1436J	浙江 浙江凯耀照明 有限责任公司	<p>1、LED 教室灯尺寸：长度 1200±100mm、宽 300±50mm、厚 10±2mm；</p> <p>2、LED 教室灯具有密闭性平板微棱镜，背部塑料材质，驱动外置</p> <p>★3、所投灯具均通过 50000 次或以上循环开关测试，且光通量变化不超过 0.8%。</p> <p>通过 GB/T 33721-2017 《LED 灯具可靠性试验方法》标准检测的电源开关通断可靠性认证。（提供具有资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）</p> <p>4、LED 教室灯 CIE 分类为直接型；功率：36W±2W；色温：5000K±200K；显色指数：Ra≥90、R9≥505、LED 教室灯光频闪性能认证为无危害或无显著影响，符合 CQC16-465143-2021 认证规则要求，且证书上的委托人、制造商、生产企业为同一公司名称；</p> <p>6、LED 教室灯发光面尺寸：长 ≥1150mm，宽 ≥250mm；照明功率密度 ≤9W/m²；桌面平均照度 ≥300LX；照度均匀度 ≥0.7；统一眩光值 ≤16；1、LED 黑板灯尺寸：长度 1200±100mm、宽 60±5mm、高 70±5mm；</p> <p>2、LED 黑板灯 CIE 分类为直接型；功率：36W±2W；色温：5000K±200K；显色指数：Ra≥90、R9≥50</p> <p>3、LED 黑板灯光频闪性能认证为无危害或无显著影响，符合 CQC16-465143-2021 认证规则要求，且证书上的委托人、制造商、生产企业为同一公司名称；</p> <p>4、LED 黑板灯发光面尺寸：长 ≥1140mm，宽 ≥50mm；书写板面平均照度 ≥500LX；照度均匀度 ≥0.8；</p> <p>★LED 教室灯和黑板灯获得《儿童青少年学习用灯具近视防控卫生要求认证》，符合 CQC16-465145-2021 认证规则，且满足 t_a≥40℃；（提供具有资质的检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商鲜章）</p>	3	套	7724	23172

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

421	教师总控交流电源传输装置	未来之星	NS745	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	装置在教师演示台，为抽屉式，采用教学安全交流总电源，对学生桌荧光灯与220V插座输出进行分组控制，有漏电保护功能、过载保护和复位功能。对学生台分四组控制。	1	套	3056	3056
422	生物学生电源	未来之星	NAD45	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	翻盖防尘结构电源盒接收教师送来220V/2A交流电，有隐蔽式指示灯做输出指示。配阻燃五孔插座输出，并设有独立开关及保险座。	20	个	51	1020
423	生物实验光源	未来之星	NAD46	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	30W优质实验室专用台灯	21	套	153	3213
424	物理教师电源	未来之星	ER245F	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	1、漏电保护开关、工作指示灯选用国产优质产品、220V交流输出插座(六孔插座)选用国产优质产品；2、低压交流电源：2-30V可调(每档2V)，额定电流8A(短路、过载自动保护、自动复位)；3、直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流6A，18V-24V额定电流3A，(短路、过载自动保护、自动复位)；85系指针表显示。4、直流大电流输出：9V / 40A；8秒自动断开。5、教师插座电源：220V交流，负载电流10A。五孔(或三孔两用)交流电源插座1个。设置在演示台的中间抽屉内。A:由教师控制学生实验室交流220V电源，每组由空气开关控制，共分四组，并配有漏电保护开关；B:由教师统一控制学生实验室低压电源，交流每档2V，共15档。直流可以在控制范围内微调。	1	套	3085	3085
425	物理学生电源	未来之星	6GA44	淮安 江苏未来之星	1、每张台装配1组实验用电源，配交流电压表，直流电压，电流表，做输出指示。	20	套	513	10260

江苏未来之星科教设备有限公司

投标文件

	电源	科教设备有限公司	科教设备有限 公司	2、每组电源配有漏电保护器、工作指示灯、保险丝二组三孔 220V 交流电源输出用国产优质插座。 3、低压交流电源：2V—18V、每 2V 一档，额定电流 3A，18V—24，额定电流 2A，(短路、过载自动保护、自动复位) 4、低压直流稳压电源：1.5V—16V，额定电流 2A，16V—24V，额定电流 1A，连续可调电源(短路、过载自动保护、手动复位)85 表显示。 5、配灵敏电流计、双量程低压试验电压表、低压直流电流表各一只（测量表）。 6、接线柱输出，选用回型接线柱，不易被学生拧下 7、低压交、直流电源有开关控制。			
426	化学教师电源	未来之星	B52S	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	装置在教师演示台，为抽屉式，采用教学安全交流总电源，对学生桌荧光灯与 220V 插座输出进行分组控制，有漏电保护功能、过载保护和复位功能。对学生 台分四组控制。	1	套 5094 5094
427	化学学生交直 流专用电源盒	未来 之星	PF54S	淮安 江苏未来之星 科教设备有限公司	翻盖防尘结构电源盒接收教师送来 220V/2A 交流电，有隐蔽式指示灯做输出指 示。配阻燃五孔插座输出，并设有独立开关及保险座。	20 合计	个 85 /

- 注： 1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应投标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏未来之星科教设备有限公司

日期：2022年7月21日