



附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 	
	职称: 工程师	
	工作单位: 常州市妇幼保健院	
项目信息	项目名称: 常州市武进中医医院 GE CT 设备维保项目	
	供应商名称: 江苏省润天生化医药有限公司	
专业人员论证意见	<p>该设备维保要求技术复杂, 原厂不仅配件充足质量可靠且工程师有厂家定期培训. 第三方非原厂授权, 配件无法保障. 建议采购人采用单一来源方式采购.</p>	
专业人员签字		日期 2022年7月8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 薛军	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 常州市卫健委	
项目信息	项目名称: 常州市武进中医医院 GE CT 设备维保项目	
	供应商名称: 江苏省润天生化医药有限公司	
专业人员论证意见	因CT对维修要求非常严格, 为保证大型设备有效运行, 主张采用原厂维修, 有利于设备长期使用。故建议购买原厂配件。	
专业人员签字	薛军	日期 2021年7月18日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	高江华	
	职称:	主任医师	
	工作单位:	常州市中医院	
项目信息	项目名称:	常州市武进中医医院 GE CT 设备维保项目	
	供应商名称:	江苏省润天生化医药有限公司	
专业人员论证意见	<p>由于第三方的服务人员从人员的专业技能、工作经验、设备维护能力等方面均能满足本项目的需求。且该供应商具备良好的信誉和售后服务。因此，建议采用单一来源采购方式。</p>		
专业人员签字	高江华	日期	2022年7月18日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。