

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>葛志娟</u>	
	工作单位: <u>漯河市人民医院</u>	
	职务/职称: <u>护士长</u>	
项目信息	项目名称: <u>电子肠镜治疗镜镜子采购项目</u>	
	供应商名称: <u>常州懋乐商贸有限公司</u>	
专业人员 论证意见	<p>原控准备在原有奥林巴斯CV-260电子胃结肠镜主机系统上加配电子治疗肠镜镜头一根,其接口具有特殊性,与其他品牌肠镜无法兼容。</p> <p>因此,为保障设备运行的稳定性和可靠性,特论证如下,适用于单一来源采购的方式。</p> <p>建议用单一来源方式实施电子肠镜镜头采购的项目。</p>	
专业人员签字	<u>葛志娟</u>	日期 <u>2022</u> 年 <u>11</u> 月 <u>11</u> 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>王峰</u>	
	工作单位: <u>常州市武进区疾病预防控制中心</u>	
	职务/职称: <u>副主任医师</u>	
项目信息	项目名称: 电子肠镜治疗镜镜子采购项目	
	供应商名称: 常州懋乐商贸有限公司	
专业人员 论证意见	<p>因武进区疾病预防控制中心采购项目是首次采购电子肠镜主机, 其接口具有特殊性, 其他品牌的电子肠镜与主机无法兼容, 为保证原有采购项目的兼容性, 只能购买原品牌产品, 采用单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字	<u>王峰</u>	日期 <u>2022</u> 年 <u>11</u> 月 <u>11</u> 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	朱磊	
	工作单位:	溧阳市中医医院	
	职务/职称:	设备科科长	
项目信息	项目名称:	电子肠镜治疗镜镜子采购项目	
	供应商名称:	常州懋乐商贸有限公司	
专业人员 论证意见	<p>南渡镇中心卫生院现有的结肠镜系统为奥林巴斯CV-260主机。现增添一根治疗肠镜需与原有的主机相匹配，降低采购成本。只能采购奥林巴斯260匹配的机型。适用于单一来源采购。符合本次的采购。</p>		
专业人员签字	朱磊		日期 2022 年 11 月 11 日