

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 孙继东	
	职称：	
	工作单位： 儿童医院	
项目信息	项目名称： 常州市武进人民医院 3D 腹腔镜镜头及普通镜头采购项目	
	供应商名称： 常州市博奥医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	考虑日常使用中镜子直接进入人体腔道，需要其具有良好的操作性能和较高的安全性，以及增配设备与原有设备的兼容一致性及售后服务的便捷性，因此增配设备与原品牌应保持一致，故此项目建议采用单一来源方式。	
专业人员签字	孙继东	日期 年 月 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 仇 翊	
	职称: 主管药师	
	工作单位: 常州市三院(退休)	
项目信息	项目名称: 常州市武进人民医院 3D 腹腔镜镜头及普通镜头采购项目	
	供应商名称: 常州市博奥医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	该院现有设备为奥林巴斯主机, 现需配置 3D 腹腔镜镜头及普通镜头, 且该设备属于精密光学仪器, 对设备的操作性及安全性有较高要求, 故建议采用单一来源方式与该设备授权供应商常州市博奥医疗设备有限公司谈判。	
专业人员签字	仇 翊	日期 2022 年 1 月 13 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 罗和平	
	职称: 教授	
	工作单位: 常州大学	
项目信息	项目名称: 常州市武进人民医院 3D 腹腔镜镜头及普通镜头采购项目	
	供应商名称: 常州市博奥医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	腹腔镜镜头身需与主机完全兼容而其现有主机需要匹配之相应镜头, 这样才能保证使用安全。为保证安全性和配套需要, 建议采购人采用单一来源方式与常州市博奥医疗设备有限公司进行谈判。	
专业人员签字	罗和平	日期 年 月 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

