

2-6 投标分项报价表 (实质性格式)

## 投标分项报价表

项目编号/包号: 城投采公-2023013

项目名称: 常州市天宁区郑陆镇卫生院 DR (数字 X 线摄影术) 采购项目

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	高压发生器装置	普利德	FSQ80	主逆变频率: 440kHz 输出标称电功率: 80kW 输入电源电压: 三相 380V±38V 输入电源率: 50Hz±1Hz	台	2	110000	220000
2	X 射线管组件	佳能	E7254F X	旋转阳极 标称管电压: 150kV 焦点: 0.6/1.2 靶角: 12° 管组件热容量: 950kJ	套	2	170000	340000
3	限束器	普利德	XSQ30	固有滤过: >1mmAl 电源: 24V DC	台	2	10000	20000
4	国产无线静态平板探测器	普利德	PLD-17 17V	图像传感器: 非晶硅 薄膜晶体管 像素尺寸: 139 μm 有效像素尺寸: 3072*3072 有效区域: 427*427 灰阶: 14bit 空间分辨率: 3.1 Lp/mm DQE :60% 重量: 4.6kg	套	2	150000	300000
5	影像处理工作站	普利德	DRA20	灰阶等级: 16bit 整机实测空间分辨率: 3.1Lp/mm	套	2	50000	100000
6	液晶显示器	DELL	P1917S	屏幕尺寸: 19" 类型: 彩色显示器 工作频率: 60Hz	台	2	20000	40000



				最大分辨率： 1280X1024 最大亮度：250cd/m <sup>2</sup>				
7	悬吊	普利德	ZDT40	横向行程：不小于 2300mm 纵向行程：不小于 2100mm 上下行程：不小于 1450mm 绕水平轴转动角度： ±90° 绕垂直轴摆动角度： 360°	套	2	100000	200000
8	胸片架	普利德	XPJ40	电动，推拉式放平板 摄片器沿立柱上下移 动行程：应不小于 1300mm； 摄片器刹车工作时， 制动阻力，不小于 100N；	套	2	30000	60000
9	滤线栅			是否可拆卸 可拆卸 尺寸 425*426 栅比 10:1 密度 40L/cm	个	4	4500	18000
10	升降式摄影平床	普利德	SYC30	床面电磁制动，可四 向浮动，纵向行程： 不小于 900mm 横向行程：不小于 220mm 升降范围：不小于 220 mm 升降速度：9.5mm /s 制动阻力：不小于 100N 床面板承载：135kg 床面板射线衰减当 量应小于 1.2mmAl	张	2	100000	200000
							749000	1498000

投标人（加盖公章）常州比得医疗器械有限公司

日期：2023年3月9日

