

常州市第二人民医院飞利浦血管机维保项目

单一来源采购专家签到表

时间：2023年3月9日

专家姓名	职务职称	工作单位	联系电话
曹陈	副教授	常州纺织服装职业技术学院	14812660222
吕西	副研究员	江苏理工	15261108222
曹斌	研究员级高级工程师	常州三培机械有限公司	1396162085

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名	职称	工作单位
	马东	副教授	苏州纺织服务职业技术学院
项目信息	项目名称：常州市第二人民医院飞利浦血管机维保项目		
	供应商名称：飞利浦（中国）投资有限公司		
专业人员论证意见	<p>飞利浦血管机属于介入式治疗类放射设备，技术含量高，风险级别高。经委托技术专家提供维护保养服务，目前国内飞利浦原厂或者授权经销商均能提供维护保养服务，技术人员配备完善，维保经验丰富，与设备安全性。</p> <p>原厂维保包括设备定期运行标准，对于设备故障快速响应，设备故障率低，能够确保设备安全稳定运行。</p> <p>综上，本次采购项目符合《中华人民共和国政府采购法》第二十一条规定，必须维持原采购项目一致性和服务配套要求，拟采用单一来源采购方式，与飞利浦（中国）投资有限公司谈判。</p>		
专业人员签字	马东		日期 2023 年 3 月 9 日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名	职称	工作单位
	黄敏	研究员级高工	常州市机电中心
项目信息	项目名称：常州市第二人民医院飞利浦血管机维保项目		
	供应商名称：飞利浦（中国）投资有限公司		
专业人员论证意见	<p>1. 飞利浦血管机. 技术含量高, 风险级别高. 更换操作会影响机器使用寿命, 由原厂提供维护保养服务, 更安全可靠;</p> <p>2. 非飞利浦原厂或授权经销商的维护保养服务水平及人员素质无法保证维修质量, 一定程度上与设备安全;</p> <p>3. 飞利浦原厂能提供最基于设备长期运行稳定对于设备图像质量, 设备寿命, 做好确保设备稳定安全运行。</p> <p>综上所述, 建议由原厂(飞利浦中国)投资有限公司单一来源采购。</p>		
专业人员签字	黄敏		日期 2023年3月9日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名	职称	工作单位
	高江华	副研究员	江苏理工学院
项目信息	项目名称：常州市第二人民医院飞利浦血管机维保项目		
	供应商名称：飞利浦（中国）投资有限公司		
专业人员论证意见	<p>飞利浦血管机属于高精度的放射治疗类设备，零件更换操作复杂影响精度性能指标，需要原厂提供维护保养服务。</p> <p>飞利浦原厂及其授权服务商能够提供原厂式的现场保养维护，包括设备长期运行稳定性评估、设备故障排查等，能够确保设备稳定安全运行。根据招标文件项目一般维护或配件服务的要求，建议由原厂进行维修，与该厂家谈判。</p>		
专业人员签字	高江华		日期 2023 年 3 月 9 日