

# 天宁区乡镇空气站维保服务合同

甲方：常州市天宁生态环境局

乙方：青岛绿扬环境科技有限公司

根据常州市天宁生态环境局环境监测服务招标文件（项目名称：天宁区乡镇空气站维保服务，项目编号：ZC2022039）、中标结果和中标通知书，甲方和乙方就环境监测服务的采购事宜，签订本协议。

## 一、工作范围

工作范围包括：常州市天宁生态环境局天宁区乡镇空气站维保服务，运维服务内容：七个空气质量自动监测系统的运行维护。

环境空气质量自动监测站点名称及系统仪器配置

表 1 站点情况

序号	站点名称	经纬度	详细地址	备注
1	茶山街道	东经：119° 58' 44" 北纬：31° 45' 35"	常州市天宁区清凉东村 10 幢南侧	
2	红梅街道	东经：119° 59' 6" 北纬：31° 47' 37"	常州市天宁区飞龙东路北环新村 46-1 号	
3	天宁经济开发区	东经：119° 58' 00" 北纬：31° 47' 16"	常州市天宁区北塘河东路 5 号	
4	青龙街道	东经：120° 0' 14" 北纬：31° 48' 4"	常州市天宁区业丰路 9 号	
5	天宁街道	东经：120° 25' 52" 北纬：31° 48' 38"	常州市天宁区晋陵中路 511 号	
6	郑陆镇	东经：120° 5' 7" 北纬：31° 49' 26"	郑陆镇季子公园旁	
7	雕庄镇	东经：120° 1' 22" 北纬：31° 44' 36"	天宁区中吴大道 700 号	

表 2 空气自动监测系统主要设备

序号	站点名称	设备名称	数量	品牌	型号
1	茶山街道	PM <sub>2.5</sub>	1	Thermo Fisher	5030i
		O <sub>3</sub>	1	Thermo Fisher	49i
		PM <sub>10</sub>	1	Thermo Fisher	5030i
		NO <sub>x</sub>	1	Thermo Fisher	42i
		SO <sub>2</sub>	1	Thermo Fisher	43i
		CO	1	Thermo Fisher	48i

		气象五参数	1	深圳智翔宇	WS-5P
		动态校准仪	1	Thermo Fisher	146i
		零气发生器	1	Thermo Fisher	111
2	红梅街道	PM <sub>2.5</sub>	1	Thermo Fisher	5030i
		O <sub>3</sub>	1	Thermo Fisher	49i
		PM <sub>10</sub>	1	Thermo Fisher	5030i
		NO <sub>x</sub>	1	Thermo Fisher	42i
		SO <sub>2</sub>	1	Thermo Fisher	43i
		CO	1	Thermo Fisher	48i
		气象五参数	1	深圳智翔宇	WS-5P
		动态校准仪	1	Thermo Fisher	146i
		零气发生器	1	Thermo Fisher	111
3	天宁经济开发区	PM <sub>2.5</sub>	1	Thermo Fisher	5030i
		O <sub>3</sub>	1	Thermo Fisher	49i
		PM <sub>10</sub>	1	Thermo Fisher	5030i
		NO <sub>x</sub>	1	Thermo Fisher	42i
		SO <sub>2</sub>	1	Thermo Fisher	43i
		CO	1	Thermo Fisher	48i
		气象五参数	1	深圳智翔宇	WS-5P
		动态校准仪	1	Thermo Fisher	146i
		零气发生器	1	Thermo Fisher	111
4	青龙街道	PM <sub>2.5</sub>	1	Thermo Fisher	5014i
		O <sub>3</sub>	1	Thermo Fisher	49i
		PM <sub>10</sub>	1	Thermo Fisher	5014i
		NO <sub>x</sub>	1	Thermo Fisher	42i
		SO <sub>2</sub>	1	Thermo Fisher	43i
		CO	1	Thermo Fisher	48i
		气象五参数	1	北京富奥通	FW500
		动态校准仪	1	Thermo Fisher	146i
		零气发生器	1	Thermo Fisher	111
5	天宁街道	PM <sub>2.5</sub>	1	Thermo Fisher	5030i
		O <sub>3</sub>	1	Thermo Fisher	49i
		PM <sub>10</sub>	1	Thermo Fisher	5030i
		NO <sub>x</sub>	1	Thermo Fisher	42i
		SO <sub>2</sub>	1	Thermo Fisher	43i
		CO	1	Thermo Fisher	48i
		气象五参数	1	深圳智翔宇	WS-5P
		动态校准仪	1	Thermo Fisher	146i
		零气发生器	1	Thermo Fisher	111
6	郑陆镇	PM <sub>10</sub>	1	Thermo Fisher	5030i
		SO <sub>2</sub>	1	Thermo Fisher	43i
		CO	1	Thermo Fisher	48i

		动态校准仪	1	Thermo Fisher	146i
		零气发生器	1	Thermo Fisher	111
7	雕庄镇	PM <sub>2.5</sub>	1	Thermo Fisher	5030i
		PM <sub>10</sub>	1	Thermo Fisher	5030i
		SO <sub>2</sub>	1	Thermo Fisher	43i
		CO	1	Thermo Fisher	48i
		动态校准仪	1	Thermo Fisher	146i
		零气发生器	1	Thermo Fisher	111

## 二、技术性能

乙方所提供服务的技术规格应与竞争性谈判文件规定的技术规范相一致；若技术规格无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

## 三、其他要求

1、设备运行：正常、稳定、维护及时快捷

2、传输的数据：实时、有效、准确、连续、可靠、安全，可供主管部门随时抽查调用。

## 四、运营期

2022年8月20日至2023年3月31日。

## 五、合同总价

1、本合同暂定总价为陆拾玖万捌仟元整，698000.00元；

2、本合同单价为固定不变价。包干价应包含但不限于：运营单位为完成本合同内所列的服务内容的所有费用（包括但不限于场地费、税费、人员工资、保险、交通、检验校核费用、设备的维护费用、站点运行水电费、网络通信费等，但不包括不可抗拒原因产生的设备、设施损坏）。

## 六、付款

1、乙方的报价在谈判后及签订合同后的有效期内固定不变。

2、本合同以人民币付款。

3、付款方式和条件

付款方式：合同签订后，2022年底付合同款的30%，23年6月底前付至合同款的60%，24年6月底之前付清剩余尾款，其中需扣除当年度运维期间因不符合相关技术规范及违反规章制度必须扣发的运维费。

注：以上每次付款前，成交供应商均应提供符合采购人要求的同等金额的合

法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

## 七、税费

货物交付甲方验收合格前发生的一切税费均由乙方负担。

## 八、争议解决方法

(1) 凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向常州仲裁委员会申请仲裁。

(2) 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其他部分应继续执行。

## 九、转让

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

## 十、合同生效及其它

1、合同应由甲乙双方签章后生效。

2、本合同一式四份，以中文书写，甲方两份，乙方一份，代理一份，同时通过 E 交易平台上传采购代理机构备案。

3、本合同货物或服务交付使用后所发生的合同纠纷，由甲乙双方直接进行处理。

4、如需修改或补充合同内容，应经甲乙双方协商一致，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

## 十一、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

甲方（盖章）：

经办人：

地址：常州市天宁区竹林北路 256 号

电话：0519-86351123

开户银行：建行天宁支行

账号：3200 1628 9360 5801 1172

乙方（盖章）：

经办人：

办公地址：山东省青岛市山河路 702 号

电话：0532-89085167

开户银行：中信银行青岛李沧支行

账号：8110 6010 1340 0173 806

采购代理机构（盖章）：江苏中冠工程咨询有限公司

经办人：王女士

地址：常州市新北区龙锦路 1259-2 号。

电话：0519-85580366