

王小军

常州市政府采购合同
(中小企业预留合同)



项目名称：常州市新北区孟河中医医院综合楼病床采购及安装项目

甲方：常州市新北区孟河中医医院

乙方：泰兴市康复护理设备有限公司

签订地：常州市新北区孟河镇

签订日期：2022年 8月 10日



依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲、乙双方按照常州市政府采购中心常州市新北区孟河中医医院综合楼病床采购及安装项目项目招标文件、乙方投标文件、开标结果等约定，经协商一致，自愿订立本合同。

一、乙方按甲方要求提供下列商品：详见附件分项报价表。

合同价为：大写人民币陆拾玖万元整（小写：¥690000.00元）。

合同价包括招标文件所确定的招标范围内所有相应货物和服务的产品制作、供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、人身意外、伤害伤残险、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、必须的备件和工具、耗材、配套资料费、运送工具及耗材、利润、风险、税金、代理费及政策性文件规定等各项应有费用，强制性第三方监督检验机构的验收检验费用以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。投标总价应为各分项合计价格之和。与总项目相关的上述安装调试等费用须分摊计入各分项，不得以单项计费。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

交货日期或者服务限期：合同签订后（具体开始日期以采购人书面通知为准）30天内供货、安装、调试并验收合格。

服务标准：质量合格，均应符合国家现行规范、标准及相关文件、技术规定等。

二、合同文件：

下列采购文件是构成本合同不可分割的部分。

- (1) 招标采购文件（含补充公告）及相关说明等；
- (2) 乙方提交的投标文件；
- (3) 乙方除投标文件外的其他资料、说明及承诺。
- (4) 中标通知书

三、质量保证：

1、乙方应严格按照合同约定及招投标文件规定进行供货，并对其质量负责。

2、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3、乙方负责供货的材料，其品牌规格等必须高于或与采购需求一致，不得以次充好。并提供产品说明书，试验报告和合格证。材料性能及技术指标应达到招投标文件约定及国家现行的相关质量验收标准。

乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方



应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4、乙方负责供货的材料在使用前，应按甲方要求，根据标准、规范要求进行检验或试验，检验或试验费用由乙方承担。如检测报告中有一项指标不合格，乙方负全部责任并按本批次同规格价格的两倍进行处罚。

5、甲方、乙方对产品质量有争议，由三方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

6、乙方在供货中，如使用假冒伪劣产品，一经查实，每项次处以 10 万元罚款给甲方，该罚款从当期应付款项中扣除。

7、三个月内发现不合格品的无条件退货（所发生的拆、包、运等费用由乙方负责），保修期内免费维修。

四、包装要求

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

五、技术工艺及材料要求：

1、整体加工及安装工艺要求：见招标文件

2、材料要求：见招标文件

六、产品验收：

1. 乙方应当在合同签订后规定时间内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。本合同所有产品须在乙方透气后再包装进场进行安装。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后 3 日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，并有权按照合同总额 5% 标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，并有权按照合同总额 5% 标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。



3. 货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 货物调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的7个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6、乙方货物进场按验收规范要求检验合格，所有有毒有害物质含量检测指标需符合现行国家环保标准，检验费用由中标商支付，如检测未达到标准，则中标供应商必须承担由此给采购人造成的损失。

7、甲方将按照招标文件及规定的标准进行检验，如果与文件规定不符，在质量及感官标准上有明显差异或环保指标不达标的，将加倍抽样检验（并对部分产品作破坏性检测），若加倍抽样仍不合格，将判定所供货物不合格。

8、对货物安装验收不合格时，投标供应商应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因产品质量给采购人带来的损失，投标供应商还应赔偿采购人直接损失费用。乙方在竣工验收前的货物自行保管，甲方不负责看管。

七、其他：

(1) 甲方有权在中标后根据现场情况变更产品数量及规格。变更原则参照招标文件上的相关说明。

(2) 其余材料未尽说明，以采购单位提供的采购清单中的材质说明为准。

(3) 乙方应执行国家有关规定，负责本项目派驻所有人员的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷以及所有一切安全事宜，甲方不承担任何相关责任。

八、履约保证金的支付：

(1) 根据招标文件的规定，乙方应于签订合同前交纳合同金额的/%作为履约保证金。合同到期未违反合同约定的事项一次性退还，不支付利息。

(2) 履约保证金的期限为壹年。

(3) 合同期满后或不属乙方重大责任事故造成的本合同终止，甲方一次性无息返还乙方的履约保证金。

九、供货期：

合同签订后（具体开始日期以采购人书面通知为准）30天内供货、安装、调试并验收合格。

十、结算方式：

附件一：分项报价表中报价为响应文件中第一次报价，投标磋商二次报价中标价为 690000.00 元，各单价按总价（二次报价的）下浮比例同比例下浮。

本合同为固定综合单价合同，数量按实结算，除甲方要求的变更外，合同单价不作调整。

规格、材质相同的材料，如因色彩有变化，不得变更投标报价，由甲方确认单价后供货。

十一、货款支付方式：

第1次付款：按照苏财购〔2020〕52号文件要求，合同签订后15天内，支付合同总额的30%作为预付款，乙方同时开具同等金额的发票给甲方；

第2次付款：项目完工15天内，支付至合同总价的40%，乙方同时开具同等金额的发票给甲方；

第3次付款：安装调试验收合格后15天内，付至合同总价的80%，乙方同时开具同等金额的发票给甲方；

第4次付款：验收一年后付至审核价的100%，乙方同时开具同等金额的发票给甲方。

十二、质量保修：

1、乙方应向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担质量保修责任。本项目免费质保期为5年，投标供应商也可高于此期限投标，免费质保期从验收合格之日起算。

2、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

3、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场安装、调试或启动监督；
- (2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

4. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

4.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

4.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

4.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

4.5 在质保期内，一旦发生质量问题，中标供应商必须在 2 小时内到达内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件，否则，采购人有权自行派人进行修复，发生的费用在质保金内按实扣除，另扣双倍费用作为违约赔偿。

4.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

4.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

5、在质保期满后，产品出现故障时，投标供应商仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决；

6、保修期内因乙方原因导致其余各方损失的，乙方应承担赔偿责任。免费质保期从验收合格之日起算。

7、质量保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，乙方必须予以免费更换同品牌、同型号的货物。

8、货物质量保修期内除人为原因出现的质量问题，乙方必须包换。

十 三、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，应向乙方偿付合同总价的 5% 违约金。

2、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价的 30% 作为违约金。

3、乙方逾期交付货物的（不可抗力除外），每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 5‰ 的滞纳金。如乙方逾期交货达 10 天，甲方有权单方面终止合同，且乙方按不能交货承担违约责任。终止合同的通知自到达乙方时生效。

4、乙方所交付的货物品种、品牌、型号、规格、质量、环保要求（以货物到场检测为准）不符合投标文件及合同规定的，甲方有权拒收且乙方应无条件更换货物。每发现一个货物品种、品牌、型号、规格、质量、环保要求不符合投标文件及合同规定的，乙方应向甲方支付违约金 10 万元，且甲方有权终止合同。

5、在质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

十四、争端的解决

1、合同双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始后的五十六天内仍不能解决，双方均可提请仲裁。

2、仲裁应由常州市仲裁委员会并根据其仲裁程序进行。

3、仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

4、除仲裁机关另有裁决外，仲裁费用（包括律师费用）均应由败诉方负担。

十五、合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1) 本合同正常履行完毕；

- (2) 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要;
(3) 任何一方行使解除权解除本合同;
(4) 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

十六、附则：

1、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，如有变动，须经甲、乙双方协商一致后方可更改。

2、本合同一式陆份，甲方三份，乙方二份，见证方一份。采购代理机构为见证方，见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

甲方（采购人）（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

单位地址：

日期：2021年5月28日

乙方（供应商）（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：江苏泰兴农村商业银行股份

有限公司虹桥支行

账号：3210251601201000026189

单位地址：泰兴市虹桥镇蒋华工业集聚区

日期：2021年5月27日

见证方：

代理机构（单位盖章）：常州沃成招标有限公司



附件一：分项目报价表

序号	设备名称	品 牌	规 格 型 号	技术参数	数 量	投 标 报 价 (元)	
						单 位	单 价
1	手摇病床	恒邦	XYR323、长2180*宽980*高500mm	详见《技术参数响应及偏离表》	98	张	2560 250880
2	床垫	恒邦	XYX103、厚80mm	详见《技术参数响应及偏离表》	108	张	256 27648
3	龙门式脊科牵引床1	恒邦	XYB503、2160*980*500mm	详见《技术参数响应及偏离表》	4	张	5520 22080
4	龙门式脊科牵引床2	恒邦	XYB505、2360*980*500mm	详见《技术参数响应及偏离表》	4	张	5280 21120
5	双吊臂脊科牵引床	恒邦	XYB513、2160*980*500mm	详见《技术参数响应及偏离表》	8	张	4300 34400
6	骨科床床架	恒邦	XYX104、厚80mm	详见《技术参数响应及偏离表》	16	张	278 4448
7	髓钢束头桥	恒邦	XPG405、440*460*780mm	详见《技术参数响应及偏离表》	127	个	670 85090
8	陪护椅	恒邦	XYT101、600×690×930mm，展开：600×1880mm	详见《技术参数响应及偏离表》	118	张	540 63720
9	ABS小方凳	恒邦	XYT501、360×260×140mm	详见《技术参数响应及偏离表》	134	张	156 20904
10	婴儿床	恒邦	XYB911、800*500*940 mm	详见《技术参数响应及偏离表》	8	张	1660 13280
11	VIP病床	恒邦	XYD200、长2180*宽1020*高420mm	详见《技术参数响应及偏离表》	10	张	13500 135000
12	五功能电动床	恒邦	XYD300、2160*1050*450-720mm	详见《技术参数响应及偏离表》	4	张	16800 67200
13	高西床垫	恒邦	XYX101、厚100mm	详见《技术参数响应及偏离表》	4	张	420 1680
14	产床	恒邦	XYT200、长1900*宽1500*750~1000mm	详见《技术参数响应及偏离表》	1	张	28600 28600
							776050

注：表式参考，可根据实际情况自行调整。
供应商名称（盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：2021年5月13日

注：附件一：分项报价表中报价为响应文件中第一次报价，投标磋商二次报价中标价为690000.00元，各单价按总价（二次报价的）下浮比例同比例下浮。

附件二：采购需求

一、项目概况：

1、项目预算：80 万元

最高限价：80 万元

2、招标内容：本项目为常州市新北区孟河中医医院综合楼病床采购及安装项目，包括但不限于货物的产品制作、采购、运输、装卸、安装、调试、测试、技术培训等，直至通过采购人及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保、相关服务等全部工作。

3、合同履行期限：合同签订后（具体开始日期以采购人书面通知为准）30 天内供货、安装、调试并验收合格。

4、质保期：免费质保期不低于 3 年。

5、服务标准：质量合格，均应符合国家现行规范、标准及相关文件、技术规定等。

二、基本要求

1、磋商响应前各投标供应商须自行踏勘现场，在现场勘查的基础上，根据采购人相关要求合理制订方案。

2、投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

3、投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

4、投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

三、货物清单及主要技术参数要求

序号	名称	技术参数	单位	数量
1	手摇病床	<p>一、 规格：长 2180*宽 980*高 500mm</p> <p>二、 材料</p> <p>1、 床架材质及厚度：全部采用优质碳钢型材，床架方管规格 $40*80\pm1.5\text{mm}$；</p> <p>2、 床头尾采用 ABS 工程材料一次成型，咖啡色贴纸，美观大方。两边各配一个防撞轮，把撞击后的损坏降到最低，有很好的防撞功能；中间长方形孔，方便人员操作。</p> <p>3、 床面：A3 钢 “ST14” 延伸射一次模压冲孔床面；采用 $\geq 3000\text{N}$ 龙门油压机冲压成型，床面拉伸厚度要达到 35mm，床面密度 840mm^3，厚度：1.2mm，床板分为四块，四块具体尺寸：$675/215/350/538\text{mm}$，床面上有弧形格挡防止床垫滑动，床面两侧成弧形上翘，在病人下床后，床垫能自然腾起，增强通风透气功能，防止床垫潮湿；床面上下有加强筋，在病员上床、翻身及床面升降过程中床面无响声，坚固牢固；</p> <p>4、 床脚：底盘 $30*50\pm1.2\text{mm}$ 喷塑方管，120mm 中控制车轮，一脚刹设计，使床移用时灵活，锁止可靠并具有坚固耐用、外型美观、静音防撞的性能，最低承载 $80\text{kg}/\text{件}$；</p> <p>5、 把手采用 ABS 工程材料一次成型，固定式设计。</p> <p>三、 功能配置</p> <p>1、 手动两摇：背部 $0-75$ 度，腿部 $0-45$ 度；</p> <p>2、 丝杆具有过盈保护功能，内有适量黄油，当背部或腿部上升（下降）至极限位置时，继续摇手柄，背部或腿部不动作；并且需要封闭处理，无灰尘进入；是国内最轻盈的丝杆之一；</p> <p>3、 护栏：六档铝合金长护栏，护栏上横杆为标准铝合金型材制造，壁厚为 1.7mm，中间竖杆由 6 支 $\geq 1\text{mm}$ 厚无缝 304 不锈钢鼓型管支柱组成，下座隐藏倒置结构，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度，要带有人性化的防夹手功能，并带有锁件且贴有警示标志；</p> <p>4、 餐桌：采用翻板式餐桌，ABS 餐桌面，餐桌架用 $\Phi 19\pm2.0\text{mm}$ 优质碳钢圆管做支架，易清洗，耐磨损；配气压装置，起到缓冲作用，防止餐桌放下时撞击床框太猛烈而造成损伤，并且陪护人员坐在床边上不翻倒，方便医护人员对病人进行护理；</p> <p>5、 床头尾可轻松装卸，并具有锁定装置，床尾外侧可配备透明塑料床头牌；</p> <p>6、 床下配固定式放物架；</p>	张	98

		7、床头床尾各两个输液架插孔，床身两侧各配 2 只引流钩，引流钩经模具一次性冲压成型，而后镀镍而成； 配升降式不锈钢输液杆； 8、碳钢表面处理：静电喷涂，喷涂前经除油、酸洗、中和、水洗、表调、磷化和钝化处理，涂层表面亮丽光洁，喷塑色彩与病房整体协调。 9、喷绘粉末为抗菌材料。		
2	床垫	1、医学专用床垫，床垫面料为深色防水帆布。 2、厚度：80mm，内芯为 50mm 海绵+30mm 优质椰丝，为配合床体设计为三折，两侧面开有通气孔 3、外层可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁。 4、具有防蛀、防腐、耐水性、无气味，属环保产品，符合环保要求。	张	108
3	龙门式骨科牵引床 1	1、功能要求：背部可弯曲，弯曲角度≥70 度，两条腿可分别抬升弯曲，弯曲角度≥30 度，具有头低脚高功能，倾斜≥10 度。 2、主要尺寸 外包 2160*980mm(长*宽)，床面板离地高度 500mm。 3、床头尾采用为 ABS 强化塑料，表面光滑，易擦拭，清洁方便；爱心环抱式设计，美观豪华；有符合人体工程学结构的把手；有腰带自动锁定装置、稳定可靠。 4、龙门架支撑架（4 根）材质为铝合金八角管，龙门架上连杆（4 根）材质为铝合金八角管，铝合金八角管规格：Φ38*1.8mm。龙门架支撑架离床面高度 1500mm 龙门架上部其中一根横连杆上（短）带有两个进行功能锻炼的拉手环，承重≥150KG，龙门架上部另一根横连杆上（短）带有骨盆牵引装置，个数 1 个，每个骨盆牵引装置配备滑轮数量 1 个。龙门架尾部有腿部牵引架，腿部牵引架材质为铝合金八角管，铝合金八角管规格：38*1.8mm，腿部牵引架可上下移动，腿部牵引装置数量 2 个，可旋转调节及左右移动。 5、优质 A3 钢 “ST14” 延伸材一次模压冲孔床面，透气性好，牢固床面的作用。厚度：1.2mm，用新式校链连接，床面上有弧形格挡防止床垫滑动；床面下有加强筋，在伤员上床、翻身及床面翻动过程中床面无响声，坚固牢靠。 6、床脚：底盘 30*60*1.2mm 喷塑方管，120mm 德国技术中控刹车轮，不锈钢喷塑凳脚，使床移用时灵活，锁止可靠并具有坚固耐用、外型美观、静音防噪的性能，最低承载 80kg/件。 7、五档铝合金护栏尺寸，护栏材料为铝合金，护栏形式为折叠式。大型铝材（横档）规格：30*30 mm 异型管，壁厚 1.8mm，小型铝材（竖档）规格：19*19 mm 异形管，壁厚 1.5 mm。护栏上下支架为全套模具化铁件，坚固牢靠。	张	4

		<p>配件锁件, 使用方便, 安全, 并具有防夹手装置。</p> <p>8、握手及丝杆：握手用无缝钢管镀铬制成。拉下隐藏式。丝杆具有防尘套结构全封闭免维护，丝杆具有双向打滑限位功能，丝杆材料为45钢滚丝杆。</p> <p>9、床下配连体式放物架。</p>		
4	龙门式 骨科牵引床 2	<p>1、功能要求：背部可弯曲，弯曲角度≥70 度，两条腿可分别抬升弯曲，弯曲角度≥30 度，具有头低脚高功能，倾斜≥10 度</p> <p>2、主要尺寸 外包 2160*980mm(长*宽)，床面板离地高度 500mm。</p> <p>3、床头尾采用为 ABS 强化塑料，表面光滑，易擦拭，清洁方便；爱心环抱式设计，美观豪华；有符合人体工程学结构的把手；有暗藏自动锁定装置、稳定可靠。</p> <p>4、龙门架支撑架（4 根）材质为铝合金八角管，龙门架上连杆（4 根）材质为铝合金八角管，铝合金八角管规格：Φ38*1.8mm。龙门架支撑架离床面高度 1500mm 龙门架上部其中一根横连杆上（短）带有两个进行功能锻炼的拉手环，承重≥150KG。龙门架上部另一根横连杆上（短）带有骨盆牵引装置，个数 1 个。每个骨盆牵引装置配备滑轮数量 1 个，龙门架尾部带有腿部牵引架，腿部牵引架材质为铝合金八角管，铝合金八角管规格：38*1.8mm。腿部牵引架可上下移动，腿部牵引装置重量 2 个，可旋转调节及左右移动。</p> <p>5、优质 A3 钢 “ST14” 延伸材一次模压冲孔床面，透气性好，牢固床面的作用，厚度：1.2mm，用新式铰链连接，床面上有弧形格挡防止床垫滑动；床面下有加强筋，在翻身上床、翻身及床面翻动过程中床面无响声，坚固牢靠。</p> <p>6、床脚为 6 个，其中 4 个带脚轮，静止牵引时 6 个床脚均着地，移动时 4 个脚轮着地。床脚方管材料为碳钢喷塑，床脚方管规格：40*40*1.2mm，脚轮豪华装饰盒 5 英寸静音脚轮，全带刹车。</p> <p>7、五档铝合金护栏尺寸，护栏材料为铝合金，护栏形式为折叠式。大型铝材（横档）规格：30*30 mm 异型管，壁厚 1.8mm，小型铝材（竖档）规格：19*19 mm 异形管，壁厚 1.5 mm。护栏上下支架为全套模具化铁件，配件锁件，使用方便，安全，并具有防夹手装置。</p> <p>8、握手及丝杆：握手用无缝钢管镀铬制成。拉下隐藏式。丝杆具有防尘套结构全封闭免维护，丝杆具有双向打滑限位功能，丝杆材料为45钢滚丝杆。</p> <p>9、鞋架：鞋架材料为碳钢喷塑材质。鞋架尺寸为：780*320mm (长*宽)，鞋架方管 10*20*1.0mm，中间圆管尺寸为，Φ10*1.0mm，中间圆管数量 3 根。鞋架可在床脚底盘上前后滑行。</p>	张	4

5	双吊臂 骨科牵引床	<p>1、功能要求：背部可弯曲，弯曲角度≥70 度，两条腿可分别抬升弯曲，弯曲角度≥30 度，具有头低脚高功能，倾斜≥10 度</p> <p>2、主要尺寸 外包 2160*980mm(长*宽)，床面板离地高度 500mm。</p> <p>3、床头采用 ABS 工程材料一次成型，天蓝色贴纸，美观大方。两边各配有一个球型防撞轮，把撞击后的损坏降到最低。有很好的防撞功能。（为防止 ABS 采用回料，必须提供供应商 ABS 新料 SGS 检验报告）；床尾：用Φ38*1.2 mm 不锈钢管制作，造型大方，易拆卸，便于清洁。</p> <p>4、双臂：用Φ38mm*1.5mm（壁厚）不锈钢圆管制作，双臂上配有两个高强度塑料拉手环，吊带为尼龙，承重 100~150 kg。</p> <p>5、床面板：优质 A3 钢 “ST14” 延伸率一次模压冲孔床面，透气性好，牢固床面的作用；厚度：1.2mm，用新式铰链连接。床面上有弧形格挡防止床垫滑动；床面上有加强筋，在伤员上床、翻身及床面翻动过程中床面无响声，坚固牢靠。</p> <p>6、床脚：底盘 30*50*1.2mm 喷塑方管，120mm 中控刹车轮，一脚刹设计，使床移用时灵活，锁止可靠并具有坚固耐用、外型美观、静音防震的性能。最低承载 80kg/件。</p> <p>7、五档铝合金护栏尺寸，护栏材料为铝合金，护栏形式为折叠式。大型铝材（横档）规格：30*30 mm 异型管，壁厚 1.8mm，小型铝材（竖档）规格：19*19 mm 异形管，壁厚 1.5 mm。护栏上下支架为全套模具化铁件，配件锁件，使用方便。安全，并具有防夹手装置。</p> <p>8、摇手及丝杆：摇手用无缝钢管镀锌制成，拉下隐藏式。丝杆具有防尘套结构全封闭免维护，丝杆具有双向打滑限位功能，丝杆材料为 45#钢滚丝杆。</p> <p>9、碳钢表面处理：电泳+静电喷涂，喷涂前经除油、酸洗、电泳、水洗、表调、磷化和钝化处理，喷涂凝固度达 50kg 敲击力，十年内不起壳、生锈，涂层表面亮丽光洁，涂层粉末采用诺贝尔阿克苏环氧树脂，喷塑色彩与病房整体协调。</p>	张	8
6	骨科床 床垫	<p>1、医学专用床垫，床垫面料为深色防水帆布。</p> <p>2、厚度：80mm，内芯为 50mm 海绵+30mm 优质椰丝，为配合骨科床设计为分腿式，两侧面开有通气孔。</p> <p>3、外层可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁。</p> <p>4、具有防蛀、防腐、耐水性、无气味，属环保产品，符合环保要求。</p>	张	16

7	塑钢床头柜	<p>1、规格: 440*460*780mm;</p> <p>2、材料: ABS 台面及把手, 碳钢柜身;</p> <p>3、配置: 抽屉、柜门 (两边圆弧卷边设计); 柜内可放置暖水瓶; 两侧有不锈钢隐藏式毛巾架; 4只Φ50mm 脚轮;</p> <p>4、特点: 轻巧、坚固、抗老化;</p> <p>5、色彩: 与病房和病床色彩协调</p>	个	127
8	陪护椅	<p>一、 规格: 600×690×930mm; 展开: 600×1880mm</p> <p>二、 材质: 扶手为Φ38×1.5 mm 优质光亮管及 25×40×1.5 mm 优质光亮方管制作, 经二度磷化后喷塑; 框架为上海宝钢产Φ22×1.5 mm 优质光亮管制作, 经二度磷化后喷塑。垫子为优质七夹板和 2cm 海绵组成, 枕头为 8cm 海绵, 上覆优质耐磨、防腐优质 PVC 软皮, 皮色为浅蓝色。</p> <p>三、 新式可拆式抓手, ABS 一次性注塑成型, 可快速拆卸方便清洁卫生;</p> <p>四、 功能: 拉开可作为单人床使用</p>	张	118
9	ABS 小方凳	<p>1、规格: 360*260*高 440mm;</p> <p>2、材料: 凳面采用 ABS 工程材料一次成型, 凳面有梅花纹路, 起到防滑的作用, 颜色为浅棕色;</p> <p>凳架为 20×30×1.5 mm 矩管和 20×20×1.2 mm 方管制作;</p> <p>凳脚下配脚套, 防滑, 防止划伤地板;</p> <p>3、色彩: 喷塑灰白色。</p>	张	134

10	婴儿床	<p>1、床体为优质碳素钢喷塑，颜色为粉红色。睡盆托架Φ22*1.2mm 圆管，Φ16*1.2mm 圆管；框架立柱为30*50*1.5mm 方管；框架横杆为30*30*1.5mm 方管；床腿为Φ34*3mm 圆管。整床设计合理，制作精细，使用安全，严防翻倒。</p> <p>2、睡盆采用高透明 PP 材料，经模具成型，与托架结合匹配、稳固，睡盆尺寸为：800*460*250mm。</p> <p>3、睡盆垫为优质防水布，40 密度海绵制作，厚 4cm，粉红色颜色。</p> <p>4、采用优质气弹簧，睡盆头部倾斜角度可在 0~12 度之间任意调节，调节把手为“U”型。</p> <p>5、钢制喷塑网篮式杂物架，网篮架为Φ5mm 圆钢，Φ4mm 圆钢制作。</p> <p>6、床脚有Φ100 mm 的优质全刹车静音轮，推动轻便、灵活，锁止可靠并具有坚固耐用、外型美观、静音防噪的性能。</p> <p>7、外包尺寸：800*500*940 mm。</p>	张	8
11	VIP 病床	<p>一、 规格：长 2180*宽 1020*高 420（床面上）mm</p> <p>二、 材料</p> <p>1、床架材质及厚度：全部采用优质碳钢型材，床架方管规格 40*60*1.5mm，床脚方管为 40*40*1.5mm；</p> <p>2、床头尾，床侧板采用实木制作，漆面光滑细腻，达到国家环保标准，绿色环保；</p> <p>3、床面板采用优质 A3 钢 “ST14” 延伸材一次模压冲孔床面，床面上的凹痕处理起到美观视觉，透气性好，牢固床面的作用。床面厚度：1.0mm。用新式铰链连接。床面上有弧形格挡防止床垫滑动，并才病人下床后，床垫自然腾起；床面下有加强筋，在伤员上床、翻身及床面翻动过程中床面无响声，坚固牢靠；</p> <p>4、床脚：底盘 30*50*1.2mm 喷塑方管，120mm 中控刹车轮，一脚刹设计，使床移用时灵活，锁止可靠并具有坚固耐用、外型美观、静音防噪的性能，最重承载 80kg/件；</p> <p>5、电机：配备 24V 安全电压电机，具有加强绝缘，双重过载保护。运作时无噪音，运行速度快，具备不间断电源。</p> <p>三、 功能配置</p> <p>1、 两功能位体位调节功能：能随意调整背板角度 0~75°、腿板角度 0~40°；</p> <p>2、 护栏：六档铝合金护栏，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度，要带有人性化的防夹手功能，并带有锁件且贴有警示标志；</p> <p>3、 餐桌：采用翻板式餐桌，ABS 餐桌面，易清洗，耐磨损；配气压装置，起到缓冲作用，防止餐桌放下时</p>	张	10

		<p>撞击床框太猛烈而造成损伤；</p> <p>4、床下配固定式储物架；</p> <p>5、床头床尾各两个输液架插孔，床身两侧各配 2 只引流钩，引流钩经模具一次性冲压成型，而后镀镍而成；配升降式不锈钢输液杆；</p> <p>6、碳钢表面处理：静电喷涂。喷涂前经除油、酸洗、中和、水洗、表调、磷化和钝化处理。涂层表面亮丽光滑。喷涂色彩与病房整体协调。</p> <p>7、喷涂粉末为抗菌材料。</p>		
12	五功能电动床	<p>1. 床头、床尾板：为 ABS 强化塑料，表面光滑，易擦拭，清洁方便；爱心环抱式设计，美观豪华；有符合人体工程学结构的把手。有暗藏自动锁定装置、锁定可靠；对称快速插座，可快速拆卸，满足急救需要。</p> <p>2、床面板：为 10 片式冲压面板，每片床板模压成型并自动卷边，床板两侧均自动卷成Φ25 mm 圆管状，达到优质散漫散热功能；（为提高自动卷边精度，必须提供冷弯成型机采购发票）。升降平稳，无噪音，高度调节为 450~720mm；背部升降角度 0~75° 腿部升降角度 0~40°；倾斜角度 0~12°。</p> <p>3、护栏：四片阻尼升降护栏。PP 材料，高度≥280mm，两片长度≥1800 mm，两片护栏间距≤100mm，整体吹塑成型，具有表面光滑，易擦拭，易清洁特点，弧线型流畅设计，模具成型，侧面配有气动弹簧，上下锁紧定位。具有良好的安全性：式样豪华美观。色彩与床体协调一致。</p> <p>4、电机：配备 24V 安全电压电机，具有加强绝缘，双重过载保护。运行时无噪音。运行速度快。具备不间断电源。</p> <p>5、五功能体位调节功能：能随意调整背板角度 0~75°、腿板角度 0~40°、床体高度 450~720mm、床体头尾倾斜 0~12°（头高脚低位、脚高头低位）；*背板配有电动 CPR 按置，可快速放平。</p> <p>6、脚轮：采用医用超静音脚轮，直径 150mm 中央锁控，静音耐磨、移动平稳。床尾四轮一脚刹止。杜绝电控制，具有无噪音、防缠绕、外型美观等特点，锁止可靠，动（力）载重量≥150 公斤，静载重量≥300 公斤。</p> <p>7、操作系统：双侧按键式控制器，在护栏板两面可操作，内侧控制面可锁定，方便工作人员和患者操作，界面美观、操作直观便捷。</p> <p>8、输液杆及插座：床两边各有 3 个输液杆插座，分布合理；输液杆需采用手控双段设计，调节高度为 690~1600 mm，不锈钢材料、对称性挂钩 4 个，可承重 5 kg 以上，不用时可存放到床下。</p> <p>9、引流沟：床身两边各配 2~3 只引流挂钩，挂钩可承重≥10 kg，挂钩位置不能影响床的美观，可放置输液</p>	张	4

		杆。 10、整体规格：2160mm*1050mm*450-720mm 11、配背板角度指示器。		
13	高档床垫	1、医学专用床垫，床垫面料为优质 PU 面料，PU 是一种高分子材料，全称聚氨基甲酸酯材料；有很好的耐弯曲度好，抗拉强度高；PU 面料剥离强度高，耐水压强，是床垫面料的最好选择； 2、厚度：100mm，内芯为采用 100mm 高密度海绵，两侧面开有通气孔 3、外层可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁。 4、具有防蛀、防腐、耐水性、无异味，属环保产品，符合环保要求。	张	4
14	产床	1、适用范围： 本产品适用于产前检查、产妇分娩、难产手术及施行剖宫等妇产科手术。 2、主要结构： 该床的升降由微型触摸控制器操纵，使用方便、灵活，动力系统关键部分采用线性电机。噪音低、性能稳定。使用环境好。各种动作可在规定的范围内任意调节并锁定，操作方便。翻板可回转或拆卸。所有外罩、污物盆，均为 SUS304 不锈钢制作，外表美观，易于清洁。 配有内置应急电源，应急电源可自动充电。断电时，应急电源可自动跳转至工作状态。 3、主要规格： 台面尺寸：长 1900mm 宽 600 mm 台面尺寸：600*650mm 床面升降范围：750~1000mm 行程≥250 可自由升降、锁定 4、主要技术参数： 前 倾：≥8° 后 倾：≥20° 背板上折：≥60° 背板下折：≥10° 电源：AC220V，50Hz 安全工作载荷≥135kg	张	1

		5、基本配置 主床 1 套、支肩架 1 对、麻醉屏架 1 套、拉手 1 对、托腿架 1 对、托手板 1 对、污物盆 1 只、床垫 1 套		
--	--	---	--	--

注：本项目核心产品：手摇病床



四、报价方式

本项目投标报价为固定全费用综合单价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的产品制作、供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、人身意外、伤害伤残险、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、必须的备件和工具、耗材、配套资料费、运送工具及耗材、利润、风险、税金、代理费及政策性文件规定等各项应有费用，强制性第三方监督检验机构的验收检验费用以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。投标总价应为各分项合计价格之和。与总项目相关的上述安装调试等费用须分摊计入各分项，不得以单项计费。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

五、关于运输及交货

1. 保证货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受损坏或丢失。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。
2. 合同签订后（具体开始日期以采购人书面通知为准）30天内供货、安装、调试并验收合格，产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付。
3. 交货（具体）地点：由采购人指定。
4. 货物的随机技术资料应齐全，提供但不限于如下技术文件和资料：供应商应在交付货物的同时向采购人提供产品全套随机资料一套（包括但不限于含产品合格证书、产品安装、操作和使用维护说明书、验收报告书、产品使用说明书、产品到货清单、产品保修证明，需标明保修联系方式、原厂保修单等）。根据采购人要求免费提供并安装操作应用软件。
5. 交货到采购人指定地点和楼层后，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
6. 中标人应委派技术人员进行现场开箱、安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装、调试的具体时间由采购人提前3天通知中标人，即在约定时间安装指定的安装地点。
7. 备件要求：



常州沃成招标有限公司

(1) 供应商应设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应技术及维修服务。

(2) 供应商应配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。

六、关于验收

提供产品及配件均应符合相关设计规范要求，为按国家相关规定生产的合格产品。标的物由成交供应商负责安装，现场调试。施工规范、施工质量和材料质量必须严格按照国家、省、市相应的规范以及招标文件的要求、材料厂家的技术规范执行。成交供应商应对施工安全、施工质量全面负责，并承担成品保护，如因成交供应商原因造成安全、质量事故或成品损坏，成交供应商承担一切经济法律责任。

七、免费保修期

产品全部验收合格后，中标人向采购人免费提供不少于3年上门保修服务。免费质保期从验收合格之日起算。保修承担方为：中标人，技术支持方为：中标人。免费保修期内，所有货物保修服务方式均为中标人派员到采购人货物使用现场进行保修，保修期内产生的所有费用均由中标人承担（含需要返原厂修理的所有费用）。中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。

八、售后服务

1. 售后服务内容、要求和期限。

质保期内，中标人将向采购人提供优质的售后技术支持服务，开通热线电话接受采购人的电话技术咨询，2小时内响应，供应商保证在接到通知工作日的24小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。一旦发生质量问题，如供应商在接到通知工作的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。

保修期结更束后继续支持维修，并按成本价标准收取维修及零件费用，不收取工时费。

2. 中标人提供详细技术资料并免费按采购人要求进行技术培训。培训的内容及方案应由双方协商制定。中标人前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。

1) 对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2) 对采购人员工进行设备安全培训。

3) 提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行



常州沃成招标有限公司

工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4) 成交供应商应免费提供一定数量的培训资料。

3. 中标人应按其投标文件中的承诺的服务条款，进行售后服务工作，还应定期对产品进行预维护保养。

4. 中标人帮助采购人解决在使用过程中遇到的各种技术问题。终身提供应用技术服务，设备出现故障时保证 24 小时内服务维修响应。

5、质保期结束，不能视为供应商对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，供应商对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供应商应立即予以无偿修复或更换。

6. 供应商应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

7. 因供应商所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，供应商必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

8. 供应商所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

9. 供应商应在交付货物的同时向采购人提供产品全套随机资料一套（包括但不限于含产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据采购人要求免费提供并安装操作应用软件。

九、付款方式

详见本项目采购合同。

新北区公有资金投资项目廉政责任书

工程项目名称：常州市新北区孟河中医医院综合楼病床采购及安装项目

工程项目地址：常州市新北区孟河镇

甲方（采购人）：常州市新北区孟河中医医院

乙方（供应商）：泰兴市康复护理设备有限公司

为保障和促进新北区“加快有效投入”的顺利实现，加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、常州市新北区监察局、常州市新北区城市管理与建设局等有关机关举报。

甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二) 不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三) 不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四) 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

乙方的责任

应当甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一) 不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二) 不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三) 不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四) 不准以任何理由为甲方、相关单位或个人安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

违约责任

(一) 甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，除按《常州市新北区建设工程市场廉政准入规定（试行）》处理外，将按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、工程价款结清时止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。



甲方单位：（盖章）
法定代表人或授权委托人：
电话：3204114929240

2022年6月10日



乙方单位：（盖章）
法定代表人或授权委托人：
电话：3204114929180

2022年5月27日