

更正内容

第四章采购需求中更正内容如下

采购文件序号	原技术要求	更正内容
四、技术要求		
2.5	当 CPR 按压频率不规范时，主机屏幕上可提供不同颜色反馈。	当 CPR 按压频率不规范时，主机屏幕上可提供信息反馈。
3.4	最大能量（成人） $\geq 360\text{J}$ 。	▲最大能量（成人） $\geq 360\text{J}$ 。
4.8	▲单幅电极片有效期 $\geq 4$ 年。	▲单幅电极片有效期 $\geq 36$ 个月（自验收合格之日起计算）
5.5	▲提供智能语音播报，粘贴电极片时根据施救者操作的熟练程度，为经验丰富的施救者提供简短的提示，为缺乏急救经验的施救者提供更详细的动画语音指导。	▲具备智能语音播报功能。
6.3	▲可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续 30 分钟工作时间和至少 10 次 200J 除颤充放电。	▲可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续 30 分钟工作时间或至少 8 次 200J 除颤充放电。
五、报价方式		
	本项目磋商报价为 <b>固定总价</b> ，磋商报价应包括磋商文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条	本项目磋商报价为 <b>固定总价</b> ，磋商报价应包括磋商文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、 <b>支架（壁挂/立式）、接入费用（120 急救系统、我的常州 APP）、VPN 专网费用（8 年网络费用）</b> 、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及的一切相关

	<p>件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。</p>	<p>费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，成交供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。</p>
--	---	--