


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人 员信息	姓名: 张伟东 职称: 市管医师 工作单位: 纶捷 (CPC)	
项目信 息	项目名称: 常州市第一人民医院瓦里安直线加速器维保服务 供应商名称: 瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司	
专业人 员论证 意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p> <p>该院一台瓦里安直线加速器型号为 TrueBeam 需定期进行维修保养，因该设备技术复杂且零配件精密，对维修配件的兼容性、产品质量和维修人员的技术、工具有着较高要求。原生产厂家技术支持困难，确保配件及时供给，不能及修复技术壁垒问题，并能保证设备始终处于最佳状态，保障病人治疗进程。排除对临床工作不可控的安全隐患，建议采用单一来源方式与该设备授权供应商瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司进行单一来源采购。</p>	
专业人 员签字	张伟东	日期 2024年5月8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人 员信息	姓名: 仇 胜 职称: 主管药师 工作单位: 常州市第三人民医院(退休)	
项目信 息	项目名称: 常州市第一人民医院瓦里安直线加速器维保服务 供应商名称: 瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司	
专业人 员论证 意见	<p><u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u></p> <p>该院一台瓦里安直线加速器,型号TrueBeam,需定期进行维护保养,因该设备技术复杂,各零部件精密,对维修配件的安全性、产品质量以及维修人员的技能、维修工具有着较高的要求。而原厂保修技术可靠性更高,能保证原厂配件及时供给,且不存在维修系统时可能涉及的技术壁垒等问题。为保证该设备始终处于最佳状态,保障病人获得稳定的、不间断地治疗疗程,排除对临床诊疗工作有不可控的安全隐患,建议该院采用单一来源方式与该设备特约经销商瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司进行单一来源谈判。</p>	
专业人 员签字		日期 2024年5月8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人 员信息	姓名: 孙继东 职称: 高级工程师 工作单位: 常州市儿童医院	
项目信 息	项目名称: 常州市第一人民医院瓦里安直线加速器维保服务 供应商名称: 瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司	
专业人 员论证 意见	<p><u>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</u></p> <p>该院一台瓦里安直线加速器，型号为 TrueBeam。需定期进行维护保养，因该设备技术复杂，维修配件精密，对维修配件的安全性、产品质量及维修人员的技能、维修工具有着较高的要求。原厂维修技术可靠更高，能保证配件及时供给，不涉及修复技术壁垒问题，能保证该设备始终处于最佳状态，保障病人治疗进程。维修对临床工作不可控的安全隐患。建议采用单一来源方式与该设备授权供应商瓦里安医疗器械贸易(北京)有限公司进行单一来源采购。</p>	
专业人 员签字	孙继东	日期 2019年5月8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。