

# 溧阳市中医医院西门子磁共振 1.5T 维保项目

## 单一来源采购专家论证意见

采购人名称	溧阳市中医医院
采购项目名称	溧阳市中医医院西门子磁共振 1.5T 维保项目
采购项目编号	
拟定的唯一供应商名称及其地址	供应商：西门子医疗系统有限公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区英伦路 38 号五层 516 室
项目基本情况	

### 论证意见：

1、磁共振设备精度要求高，对设备的操作性及安全性有很严格的要求，对零备件的安全性、正规性、产品质量、维修人员的技术以及维修工具有着特别高的要求。人员专业性、维护保养、零备件更换等均可能影响指标，原厂维保在人员配备、技术专业性及维修保养工具、零配件货源等方面均能可靠保障。溧阳市中医医院目前需购买维保合同的磁共振设备由西门子公司研发和生产，设备全部零配件也是西门子公司独家生产。西门子医疗系统有限公司作为西门子医疗在中国的分支机构，负责西门子医疗设备在该区域内的市场和售后服务，故拟采用单一来源方式进行采购。

2、2014 年 10 月 1 日起施行的《医疗器械注册管理办法》第六章第四十九条规定：“产品名称、型号、规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求、进口医疗器械生产地址等发生变化的，注册人应当向原注册部门申请许可事项变更。”在设备使用及维修过程中，难免需要更换零备件，很多备件是整机的重要结构及组成，与整机一同注册，如使用非原厂配件，则整机的结构及组成已发生变化，按此法规要求，整机需要重新注册。如使用非原厂配件，西门子公司不负责重新注册。故拟采用单一来源方式进行采购，选取上海玄昊商贸有限公司作为唯一供应商。

3、西门子医疗系统有限公司具备国内备件库，位于上海自贸保税区，能够第一时间为医疗机构提供原厂备件，备件来源可靠，具备可追溯性。并且只有西门子医疗有限公司才能保证备件规格的统一，符合原厂标准，能够满足国家质控要求。为保障医疗工作的正常开展，尽可能减少故障风险，须由西门子医疗系统有限公司开展本院的售后维护工作。

4、考虑到西门子医疗系统有限公司对溧阳市中医医院西门子磁共振 1.5T 维保相关业务的熟悉度，为保证该项目后续服务的及时性、实效性和延续性，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条“符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源谈判方式采购：（一）只能从“唯一供应商处采购的”规定，拟采用单一来源方式向上海玄昊商贸有限公司进行本项目的采购。

专家签名：




2021 年 7 月 28 日

## 单一来源采购方式专业人员论证意见


专业人员信息	姓名: <u>吕春年</u>	
	工作单位: <u>漯河市人民医院/</u>	
	职务/职称: <u>副高级工程师</u>	
项目信息	项目名称: <u>漯河市中医医院西门子磁共振15T维保项目</u>	
	供应商名称: <u>西门子医疗系统有限公司</u>	
专业人员 论证意见	<p>磁共振设备精度要求高,对零配件的安全性、质量及维修人员的技术要求特别高。原厂维保在人员配备、技术专业性及维修工具、零配件货源等方面均能可靠保障。西门子医疗系统有限公司作为西门子医疗在中国的分支机构,负责西门子医疗设备在该区域内的售后服务,故建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	<u>吕春年</u>	日期 <u>2024</u> 年 <u>7</u> 月 <u>28</u> 日



## 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	符李祥	
	工作单位:	漯河市中医医院	
	职务/职称:	科长	
项目信息	项目名称:	漯河市中医医院西门子磁共振1.5T维保项目	
	供应商名称:	西门子医疗系统有限公司	
专业人员 论证意见	西门子公司能提供原厂配件，能及时 维护好，提高开机率，故推荐单一 来源采购。		
专业人员签字		日期 <u>2021</u> 年 <u>7</u> 月 <u>28</u> 日	

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李勤</u>
	工作单位: <u>溧阳市采管中心</u>
	职务/职称:
项目信息	项目名称: <u>溧阳市中医医院西门子磁共振1.5T维保项目</u>
	供应商名称: <u>西门子医疗系统有限公司</u>
专业人员 论证意见	<p>西门子医疗系统有限公司具备国内备件库,能够第一时间为医疗机构提供原厂备件,备件来源可靠,具备可追溯性。为保障项目后续服务的及时性、实效性及连续性,建议采购法采用单一来源谈判方式采购。拟采用单一来源方式向上海复美商贸有限公司进行本项目的采购。</p>
专业人员签字	
	日期 <u>2021</u> 年 <u>7</u> 月 <u>28</u> 日