

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 钟启承	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 天宁区疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 体检中心联影 CT 维保服务项目	
	供应商名称: 上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>由于第三方维修人员的配备, 技术的专业性及零配件的资源情况都不太能满足医院的要求。从大部分医院的情况来看, 非原厂授权的维修可能会造成配件质量差, 维修时间较长甚至因为特定的配件缺失而无法维修的情况。为了保证医院设备正常使用, 建议购买原厂维保。</p>	
专业人员签字	钟启承	日期: 2024年9月1日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	蔡尔忠	
	职称:	主任医师	
	工作单位:	常州市体检中心	
项目信息	项目名称:	体检中心联影CT维保服务项目	
	供应商名称:	上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>医学影像设备. 精密度高. 其维护的难度较大. 因此需要拥有更长期的维护保障. 如设备的维护. 所以和可靠的维保. 保障除了工. 还有厂家的技术支持. 培训和考核. 具有优秀的维修能力. 同时. 厂家的配件充足. 质量可靠. 确保了设备的可靠性. 且可溯源. 维保质量的可靠性. 建议采用单一来源采购.</p>		
专业人员签字	蔡尔忠	日期	2024年9月1日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张肃生	
	职称: 教授	
	工作单位: 常州工学院	
项目信息	项目名称: 体检中心联影CT维保服务项目	
	供应商名称: 上海联影医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>本次维保的设备为医院医学影像设备,精密度高,技术复杂,原厂不仅配件充足,质量可靠,且工程师有厂家定期的培训。因此从设备稳定性和安全性之角度考虑,为保障医院设备正常使用,建议采购人采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	张肃生	日期 21年9月1日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。