

服务范围：

本项目主要为常州市公安局刑警支队理化和 DNA 实验室仪器设备、试剂耗材等物品进行科学合理的打包、搬迁、安装和调试等服务。

服务要求：

1、总体要求：

1.1 搬迁服务指对支队理化和 DNA 实验室仪器设备、试剂耗材等物品进行科学合理的打包、搬迁、安装和调试、计量鉴定等服务。

1.2 需根据采购人的时间和要求，配备好合适的车辆及工作人员，做到随叫随到，且必须服从采购人的统一安排调度，严格遵守时间，安全高效遵守搬迁的秩序和要求，工作认真、尽职尽责；

1.3 搬运仪器设备、实验台桌等物品时，需注意其自身的材质特性，尽量做到轻拿轻放，并按照采购人的要求搬运至指定地点，并对相关办公家具等进行修补，若造成了物品损坏，由服务商负责按照折旧价赔偿；

1.4 服务商报价为包干价，供应商自行提供搬运所需的相关材料，其报价应包括打包（含材料）、运输、搬运、拆除及安装、调试、保险等相关费用；

1.5 工作人员需统一着工作服，保持良好的工作面貌，身体健康，无任何疾病及不良嗜好，具有多年的专业搬运经验、安装工作经验，并且严格遵守安全工作的法律法规等规定，做到文明搬运。

2、过程要求：

2.1 需确认旧址物品摆放位置和包装情况，熟悉新址实验室空间布局 and 了解新搬物品摆放位置，保证过廊通道畅通；

2.2 需掌握新址实验室的供水、电源安全情况，确认供水是否正常、电源相位连接是否正确，电压、电流、接地是否符合要求；

2.3 需对新址进行场地防护工作（对门框、墙壁转角进行保护），粘贴相应标识；

2.4 需熟悉新旧址交通路线，车辆运输时需遵守交通规则，在运输过程中出现的人员、车辆事故由服务商全权负责。

2.5 需制作详细搬迁服务方案，成立搬迁专项实施小组，制作《实验室搬迁新址环境检查表》等表格对搬迁负责人员、搬迁步骤等各项进行记录和确认；

2.6 需在包装前确认仪器设备状态，对不同仪器设备类型，指定专业仪器工程师负责对全部待迁仪器设备的拆装工作，提供足够使用的包装材料，对全部待迁移的设备进行包装保

护。

2.7 需保证搬迁过程中所有仪器设备（尤其是精密仪器、贵重仪器）、试剂耗材、实验室台桌用品等物品需做好防雨、防水、防火、防潮、防压、防碰、防震、防倾斜、防腐等保护措施，不得遗失、损坏，若遗失损坏照价赔偿；

2.8 所有物资送达指定位置后，逐项清点，确保数量和发运前保持一致。由指定专业仪器工程师对仪器设备进行安装、调试，若出现仪器设备状态不一致情况，需采取免费维修、免费换新等措施使其一致；

2.9 需确保实验室易碎品、贵重实验品、标准物质、生物样本、危化品、剧毒品、菌毒种及特殊保存要求实验品的安全、科学运输，具有危化品、菌毒种运输资格，符合相关文件要求（具备相关资质或备案手续），不得遗失、破损、泄露，若损坏照价赔偿；

需保证所有物资按使用部门指定的地点要求搬运安装、调试到位；

2.10 对于搬迁过程中的安全风险因素需做到识别与控制，需要熟知生物安全危险源，识别有毒有害试剂，识别电离辐射危险源，防触电，防止设备跌落砸伤，对于易燃易爆物品的危险特性做好防护，对于可能产生的安全风险制定相应的应急预案，如出现意外由服务商全权负责；

2.11 需保证在无特殊情况下，搬迁服务整体项目在 30 天内完成，包括项目的验收及搬迁资料的移交。

3、从业人员要求：

3.1 需保证所有搬迁人员身体健康并统一着装；

3.2 需保证负责包装、运输、搬运的作业人员具备使用相应工具、设备的操作许可或资质证书（对应车辆的驾驶证等）；

3.3 需保证搬迁过程中所用到的特种机械及工具的操作人员具备特种行业作业资格证书；

3.4 服务商所有作业人员自身的安全由服务商自行负责。

4、搬迁器械及工具要求：

4.1 需保证所有用于搬迁工作的车辆、机械设备及工具干净、整洁；

4.2 需保证所有运输车辆符合当地运输车辆管理规定的要求，保险有效且符合环保的相关要求；

4.3 需保证所有运输车辆具备统一的明确标识，车箱内部有固定装置。

5、搬迁物料要求：

- 5.1 需保证搬运所需的防护用品充足，操作工具齐全且需配备消防器材；
- 5.2 需保证搬迁使用的包装材料符合环保要求，集中放置明确标识；
- 5.3 需保证搬迁过程中包装材料的干燥，且在运输过程中做好防水处理工作；
- 5.4 需保证废弃的包装材料及填充物当天清理干净，保证作业现场的整洁；
- 5.5 需保证搬迁使用的包装箱体外有清晰明确的标识，包括编号、名称、搬迁前后详细位置、双方负责人等。

6、搬迁文件管理要求：

- 6.1 需保证搬迁文件齐全，包括整体搬迁实施方案、搬迁人员名单、项目验收报告等；
- 6.2 需具备搬迁前后对电器类物品书面的检测报告并双方签字确认；
- 6.3 需留存设备搬迁前后照片，相关电子版需记录于搬迁资料内；
- 6.4 需保证所有设备具备详细装箱单、装车单等记录性文件。

7、搬迁验收要求：

7.1 需妥善保存搬迁前后的相关材料，在搬迁后按相关材料逐项清点实验仪器设备、实验台桌、试剂耗材，保证其外观配置、名称、品牌、型号、数量、固定资产编号等与搬迁前一致，清点实验室易碎品、贵重实验品、标准物质、危化品、剧毒品、菌毒种及特殊实验品的数量前后一致，外观无破损无泄露；

7.2 需保证出现不一致的情况提供照价赔、免费维修及免费换新等措施使其一致。

7.3 需在搬迁完成后提供对应的项目验收报告，并由采购方相关负责人签字确认。

8. 搬迁其他要求：

8.1 服务商所提供服务中含可能涉及的建筑物拆墙工作，但必要时，需服务商配合实施；

8.2 服务商需保证项目准备和实施全过程符合国家相关安全法规要求，并有具体制度和措施加以保障；

8.3 服务商需保证其拟派工作人员的安全且对其负全部责任；

8.4 服务商需依据相关法规文件要求承诺，对项目服务中所涉及的单位名称、技术、人员等资料承担保密义务和责任。

9. 实验室仪器设备搬迁服务验收后，凡搬迁拆装的重要仪器设备提供不低于 1 个月免人工服务费及差旅费的售后服务工作。

服务时间：自签订合同之日起 30 日内完成搬迁服务。

服务标准：详见服务要求。

附件:仪器清单

序号	仪器名称	品牌	型号	放置房间	数量
1	柜子	/	/	311	3
2	资料	/	/	311	若干
3	玻璃器皿清洗器	德国美诺	PG8583CD	312	1
4	电子天平	常州万泰	WT303N	312	1
5	大会议桌、椅子 10 把	/	/	311	1
6	紫外可见分光光度计	瓦里安	Gary 50	310	1
7	智能净气安全储药柜	MORE	SMART-TOP-PP16 0	310	1
8	立式冷藏柜	海尔	SC-316	310	1
9	易燃易爆危化品安全柜	MORE	Smart-DY-1400	310	1
#10	液质联用	安捷伦	1290+G6530A	308	1
#11	液相色谱	安捷伦	1260	308	1
12	氮气发生器	PEAK	/	308	1
13	普通冰箱	西门子	/	308	1
#14	气质联用仪	安捷伦	7890B+5977A	306	1
#15	离子色谱	赛默飞	ICS-5000+	306	1
#16	顶空气相色谱仪	PE	Glarus 690	306	1
17	气相色谱	PE	Glarus 500	306	1
#18	气质联用	安捷伦	7890A+5975C	306	1
#19	气相色谱	安捷伦	7890B	306	1
20	冷藏柜	海尔	SC-316	306	1
21	物资若干	/	/	302	若干
22	UPS	/	小	304	4
23	玻璃柜子	/	/	302	8
24	气瓶柜	/	/	306	1
25	全自动毒品毒物前处理 浓缩仪	吉艾姆	NREA-3A-054	307	1
26	超低温离心机	eppendarf	5840R	307	1
27	台式离心机	上海安亭	TDL-40B	307	1
28	纯水仪	Millipore	Milli-Q	307	1
29	恒温水浴锅	金坛新航	H-1-4	307	1
30	隔热真空泵	/	/	307	1
31	柜子	/	/	307	1
32	试剂	/	/	305	若干
33	普通冰箱	西门子	BCD-188	301	2
34	冷冻柜	白雪冷柜	CZWJS-3-A-095	302	1
36	普通冰箱	双鹿	/	301	1
37	冷冻柜	白雪冷柜	CZWJS-3-A-095	301	1
38	办公电脑	/	/	309	7
39	高低上下床	/	/	值班室	4

40	衣柜	/	/	值班室	4
41	超声波清洗机	科盟	KM-1030B	前处理室 1	1
42	微量物证提取器	Systems, Inc	M-VAC	前处理室 1	1
43	冰箱	西门子	BCK-222	前处理室 1	1
44	便携式手提移动箱	/		前处理室 1	5
45	组织研磨仪	凯杰	TissueLyser-11	前处理室 1	1
46	物架	/	大约 1.8*1*0.6	物证保管室+ 血样保管室	14
47	冰箱	海尔	BCD-240	物证保管室	1
48	冰柜	美的	300L	物证保管室	1
49	纯水机	密理博	Milli-Q	配剂室	1
50	超纯水	密理博	Elix3	配剂室	1
51	离心机	SiGma	44940	配剂室	1
52	磁力搅拌器	上海司乐	31079	配剂室	1
53	电子天平	梅特勒	AE200	配剂室	1
54	冰柜	美的	300L	配剂室	1
#55	核酸提取工作站	凯杰	QIAAsymphony	DNA 提取 1 室	1
56	离心机	SiGma	44940	DNA 提取 1 室	1
57	离心机	赛默飞	Sorvall Legend Micro 21	DNA 提取 1 室	2
58	离心机	艾本德	5425R	DNA 提取 1 室	1
59	离心机	艾本德	5430	DNA 提取 1 室	4
60	混匀仪	艾本德	5382	DNA 提取 1 室	2
61	显微镜	Nikon	YS100	DNA 提取 1 室	1
62	磁力搅拌器	上海司乐	31079	DNA 提取 1 室	1
63	恒温混匀仪	艾本德	Thermomixre compact	DNA 提取 1 室	1
64	恒温混匀仪	Vit1	Ther-mix	DNA 提取 1 室	2
65	混匀仪	BIOER	MB-102	DNA 提取 1 室	1
66	干式恒温器	杭州奥盛	MK-10	DNA 提取 1 室	1
67	微量 DNA 样本真空浓缩 仪	诺维莱博	AT201801	DNA 提取 1 室	1
#68	核酸提取工作站	AB	AutoMate Express	DNA 提取 2 室	1
69	核酸提取仪	凯杰	QIAcube	DNA 提取 2 室	1
70	冰箱	西门子	\	DNA 提取 2 室	1
71	冰箱	西门子	\	DNA 提取 3 室	1
72	离心机	SiGma	44940	DNA 提取 3 室	1
73	微型离心机	SiGma	\	DNA 提取 3 室	1
74	超清工作台	苏净安泰	SW-CJ-1CU	DNA 提取 3 室	1
#75	全自动 96 道微量 DNA 提 取工作站	博坤	BK-TQ-001E	PCR 准备室 1	1
#76	全自动体系构建	凯杰	QIAgility	PCR 准备室 1	1

77	离心机	艾本德	5430	PCR 准备室 1	1
78	微型离心机	TOMY	PMC-860	PCR 准备室 1	2
79	微孔板热封仪	杭州奥盛	SealBio-2	PCR 准备室 1	1
80	除湿机	宁波爱科特	AP60-2001EW	PCR 准备室 1	1
81	冰箱	西门子	\	PCR 准备室 1	2
82	超清工作台	苏净安泰	SW-CJ-1CU	PCR 准备室 1	1
83	荧光定量 PCR 仪	凯杰	Rotor-Gene Q	PCR 室 1	1
84	荧光定量 PCR 仪	AB	ProFlex Base	PCR 室 1	2
85	荧光定量 PCR 仪	耶拿	Biometra T ADVANCED	PCR 室 1	1
86	荧光定量 PCR 仪	耶拿	SpeedCycler 2 n	PCR 室 1	1
87	荧光定量 PCR 仪	AB	9700	PCR 室 1	3
88	PCR 扩增仪	Long Gene	A300	PCR 室 1	3
89	离心机	赛默飞	LABOFUGE 400	检测室 1	1
#90	遗传分析仪	AB	3500XL	检测室 1	1
91	平板离心机	赛默飞	LABOFUGE 400	检测室 1	2
92	普通冰箱	西门子	/	检测室 1	2
93	基因分析仪	AB	3730XL48 道	检测室 1	1
94	普通冰箱	西门子	/	检测室 2	1
95	试剂耗材	/	/	4 楼办公室	约 40 箱
96	普通冰箱	西门子	/	4 楼办公室	3
97	清洗机	/	/	洗涤室	1
98	干燥箱	/	/	洗涤室	1
99	超声波清洗机	/	/	洗涤室	1
100	玻璃柜子	/	/	4 楼办公室	12
101	电脑	/	/	4 楼办公室	11
102	打印机	/	/	4 楼办公室	3
103	办公桌椅、会议桌	/	/	4 楼办公室	若干
104	货架	/	/	3 楼、4 楼	若干

注:搬迁内容还包括未在清单内的若干小型设备、办公用品及相关物资,在本项目中一并搬迁,不再另计费用。