


## 单一来源采购方式专业人员论证意见

|              |                                                                                                                                                   |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 专业人员信息       | 姓名: 董文海<br>工作单位: 上海市第六人民医院<br>职务/职称:                                                                                                              |              |
| 项目信息         | 项目名称: CT 维保<br>供应商名称: 西门子医疗系统有限公司                                                                                                                 |              |
| 专业人员<br>论证意见 | <p>该设备为原装进口，所有配件<br/>需返厂维修，耗时长，将导致停机。<br/>西门子医疗有限公司在国内有<br/>仓库，能够第一时间为客户提供<br/>维修所需的配件。维修来源可<br/>靠，具备可追溯性，公司<br/>维修人员技术可靠、专业性<br/>强，符合单一来源条件。</p> |              |
| 专业人员签字       |                                                                | 日期 2024年8月5日 |

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

|              |                                                                                                                                                                            |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 专业人员信息       | 姓名:                                                                                                                                                                        | 李海波               |
|              | 工作单位:                                                                                                                                                                      | 淳阳卫生健康服务管理中心      |
|              | 职务/职称:                                                                                                                                                                     |                   |
| 项目信息         | 项目名称:                                                                                                                                                                      | CT 维保             |
|              | 供应商名称:                                                                                                                                                                     | 西门子医疗系统有限公司       |
| 专业人员<br>论证意见 | <p>CT 设备精度要求高，对设备的稳定性及安全性有很严格的要求，对零部件的安全性、正规性、产品质量、维修人员的技术以及维修工具有着特别高的要求。人员专业性、维护保养、零备件及技术均可能影响维修指标，原厂维修在人员配备、技术专业性及维修保养工具、零配件货源等方面均能可靠保障。</p> <p>综上所述，建议采用单一来源采购方式采购。</p> |                   |
| 专业人员签字       |                                                                                         | 日期 2024 年 8 月 5 日 |

## 单一来源采购方式专业人员论证意见

|              |                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 专业人员信息       | 姓名: <u>孙立云</u>                                                                                                                                           |
|              | 工作单位: <u>中山大学附属第一医院</u>                                                                                                                                  |
|              | 职务/职称: <u>副主任技师</u>                                                                                                                                      |
| 项目信息         | 项目名称: CT 维保                                                                                                                                              |
|              | 供应商名称: 西门子医疗系统有限公司                                                                                                                                       |
| 专业人员<br>论证意见 | <p>西门子医疗有限公司维修服务性价比高，符合原厂标准，能满足国家规范要求。为保障医疗机构的正常开展，尽可能减少故障风险，经由西门子医疗有限公司开展本院的售后维护工作。</p> <p>CT设备维修项目实行单一来源采购符合《中华人民共和国政府采购法》中对此规定。综上，建议采用单一来源采购方式采购。</p> |
| 专业人员签字       | <u>孙立云</u>                                                                                                                                               |
|              | 日期 <u>2021年8月5日</u>                                                                                                                                      |