

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 1 李 2 己	
	职称: 2 程 师	
	工作单位: 1 市 市 第 二 人 民 医 院	
项目信息	项目名称: 西门子 PET-CT 等一批设备维保项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	<p>这批设备由西门子公司研发和生产, 设备零部件也是该公司独家生产。西门子医疗有限公司能保证设备规格统一, 符合原厂标准, 满足国家质量控制要求, 由该公司开展管在维护工作能减少故障风险。在设备使用及维修过程中, 如使用非原厂配件, 整机结构及组成会发生改变, 按相关法规要求, 需重新注册。该公司不负责重新注册。PET-CT、DR 等设备的图像、X 线能量等指标会受到任何一个零部件影响, 原厂维保能保证上述指标, 保证设备正常运转, 保障患者安全。DSA 设备类设备, 出现故障需及时解决故障, 原厂能提供互联网远程故障诊断服务, 第一时间解决大部分问题。拟采用单一来源采购方式与西门子谈判等以</p>	
专业人员签字	1 李 2 己	日期 2024 年 8 月 23 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>张</u>
	职称: <u>主任医师</u>
	工作单位: <u>常州儿童医院</u>
项目信息	项目名称: <u>西门子PET-CT等一批设备维保项目</u>
	供应商名称: <u>西门子医疗系统有限公司</u>
专业人员论证意见	<p>1. 备件技术标准: 只有西门子医疗系统有限公司才具备备件认证系统, 符合原厂标准, 满足质保要求。</p> <p>2. 备件供应: 西门子医疗系统有限公司具备国内备件库, 位于上海自贸区, 能够第一时间为医院机械提供原厂备件。原厂配件。</p> <p>3. 2014年10月1日起施行《医疗器械注册证管理办法》实施, 在设备使用及维修过程中, 需更换零部件, 经多少整机位置像结构, 与整机一同注册, 如使用原厂配件, 西门子不负责重新注册。</p> <p>4. PET-CT等设备以图录, 任何一个配件都可影响图像质量, 为保障患者安全及检查效果, 只有原厂零件才能保证。</p> <p>5. 有些设备已出现故障, 需要及时有效解决故障, 原厂能够提供互联网远程故障诊断服务, 可以第一时间排除大部分故障, 保证设备系统的及时和运行稳定。</p> <p>综上所述, 西门子PET-CT等设备维保项目实行单一来源采购。</p>
专业人员签字	<p><u>张</u></p> <p>日期 <u>2024年8月23日</u></p>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

